

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI (P.O.C.T.)

ESITI DIALOGO TECNICO

Data: 24.03.2015
Luogo: S.C. Provveditorato Via Alessandria, 1 – Acqui Terme (AL)
Orario Inizio ore 14,30 circa – Fine ore 15,30 circa

Sono presenti:

per l'A.S.L. AL

Dott.ssa Lucia Carrea	Responsabile S.C. Provveditorato A.S.L. AL
Dott. Gianni Musso	S.C. Provveditorato A.S.L. AL
Sig. Enrico Cairo	S.C. Provveditorato A.S.L. AL

Sono altresì presenti:

- Riccardo Cassulo
In rappresentanza della Ditta Becton Dickinson S.p.a. di Milano
- Valentina Pirola
In rappresentanza della Ditta 2001 S.r.l. di Costa di Mezzate

L'A.S.L. AL ha intenzione di avviare in qualità di Stazione Appaltante un procedimento di gara per la fornitura indicata in oggetto, occorrente anche all'A.S.L. AT di Asti e all'A.S.O. AL di Alessandria. Pertanto, allo scopo di operare un confronto diretto con il mercato di riferimento e di acquisire informazioni di ordine tecnico relativamente alle specifiche della fornitura in esame, è stato indetto, ai sensi del consideranda 8 della Direttiva 2004/18/CE del 31.03.2004, un dialogo tecnico in seduta pubblica con le Ditte interessate.

Allo scopo di dare massima pubblicità alla presente procedura sul profilo del committente della stazione appaltante all'indirizzo www.aslal.it è stato pubblicato l'avviso di dialogo tecnico per l'appalto in argomento con invito ad intervenire al medesimo per la giornata di oggi alle ore 14,00 presso la sede sopra richiamata.

Dopo la registrazione dei presenti, viene brevemente e sinteticamente illustrata la finalità del presente incontro, rivolto all'acquisizione di elementi tecnici e economici per l'avvio della procedura di gara in oggetto anche allo

scopo di garantire la massima concorrenzialità e la parità di trattamento da parte delle Imprese eventualmente interessate a partecipare. A tale proposito viene precisato che il nucleo tecnico, composto da rappresentanti dell'A.S.L. AL, dell'A.S.L. AT di Asti e dell'A.S.O. AL di Alessandria, ha redatto un capitolato speciale di gara la cui copia è stata pubblicata sul profilo del committente.

I presenti vengono pertanto invitati a voler formulare le proprie osservazioni sul testo del capitolato speciale così predisposto in forma non definitiva e a comunicare eventuali rilievi che saranno sottoposti alle valutazioni da parte del nucleo tecnico.

Gli esiti saranno pubblicati sul Profilo del Committente all'indirizzo internet www.aslal.it.

Al termine dell'esame del capitolato speciale da parte delle Ditte partecipanti all'iniziativa sono raccolte le seguenti osservazioni che si riassumono per sommi e sintetici capi, così come rilevate in successione:

Ditta Becton Dickinson

VOCE 2 - Contenitori per aghi e taglienti - Capacità utile litri 2 circa - Tolleranza +/- 10%: si richiede la possibilità di aumentare la tolleranza +/- 20%.

VOCE 4 - Contenitori per aghi e taglienti - Capacità utile litri 6 circa - Tolleranza: in difetto 0% - in eccesso +15%: si richiede la possibilità di modificare la tolleranza in +/-10%.

VOCE 5 - Contenitori litri 11 circa con relativa staffa a muro - Tolleranza: in difetto 0% - in eccesso +15%: si richiede la possibilità di inserire nel dettaglio dei fabbisogni anche il numero massimo delle staffe fornibili nel prezzo del contenitore. Eventuali ulteriori staffe eccedenti tale numero potrebbero essere quotate con prezzo a parte.

LOTTO 3 Contenitori di piccole dimensioni per servizio 118 - Capacità litri 0,5-0,6 litri: si richiede la possibilità di aumentare la tolleranza portandola da 0,45-0,6 litri. Per quanto riguarda sempre il Lotto n. 3 si richiede di valutare la possibilità di inserire la voce nel Lotto n. 1, in ragione dell'esiguità dei fabbisogni occorrenti che renderebbero difficoltosa l'esecuzione del contratto soprattutto nel caso in cui siano richieste consegne con frazioni differite.

Ditta 2001

Si dichiara concorde con le osservazioni proposte dalla Ditta Becton Dickinson. Per quanto riguarda il contenitore inserito al Lotto n. 2 propone di indicare come dimensioni di riferimento l'apertura della bocca e l'altezza e non la capacità in litri in quanto si tratta di contenitori destinati allo stoccaggio di aghi con dimensioni speciali, ove la capacità utile non appare determinante. Inoltre, la stessa capacità indicata nel Capitolato speciale rischierebbe di limitare la partecipazione ad una sola Ditta idonea.

Per quanto riguarda l'ipotesi di prezzi a base d'asta viene illustrata l'intenzione da parte dell'A.S.L. AL di mantenere invariate le attuali condizioni economiche che sono mostrate ai convenuti.

Entrambe le Ditte sono concordi nel ritenerle piuttosto basse e la Ditta 2001 S.r.l. evidenzia come le stesse, fatta eccezione per la voce 3) che movimentata il maggior numero di unità, il prezzo a base d'asta dovrebbe subire un incremento nella misura del 5%.

Non sono stati espressi rilievi e/o osservazioni circa i parametri ed i sottoparametri di valutazione delle offerte così come indicati nel capitolato speciale di gara.

Infine, viene illustrata la proposta dell'A.S.L. AT di inserimento di un contenitore per lo smaltimento di residui di farmaco e taglienti necessario per le preparazioni antitumorali. In caso di eventuale inserimento, la Ditta Becton Dickinson propone di aumentare la tolleranza nella capacità ad almeno 11-15 litri.

Letto, confermato e sottoscritto

Lucia Carrea

In originale firmato

Gianni Musso

In originale firmato

Enrico Cairo

In originale firmato