

**FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI  
AGHI AD USO SPECIALISTICO**

**PRECISAZIONE DI INTERESSE GENERALE**

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “ ART. 7 DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA, PUNTO 2 .....AVVENUTA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO .....”

**- SI CONFERMA CHE NON E’ RICHIESTO DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO, TRATTASI DI REFUSO.**

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “LOTTO 2 ...QUALE QUANTITATIVO E’ DA CONSIDERARE COME FABBISOGNO ANNUO?”

**- IL QUANTITATIVO DA CONSIDERARE E’ QUELLO INDICATO NELLO SCHEMA D’OFFERTA**

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “LOTTO 12 E’ CORRETTO L’IMPORTO A BASE D’ASTA?”

**- SI CONFERMA L’IMPORTO A BASE D’ASTA COSI’ COME RIPORTATO NEL CAPITOLATO SPECIALE E NELLO SCHEMA D’OFFERTA**

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “LOTTO 12 ...E’ RICHIESTO UN AGO MANUALE OPPURE UN AGO CON TRAPANO?”

**- SI CONFERMANO LE CARATTERISTICHE PREVISTE DAL C.S.**

SI PRECISA CHE IL LOTTO 13 E’ DA LEGGERE COME SEGUE:

**LOTTO 13 – AGO SISTEMA AUTOMATICO PER BIOPSIA PROSTATICA**

**IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA € 6.861**

**IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA € 13.721,40**

**C.I.G. ATTRIBUITO N.**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

LOTTO ~~12-A~~ **13 A** - Ago sterile monouso tranciante (tru-cut) in acciaio inox con marker radiopachi da utilizzarsi con sistema di cui al lotto 12\_B; dotato di selezionatore di profondità, in varie misure idonee alle procedure eco guidate. Da 12G a 20G, lunghezza da 10 cm a 20 cm.

LOTTO ~~12-B~~ **13 B** - Strumento da utilizzarsi con ago di cui al lotto 13 A in materiale sterilizzabile, con caratteristiche di adeguate maneggevolezza ed ergonomia, minime dimensioni e peso.

**Fabbisogno annuo presunto:**

**AO AL N. 80 PZ.**

**ASL AL N. 250 PZ.**

**ASL AT**

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “LOTTO 13 ...SUBLOTTO 13B IN CHE FORMA SONO RICHIESTI GLI STRUMENTI (ACQUISTO, COMODATO, NOLEGGIO)? IN CHE NUMERO ?”

- **GLI STRUMENTI SONO DA INTENDERSI AD USO GRATUITO IN NUMERO DI:  
N. 2 PISTOLE PER P.O. DI ALESSANDRIA  
N. 2 PISTOLE PER A.S.L. AL**

SI PRECISA QUANTO SEGUE IN MERITO A “LOTTO 13 ...SUBLOTTO 13B ...SUFFICIENTE CAMPIONARE UNICAMENTE UN PEZZO ?”

- **SI CONFERMA CHE E' SUFFICIENTE N. 1 PEZZO A CAMPIONAMENTO DEL SUBLOTTO 13B**

**Aggiornamento al 16.10.2015**