

# PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALL'ASL AL PER QUATTRO ANNI DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE

**NUMERO GARA (AUTORITA' DI VIGILANZA): 5840325**

## PRECISAZIONI E RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE

- **Domanda** : Lotto 6 C'è indicazione/preferenza se 2 o 3 lumi? Immaginiamo vi sia tolleranza se le misure sono 9,0 e 16,0 mm anziché 8,5 e 15,5.
- **Risposta** non è rilevante la differenza
- **Domanda** : Lotto 9 Viene indicato lo stesso quantitativo per i 4 sublotti. Sembra strano perchè il manico è normalmente pluriuso e dura moltissimo, la spirale è usualmente richiesta pluriuso ma può anche essere monouso, ed i cestelli (che nel ns e in altri casi comprendono la guaina in teflon) usualmente sono richiesti monouso ma esistono pluriuso. In ogni caso i cestelli dovrebbero essere in numero maggiore, a seconda dei casi uguale o maggiore rispetto alla spirale.
- **Risposta** : si confermano i quantitativi
- **Domanda** : Lotto 31.2 Date le quantità sembra evidente che si tratta di un dispositivo pluriuso,..... E' possibile ammettere alla valutazione offerte relative solo al lotto 31.1 ovvero è immaginabile suddividere il lotto?
- **Risposta** : il lotto non è divisibile, deve essere completato in tutti i punti.
- **Domanda** : Lotto 46 C'è indicazione/preferenza se 2 o 3 lumi? Possono essere offerti entrambi?
- **Risposta** : Sì, possono essere offerti entrambi
- **Domanda** : Lotto 47 Sono indicati specificatamente cestelli a 4 e 8 fili. Se il requisito 8 fili è assoluto noi non possiamo proporre offerta in quanto abbiamo solo 4 e 6 fili, ma pensiamo lo stesso per diversi potenziali offerenti.
- **Risposta** : si conferma quanto prescritto dal capitolato speciale di gara
- **Domanda** : Lotto 55 Data l'indicazione varie misure, non si comprende esattamente se si intenda papillotomo ad ago (mono, due o tre lumi) ovvero papillotomo con filo di taglio senza naso/punta.
- **Risposta** : Indicazione di ordine generale onnicomprensiva dei possibili vari dispositivi"

**Aggiornamento al giorno 01.04.2015**