

# PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI VARIE (GARZA, COTONE, CEROTTI ECC.) OCCORRENTI ALL'AREA SOVRAZIONALE AL DELLA REGIONE PIEMONTE.

**NUMERO GARA (AUTORITA' DI VIGILANZA): 2128802**

## PRECISAZIONI E RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE

- **Domanda** : lotto 14a – compresse piegate di garza idrofila di puro cotone con filo di bario sterili - nel capitolato speciale – specifiche tecniche - è riportata la dicitura... “con bordi cuciti e cuciture trasversali o diagonali...” Ritenendo che si tratti di un refuso, poiché si tratta di compresse solo piegate a 12 e 16 strati, e non di compresse laparatomiche cucite, si invita a voler comunicare la necessaria rettifica...
- **Risposta**: Si precisa che le compresse di garza idrofila di cui al lotto n. 14a devono essere piegate ma non cucite.
- **Domanda** : si chiede di rendere i punti 2/3/4 della dichiarazione n. 3 ai sensi dell'art.38,46,47 comma 2 del D.Lgs. 163/06 quindi di poter emettere una dichiarazione resa da un legale rappresentante almeno per i legali residenti all'estero.
- **Risposta** : in caso di assoluta impossibilità a rendere la dichiarazione ex art. 38 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. da parte degli interessati, può essere consentita la produzione da parte di un legale rappresentante di una dichiarazione “per quanto a propria conoscenza” circa l'insussistenza in capo ai legali residenti all'estero delle cause di esclusione previste. Nella dichiarazione dovranno essere specificati i nominativi e gli estremi identificativi sia del dichiarante che dei soggetti nei confronti dei quali è espressa la dichiarazione, ai fini del successivo controllo, in caso di aggiudicazione, della veridicità dei fatti indicati.
- **Domanda** : lotto 14b vengono richieste compresse laparatomiche *con placca radiopaca intessuta* ...lotto 14c/15e /15g vengono richieste lunghette laparatomiche/compresse laparatomiche/cravatte “*con placca radiopaca intessuta*”.. siamo a precisare che la placca radiopaca può essere solo cucita e non intessuta. Possiamo intendere che l'intenzione fosse di scrivere “con filo radiopaco intessuto”, come è prassi solitamente per questi dispositivi?...
- **Risposta**: si conferma la placca radiopaca intessuta, e non il filo di bario
- **Domanda** : l'invio della campionature è obbligatoria nella confezione originale di vendita, cosa si intende per “confezione originale di vendita”?
- **Risposta**: per quanto riguarda la campionatura intendiamo con confezione originale di vendita *il box dispenser e non la singola busta*.
- **Domanda** : lotto 5 – medicazione per fissaggio degli aghi cannula : nella descrizione tecnica viene riportato “...con carta di protezione dell'adesivo asportabile facilmente senza contaminazione della medicazione e con supporto in TNT morbido e conformabile”, il supporto in TNT a cosa è riferito ? il prodotto dovrà essere con compressa o senza?
- **Risposta**: il supporto in TNT può essere di rinforzo o solo intorno al taglio o su tutto il contorno della medicazione con funzione di un migliore fissaggio della medicazione medesima.
- **Domanda** : lotto 6 medicazione per il fissaggio dei cateteri venosi centrali , la medicazione dovrà essere con taglio?, cosa significa con rinforzo in TNT?
- **Risposta**: si la medicazione deve essere con taglio e il TNT come per il lotto 5.
- **Domanda** : in merito alla documentazione tecnica ( art.8 capitolato speciale) al punto 1 richiedete che la stessa sia completa delle informazioni e/o dichiarazioni attestanti quanto richiesto. Cosa si intende per “la famiglia (genus) del prodotto ?
- **Risposta** : per famiglia ( genus) del prodotto si intende la descrizione chiara della categoria di appartenenza del dispositivo medico presentato.

- **Domanda** : lotto 15b-tamponi morbidi rotondi sterili: vengono richiesti tamponi diametro mm120 in confezioni da 5 pezzi. Chiediamo la conferma circa la correttezza della misura finita( 120 mm di diametro)....
- **Risposta** : si confermano le misure richieste nel capitolato speciale di gara.
- **Domanda:** Lotto 15 d-e siamo a chiedervi chiarimenti circa la doppia etichetta biadesiva.Trattasi di un doppio sistema di conta numerica?....
- **Risposta** : come indicato nel capitolato speciale di gara si tratta del “sistema per conta numerica”
- **Domanda** : Lotto 15e – compresse laparatomiche con placca radiopaca sterili....viene inoltre richiesto che la garza sia di colore bianco, verde e blu seconda richiesta....chiediamo di conoscere se la campionatura possa essere proposta solo per una delle tre tipologie a ns. scelta
- **Risposta:** si, può anche essere campionato solo il bianco.

**Aggiornamento al giorno 04.08.2011 ore 9,30**