

**FORNITURA DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALI
DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI .
GARA N. 7100403**

**RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE
AGGIORNAMENTO AL 06.09.2018**

QUESITO N. 1

Lotto 45 la pinza anatomica all'interno del set è di plastica monouso?
Vista l'esigua composizione del setsiamo a chiedere se possiamo offrire il set in blister morbido (composta da carta medica e film medica)

RISPOSTA

Preferibilmente in acciaio.
Può andare bene anche il blister morbido purchè di facile apertura.

QUESITO N. 2

Lotto 35 e lotto 36 : vengono richiesti dei camici per protezione da rischio chimico e biologico con un rinforzo dal polsino all'avambraccio.Si chiede la possibilità di offrire anche il camice con protezione dal polsino e fino alla spalla.

RISPOSTA

Si accetta.