
**PROCEDURA DI GARA
SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI
MATERIALE PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA, SUTURATRICI
ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER CHIRURGIA MININVASIVA
GARA A.V.C.P. N. 5626005**

**RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE
AGGIORNAMENTO AL 08.10.2014**

DOMANDA N. 1

Lotto 21 e Lotto 22 (clip metalliche e clip in materiale plastico non riassorbibile): per quanto riguarda la richiesta di campionatura, si chiede di voler specificare se gli applicatori, da fornire a titolo gratuito in caso di aggiudicazione di gara, debbano essere campionati in conto visione e in quale quantità.

RISPOSTA

Gli applicatori oggetto di campionatura potranno essere forniti in conto visione, da specificare comunque nell'apposito elenco. Al termine della procedura saranno pertanto restituiti.

DOMANDA N. 2

Si richiede il numero di impugnature poliuso da fornire in uso titolo gratuito per il lotto 30, in quanto non indicato.

RISPOSTA

il dato non è disponibile in quanto non specificato dal nucleo tecnico preposto alla stesura del capitolato speciale. Si precisa in ogni caso che il fabbisogno del materiale in oggetto è previsto solo per l'ASL AL.

DOMANDA N. 3

Si richiede inoltre, sempre per il lotto 30, per la presentazione della campionatura che non verrà restituita, che cosa bisogna campionare in quanto viene offerta la parte operativa monouso e l'impugnatura e l'asta riutilizzabili.

RISPOSTA

Anche in questo caso, come specificato al punto n. 1, la parte poliuso potrà essere concessa in conto visione (da specificare sull'apposito elenco) e pertanto sarà oggetto di restituzione al termine della procedura.

DOMANDA N. 4

Art. 9 punto 1) la prima pagina della scheda tecnica deve riportare la dicitura "Scheda tecnica voce n. ...": per i lotti che non sono divisi in "voci" (ad. Es. lotti n. 1 e 3)

ma comprendono più misure dello stesso prodotto, è possibile fornire una scheda tecnica per i trocar (comprendente tutte le misure richieste) e una scheda tecnica delle cannule (con tutte le misure richieste)? In caso affermativo nella dicitura da riportare sulla prima pagina della scheda tecnica, è possibile inserire "scheda tecnica e la descrizione del prodotto" al posto del n. di voce?

RISPOSTA

La risposta è positiva. La finalità è quella in ogni caso di rendere riconoscibile il prodotto offerto da parte della commissione giudicatrice.

DOMANDA N. 5

Lotto n. 35 viene richiesto sacchetto per rimozione reperti anatomici **200/300 cc.**: è possibile offrire due prodotti aventi capacità diverse (200 cc. e 300 cc.) o viene considerata un'alternativa?

RISPOSTA

E' da considerare come offerta alternativa e quindi ricadente sotto la previsione dell'art. 6 del capitolato speciale.

DOMANDA N. 6

Prospetto depositi cauzionali provvisori (art. 14 capitolato): il deposito cauzionale dei lotti n. 1 e 3 risulta errato

RISPOSTA

Si è provveduto alla rettifica mediante pubblicazione di avviso di errata / corrige.

DOMANDA N. 7

Relativamente al Sub lotto a) del Lotto n. 23, ove si richiedono Applicatori automatici monouso di clips in titanio, nelle misure medio grande e grande con stelo di calibro 10 mm, si chiede se è possibile rispondere con un prodotto di stelo calibro 12 mm, e più in generale quali siano i range di tolleranza ammessi, ove previsti, in caso appunto di scostamento tra quanto richiesto e quanto offerto.

RISPOSTA

Non è prevista alcuna tolleranza, fatto salvo ove appositamente specificato. Nel caso in questione il calibro richiesto è di 10 mm.

DOMANDA N. 8

Si chiede sia possibile offrire un medesimo prodotto (stesso codice) in più lotti.

RISPOSTA

Il Capitolato Speciale non vieta espressamente il verificarsi di tale fattispecie. In ogni caso la valutazione della conformità alle prescrizioni minime e all'attribuzione del relativo punteggio qualitativo è demandata all'apposita commissione giudicatrice che sarà nominata successivamente.

DOMANDA N. 9

In riferimento al Lotto n. 35 si chiede se esista una tolleranza nelle dimensioni dei sacchetti. I sacchetti della ns. azienda differiscono di 10 cc. Dal limite minimo richiesto, 190 cc. A fronte di una richiesta di 200 cc..

RISPOSTA

Il capitolato speciale prevede già una tolleranza nelle misure del sacchetto in oggetto e pertanto offerte che differiscano in positivo o in negativo da tali limiti non potranno essere prese in considerazione.

DOMANDA N. 10

Il ns. prodotto, trocar ad accesso singolo, certificato per accesso addominale e transanale (TEMS), ha la seguente descrizione: trocar morbido monouso sterile con port ad accesso singolo da 3 porte. Si chiede se sia possibile partecipare ad uno dei lotti dedicati all'accesso singolo.

RISPOSTA

Il giudizio circa la conformità di un prodotto al Capitolato Speciale è demandato esclusivamente alla commissione giudicatrice che sarà nominata successivamente e pertanto in tale sede non è possibile formulare un giudizio preventivo in merito.

DOMANDA N. 11

In riferimento al Lotto n. 48 si chiede se la descrizione "retrattori ad uncino" sia relativa alla punta. Avendo la ns. azienda il classico retrattore retto a tre rebbi e anche quello a cinque rebbi, si chiede se sia possibile dividere il lotto o aggiungere la possibilità di partecipare con tre rebbi.

RISPOSTA

La risposta è negativa. Il nucleo tecnico ha individuato i prodotti nella configurazione indicata nel capitolato speciale di gara e in questa fase non è possibile proporre alcuna modifica.

DOMANDA N. 12

Lotto 38 (cateteri per colangiografia): si chiede di voler chiarire cosa si intende per "disponibilità di aghi percutanei per inserimento del catetere". Significa che gli aghi introduttori per i cateteri debbono essere disponibili su richiesta e quotati separatamente (e quindi non rientrano nel prezzo a base d'asta)?

RISPOSTA

La risposta è positiva, nell'importo a base d'asta deve essere offerto sia il catetere che l'introduttore.

DOMANDA N. 13

Per la busta amministrativa: Dichiarazione sostitutiva art. 38 per rappresentante legale e amministratori con poteri, elenco lotti ed elenco campionatura. Per la busta tecnica: Dichiarazione latex free, elenco prodotti offerti con CND e N. rep., scheda prodotto compilata, elenco campionatura, elenco riepilogativo.

Possono essere presentate tutte le dichiarazioni in un unico documento per le dichiarazioni amministrative ed un altro documento per le tecniche? In caso positivo è sufficiente apporre la firma del rappresentante legale per approvazione un'unica volta alla fine dell'intero documento?

RISPOSTA

Per entrambi i quesiti la risposta è positiva, con l'unica eccezione della dichiarazione ex art. 38 da redigere separatamente sul ns. modello pubblicato e rispettando in ogni caso la destinazione nell'ambito delle buste previste dal Capitolato Speciale.

DOMANDA N. 14

Lotto 51 "retrattore/protettore chirurgico a

Parete "misure medium e large": si chiede se la campionatura deve essere presentata per entrambe le misure o, visto che il riferimento è unico e sufficiente presentare n. 1 campione di una delle due misure?

RISPOSTA

si ritiene, anche per evitare eccessivi oneri da parte dei partecipanti, che la campionatura possa essere limitata ad una sola misura, posto che entrambe possiedano le medesime caratteristiche e differiscano pertanto solo per tale aspetto. Tale prescrizione può essere applicata anche agli altri lotti, perché risulti in maniera chiara ed univoca nella documentazione tecnica la formulazione dell'offerta per tutte le misure richieste, dal momento che l'aggiudicazione verrà disposta per lotto unico e non verranno considerate offerte incomplete. In ogni caso la commissione giudicatrice potrà, qualora necessario, richiedere l'eventuale integrazione della campionatura per meglio effettuare le proprie valutazioni.