

**FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI UN TOMOGRAFO
COMPUTERIZZATO MULTIDETETTORE A 64 STRATI
PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASALE MONFERRATO
GARA N. 6834227**

**RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE
AGGIORNAMENTO AL 24.10.2017**

QUESITO N. 1

Si richiede che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato al 14.10.2017, possa essere prorogato di almeno dieci giorni.

RISPOSTA:

Si conferma il termine di scadenza previsto dal bando e dalla documentazione di gara.

QUESITO N. 2

E' possibile presentare offerta con una macchina che presenta una copertura volumetrica nella direzione longitudinale (Z) in singola rotazione inferiore al valore minimo di cm. 4 prescritto dall'art. 3 del Capitolato Speciale di gara?

RISPOSTA:

Si precisa che la caratteristica indicata nel Capitolato Speciale avente per oggetto la "copertura volumetrica nella direzione longitudinale (Z) in singola rotazione non inferiore a 4 cm," può essere considerata, sulla scorta del parere espresso dalla S.C. Tecnico - Tecnologie Biomediche ICT di questa A.S.L., come preferibile e non vincolante ai fini della partecipazione alla procedura aperta indicata in oggetto. Premesse tali considerazioni, saranno pertanto accettate anche offerte tecniche che presentano valori inferiori a quanto richiesto, allo scopo di favorire la massima concorrenzialità. Si precisa comunque che, fermo restando la caratteristica fondamentale della TAC richiesta, rappresentata da una macchina a 64 detettori fisicamente presenti ed indipendenti, in tale fattispecie risulta applicabile l'art. 20 del Capitolato Speciale, "Clausola di equivalenza", nel quale *viene posto*, a carico dell'impresa partecipante che propone prodotti equivalenti ai requisiti prescritti dagli atti di gara, l'obbligo di segnalarlo con apposita dichiarazione da allegare alla scheda tecnica in maniera tale da comprovare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente a tali requisiti. Le Ditte

concorrenti sono pertanto invitate, in caso di partecipazione, a corredare la documentazione tecnica già prevista ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Speciale con quanto precedentemente indicato, in maniera di porre la commissione giudicatrice in grado di verificare l'equivalenza della soluzione offerta.