

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI
COMPLETI PER L'ESECUZIONE DI ELETTROFORESI,
EMOCOLTURE, ESAME CHIMICO- FISICO URINE, ESECUZIONE
SEDIEMTO URINARIO OCCORRENTI ALL'AREA SOVRAZONALE AL
DELLA REGIONE PIEMONTE**

NUMERO GARA (AUTORITA' DI VIGILANZA): 1473314

PRECISAZIONI E RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE

In relazione al nuovo gruppo di quesiti pervenuti la presente per rappresentare quanto di seguito: Viene citata la recente deliberazione Aut. Vig. nr 227 del 12.07.2007 in ordine alla necessità della puntuale conoscenza delle ditte partecipanti in ordine al dettaglio di tutti gli elementi che caratterizzano e incidono sull'offerta a fondamento della necessità di concedere una proroga nella consegna della offerta.

Sul fatto generale della necessità di concreta conoscenza la questione pare di evidenza scontata, infatti la scelta del contraente che la pubblica amministrazione si appresta a fare e con cui concludere un contratto di appalto per la fornitura di sistemi completi di laboratorio, si realizza attraverso una serie procedimentale interamente regolamentata da norme pubblicistiche preordinate alla ricerca del migliore contraente possibile sia dal punto di vista soggettivo (con riferimento ai requisiti soggettivi, alle capacità tecniche, organizzative e finanziarie) sia dal punto di vista oggettivo, con riferimento alla qualità dell'offerta formulata, in relazione alla economicità e quindi al buon uso del pubblico denaro, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione "buon andamento imparzialità della pubblica amministrazione".

In tale contesto è evidente la necessità che la pubblica amministrazione estrinsechi nel miglior modo possibile nella lex specialis le proprie esigenze e necessità, esigenze che nel caso concreto vengono rappresentate in quelle della Area Sovrazonale di riferimento. L'estrinsecazione può avvenire attraverso la corretta interpretazione "autentica" della volontà della stazione appaltante, fase endoprocedimentale, attuale, che non importa l'inserimento di "jūs superveniens" ma semplicemente, appunto, una corretta puntualizzazione degli aspetti ed articolazione della lex specialis.

Non inserendo di fatto elementi nuovi, tranne la correzione di errori materiali non incidenti nella struttura dei disciplinari, non risulta debitamente fondata la richiesta di concessione di proroga alla scadenza, essendosi pienamente rispettati i termini generali previsti e quelli specifici alla lex specialis.

In concreto in ordine ai quesiti posti:

**RIF.LOTTO 1: SISTEMI AUTOMATICI PER SEPARAZIONI ELETTROFORETICHE MEDIANTE
TECNOLOGIA CAPILLARE TECNOLOGIA SU GEL DI AGAROSIO CON FOCUSING**

Ai quesiti:

- il numero di analizzatori in tecnica capillare che devono essere compresi nell'offerta e di conseguenza il numero e tipologia dei test da eseguire su detti analizzatori in tecnica capillare;

- il numero di analizzatori in tecnica gel di agarosio che devono essere compresi nell'offerta e di conseguenza il numero e tipologia dei test da eseguire su detti analizzatori in tecnica gel di agarosio;
- il numero dei campionatori/diluatori automatici che devono essere compresi nell'offerta
- il collegamento ad host è richiesto in tutti i laboratori analisi di ciascun Presidio Ospedaliero, in particolare nel presidio di Ovada
- si chiede....riapertura termini gara e conseguente differimento termini presentazione offerte

si precisa che:

- centri interessati all'utilizzo di sistemi analitici con **tecnologia capillare**:
 - laboratorio analisi P.O. A.S.O. di Alessandria
 - laboratorio analisi P.O. A.S.L. di Asti
 - laboratorio analisi P.O. di Novi Ligure ASL Alessandria
 - laboratorio analisi P.O. Casale M.to A.S.L. Alessandria
- Centri interessati all'utilizzo di sistemi analitici con tecnologia in **gel di agarosio**:
 - Laboratorio Analisi P.O. A.S.O. Alessandria
 - Laboratorio Analisi P.O. A.S.L. Asti
 - Laboratorio Analisi P.O. Casale Monferrato A.S.L. Alessandria
 - Laboratorio Analisi P.O. Acqui Terme A.S.L. Alessandria
 - Laboratorio Analisi P.O. Tortona A.S.L. Alessandria
- Centri interessati all'utilizzo di sistemi **campionatori/diluatori automatici**:
 - Laboratorio Analisi P.O. A.S.O. Alessandria
 - Laboratorio Analisi P.O. A.S.L. Asti
 - Laboratorio Analisi P.O. Novi Ligure A.S.L. Alessandria
 - Laboratorio Analisi P.O. Casale Monferrato A.S.L. Asti
- Relativamente al numero delle strumentazioni da offrire con eventuale backup, questo deve essere desunto dal carico di lavoro specificatamente indicato nel capitolato.
- Il collegamento con il LIS è richiesto per tutti i PP.OO. succitati; non è previsto per il P.O. di Ovada.

RIF. LOTTO 3 E 5 : SISTEMI ANALITICI PER ANALISI AUTOMATIZZATA DELL'ESAME CHIMICO FISICO DELLE URINE E SISTEMA AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DEL SEDIMENTO URINARIO (CON METODO DI ANALISI COMPUTERIZZATA DELL'IMMAGINE A.S.L. E A.S.O. ALESSANDRIA)

Ai quesiti:

- nel capitolato di gara in riferimento al lotto 3 ... è richiesta a pena esclusione dalla gara, la possibilità di collegare fisicamente lo strumento per l'analisi chimico-fisica al lettore del sedimento urinario. Non possedere questo requisiti costituisce impossibilità per un'azienda a formulare offerta.....nessuno dei partecipanti potrebbe garantire il collegamento fisico ad un sistema per il sedimento urinario con le caratteristiche richieste al lotto 4..... Se la richiesta fosse relativa al solo lotto 5 per ASL e AO di Alessandria, nessuno dei partecipanti potrebbe garantire il collegamento fisico dei due sistemi qualora non si aggiudicassero entrambe i lotti (3 e 5)
- si chiede pertanto una revisione del capitolato di gara

Si precisa che :

- Il requisito della collegabilità dei sistemi analitici è obbligatorio; prendiamo atto delle Vostre osservazioni, ma non possiamo escludere a priori la possibilità che altra/e ditta/e possano disporre di questo requisito e che il possesso di questo debba necessariamente vincolare il collegamento ad una specifica tipologia strumentale; la scelta di prevedere Lotti separati va in questa direzione.
- Quanto al Lotto 4 non è previsto il requisito della collegabilità.;

Rif gara per la fornitura di SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'ESECUZIONE DI ELETTROFORESI, EMOCOLTURE, ESAME CHIMICO FISICO URINE, ESECUZIONE SEDIEMNTO URINARIO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. E ALL'ASO DELL'AREA SOVRAZONZLE.

Ai quesiti:
si chiede

- concediate una proroga alla consegna dell'offerta
- rivediate le caratteristiche oggetto di valutazione implementando parametri di valutazione del nuovo esame/sistema inserito (lotto 2. micobatteri da materiale vario)oppure eliminate lo stesso dalle richieste
- limitiate la richiesta di strumentazione nuova e non ricondizionata ai soli centri maggiori (Asti e Alessandria)
- adeguate la base d'asta considerando al nuova tipologia di esami

Si precisa che:

- Si conferma la scadenza per la presentazione delle offerte al 30.08.11 p.v..
- Riteniamo i requisiti facoltativi enunciati in capitolato adeguati per una corretta e puntuale valutazione dei sistemi analitici offerti, anche alla luce dei chiarimenti precedentemente forniti (micobatteri su materiale vari).
- La base d'asta, anche alla luce dei vincoli di bilancio posti dall'Assessorato alla Salute, non può essere modificata.
- Si ribadisce, per maggiore chiarezza, che la connessione con i LIS deve essere obbligatoriamente prevista per i Laboratori Analisi dei PP.OO. della A.S.O. di Alessandria e della A.S.L. di Asti

rif. LOTTO N. 2: SISTEMI AUTOMATICI PER L'INCUBAZIONE E LA RILEVAZIONE SU CAMPIONI EMATICI DI BATTERI AEROBI, MANAEROBI, MICOBATTERI E MICETI

Ai quesiti:

-in seguito alla pubblicazione della nuova tabella " CARICO DI LAVORO PRESUNTO" che dovrà essere considerata per la formulazione dell'offerta economica e tecnica, si chiede di verificare se la strumentazione da offrire resta invariata nei requisiti minimi, in particolare per il presidio di Asti, ove è stato specificato che vi sono 900 flaconi micobatteri non sangue.
- Alla luce dei nuovi chiriemnti richiesti si ribadisce la richiestadi proroga dei termini di presentazione dell'offerta.....

Si precisa che:

- i chiarimenti relativi al carico di lavoro presunto devono costituire la base sulla quale le ditte offerenti sviluppano il loro progetto offerta; le precisazioni relative alla necessità del Laboratorio analisi del P.O. dell' ASL di Asti forniscono indicazioni chiare sulle caratteristiche che la strumentazione deve possedere (micobatteri su materiali vari), pur senza variazioni nei requisiti di minima

Aggiornamento al giorno 9.08.2011