

FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO GARA N. 7252517

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE AGGIORNAMENTO AL 21.02.2019 PARTE II

QUESITO N.1

Lotto 6 : esiste una tolleranza nelle dimensioni dei copri sonda ? se si quanto ? possiamo offrire misure diverse allo stesso prezzo ?

Lotto 8 : vi è una tolleranza sulle lunghezze indicate? Se si meglio per eccesso o per difetto ?

RISPOSTA

Tolleranza del +/- 10% , in ogni caso i copri sonda saranno valutati sulle sonde delle apparecchiature in dotazione.

Si chiede alla ditta di proporre l'offerta ritenuta più adatta a quanto prescritto dal capitolato di gara, sarà poi la Commissione Giudicatrice ad esprimere le proprie valutazioni.