

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL.

Sede legale: Via Venezia, 6- Alessandria

**Verbale della commissione giudicatrice preposta alla
valutazione delle offerte presentate dalle Ditte
partecipanti alla procedura aperta per la fornitura di
MATERIALE PER MONITORAGGIO E LINEE INFUSIONALI
occorrenti all'A.S.L. AL all'A.S.L. AT e all'A.S.O. di
Alessandria - Gara n. 8095987 – I.D. SINTEL N.
139690362**

In data 4 marzo 2022 dalle ore 9,30 c.a. alle ore 14,45 c.a. presso la S.C. E.L.A.P. di Acqui Terme – Via Alessandria n. 1, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Direttore della S.C. E.L.A.P. dell'A.S.L. AL n. 1812 del 19.11.2021 nelle seguenti persone:

Presidente

Dott. Francesco Lemut

Direttore Sc Anestesia e Rianimazione

In rappresentanza dell'A.S.L. AL di Alessandria

Designato con nota protocollo n. 113781 del 22.07.2021

Componenti

Sig. Valentina Cotto

CPSI S.C. Anestesia e Rianimazione

In rappresentanza dell'A.S.L. AT di Asti



Designato con nota protocollo n. 154585 del 21.10.2021

Sig. Tiziana Nuovo

CPSI S.C. Anestesia e Rianimazione

In rappresentanza dell'A.O di Alessandria

Designato con nota protocollo n.153699 del 20.10.2021

Come prescritto dall'art. 282 3° comma del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. i componenti la Commissione Giudicatrice dichiarano di accettare l'incarico conferito con determinazione n. 6 del 08.02.2015 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 84 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e di astensione previste dall'art. 51 del Codice Procedura Civile.

Preliminarmente, la Commissione prende conoscenza di tutti gli atti relativi alla procedura aperta accertando in particolare quanto segue:

con deliberazione del Commissario dell'A.S.L. AL n. 379 del 04.05.2021 esecutiva ai sensi di legge si è proceduto all'indizione della procedura aperta in oggetto e all'approvazione del Capitolato Speciale.

La Commissione rileva che in data 10.11.2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte economiche e nelle sedute telematiche svoltesi nelle date del 19 ed 20 luglio 2021 tramite la



piattaforma telematica denominata "Sintel" sono state ammesse le seguenti Ditte che hanno richiesto di partecipare:

ELENCO DITTE PARTECIPANTI	ELENCO DEI LOTTI DI PARTECIPAZIONE	PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL
G.B.S. Instruments S.r.l.	10	1624969762291
Codan S.r.l.	2	1625061852917
Movi S.p.a.	4 – 5 - 15	1625145145873
Medival S.r.l.	15	1625221008036
Convatec Italia S.r.l.	7	1625556650614
Becton Dickinson Italia S.p.a	3-9-11-13	1625231066589
Sanitex S.p.a	9-10-13	1625468020841
Edwards Lifesciences Italia S.r.l.	1-2	1625579088133
Praesidia S.r.l.	14	1625563106634
Medtronic Italia S.p.a	6-8	1625654858142
Cair Italia S.r.l.	9-11-12	1625660528076
B. Braun Milano S.p.a.	2-3-4-10-15	1625663402811
Macropharm S.r.l.	11-12-13	1625729733720



LOTTO 1: CATETERE SWAN GANZ

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	40
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	25
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (intesa come resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5

LOTTO 2: KIT PER MONITORAGGIO

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	25
RESISTENZA AL CLINKING E ALLO SCHIACCIAMENTO	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	20
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	20
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (intesa come resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5

LOTTO 3 : CATETERE ARTERIOSO DI SICUREZZA

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche .	D	25

	Alle altre Ditte punteggi inferiori		
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	20
SISTEMA DI SICUREZZA (efficace, facilmente TTIVABILE...)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	20
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (intesa come resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5

LOTTO 4 : CATETERE PER USO ARTERIOSO - LOTTO 5 : CATETERE PER USO ARTERIOSO PEDIATRICO

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	40
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	25
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (intesa come resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5

DAL LOTTO 9 AL LOTTO 13

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	35
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	10

Wille *Stano*

TENUTA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	20
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5

LOTTO 14: CATETERE IMPIANTABILE MULTIFORATO

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	45
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO (facilità nel posizionamento /rimozione)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	20
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (intesa come resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5

LOTTO 15 : SISTEMA DI FISSAGGIO CATETERE PERIDURALE

SOTTOCRITERI	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	10
COMFORT DEL PAZIENTE (ipoallergenicità del collante, lesioni da pressione, lesioni al momento della rimozione)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	15
TENUTA DEL PRESIDIO (fissaggio alla cute, tenuta del catetere)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	30
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	10

W. O. L. S. L. O. S.

CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTA (intesa come resistenza, facilità di apertura, completezza e leggibilità)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla Ditta sistema che presenta le migliori caratteristiche . Alle altre Ditte punteggi inferiori	D	5
--	---	---	---

Con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Fatto salvo ove diversamente specificato, l’attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, come prescritto dal



Bando Tipo n. 1/2017 adottato dall'A.N.A.C. – paragrafo 18.2, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio, l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "**QUALITA'**" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente attribuito in forma congiunta per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi di tutti i sottocriteri. Successivamente, i punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "**Qualita'**" saranno in ogni caso attribuiti **70 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La rideterminazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito dalla Commissione Giudicatrice un punteggio **inferiore a 35 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

per i lotti 6-7-8

a favore della Ditta che avrà proposto il prezzo complessivo più basso previa verifica della conformità del prodotto alle



caratteristiche indicate nel Capitolato speciale di gara da parte della Commissione Giudicatrice.

Terminati questi adempimenti La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione tecnica e delle campionature messe a disposizione della S.C. E.L.A.P secondo gli esiti di seguito riportati:

LOTTO 1 : CATETERE SWAN GANZ

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	EDWARDS
QUALITA' E RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLA MANIFATTURA	40	Coef.1 punti 40
MANEGGEVOLEZZA E FRACILITA' D'USO	25	Coef.1 punti 25
CONFEZIONAMENTI ED ETICHETTA (intesa comeresistenza, facilità di apertura completezza a leggibilità)	5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		70

LOTTO 2: KIT MONITORAGGIO

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	CODAN *	B.BRAUN	EDWARDS
QUALITA' E RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLA MANIFATTURA	25	Coef. 0,4 punti 10	Coef. 0,5 punti 12,5	Coef.1 punti 25
RESISTENZA AL CLINKING E ALLO SCHIACCIAMENTO	20	Coef. 0,4 punti 8	Coef. 0,6 punti 12	Coef.1 punti 20
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO	20	Coef.0,5 punti 10	Coef.0,4 punti 8	Coef.1 punti 20
CONFEZIONAMENTI ED ETICHETTA	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5	Coef.0,8 punti 4

Handwritten signatures: // Tille, [Signature]

(intesa comeresistenza, facilità di apertura completezza a leggibilità)				
TOTALE PUNTI		33 esclusa *	37,5	69
PUNTEGGI RIPARAMETRATI		esclusa	38,04	70

* Ditta CODAN : sistema di aspirazione a vite macchinoso da utilizzare ,
linea di pressione molto rigida

LOTTO 2

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	AB MEDICA**	VIGLIA***
QUALITA' E RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLA MANIFATTURA	25	Coef.0,4 punti 10	Coef. 0,4 punti 10
RESISTENZA AL CLINKING E ALLO SCHIACCIAMENTO	20	Coef.0,5 punti 10	Coef. 0,4 punti 8
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO	20	Coef. 0,4 punti 8	Coef.0,5 punti 10
CONFEZIONAMENTI ED ETICHETTA (intesa come resistenza, facilità di apertura completezza a leggibilità)	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		33 esclusa**	33 esclusa ***
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		esclusa	esclusa

** Ditta AB Medica : sistema di aspirazione macchinoso da utilizzare, linea
di pressione rigida.

*** Ditta Viglia: sistema di aspirazione a vite macchinoso da utilizzare, linea
di pressione molto rigida

Handwritten signatures: // Oll, J. Loro

LOTTO 3: CATETERE ARTERIOSO DI SICUREZZA

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	B.D.*	B.BRAUN	PLAN 1**
QUALITA' E RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLA MANIFATTURA	25	Coef.0,4 punti 10	Coef. 0,7 punti 17,5	Coef.0,4 punti 10
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO	20	Coef.0,4 punti 8	Coef. 0,7 punti 14	Coef.0,4 punti 8
SISTEMA DI SICUREZZA(efficace, facilmente attivabile)	20	Coef.0,4 punti 8	Coef.0,7 punti 14	Coef.0,4 punti 8
CONFEZIONAMENTI ED ETICHETTA (intesa comeresistenza, facilità di apertura completezza a leggibilità)	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		31 esclusa*	50,5	31 esclusa**
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		esclusa	70	esclusa

* ditta Becton Dickinson: difficoltosa la manipolazione con una mano. Sistema di sicurezza rigido.

** ditta Plan 1 :difficoltosa la manipolazione con una mano. Sistema di sicurezza rigido.

LOTTO 4: CATETERE AD USO ARTERIOSO

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	MOVI*	B.BRAUN	PLAN 1
QUALITA' E RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLA MANIFATTURA	40	Coef.0,4 punti 16	Coef.1 punti 40	coef.0,6 punti 24
MANEGGEVOLEZZA E FRACILITA' D'USO	25	Coef.0,4 punti 10	Coef.0,9 punti 22,5	Coef.0,4 punti 10
CONFEZIONAMENTI ED ETICHETTA (intesa comeresistenza, facilità di apertura completezza a leggibilità)	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5	Coef.0,4 punti 2 apertura indaginosa

TOTALE PUNTI		31 esclusa	67,5	36
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		esclusa	68,48	36,52

* Ditta Movi: sul radiale punta ago non rastremata, difficile sfilare l'ago.
Presenza fascetta di sicurezza non rimovibile e a rischio di decubito e di sfilare il catetere

LOTTO 4

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TELEFLX	VYGON
QUALITA' E RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLA MANIFATTURA	40	Coef.1 punti 40	Coef. 0,5 punti 20
MANEGGEVOLEZZA E FRACILITA' D'USO	25	Coef.1 punti 25	Coef. 0,4 punti 10
CONFEZIONAMENTI ED ETICHETTA (intesa comeresistenza, facilità di apertura completezza a leggibilità)	5	Coef.0,8 punti 4	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		69	35
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	35,51

LOTTO 5 : CATETERE AD USO ARTERIOSO PEDIATRICO

SOTTOCRITERI	MAX PUN TI	MOVI*	TELEFLEX	VYGON
QUALITA' E RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLA MANIFATTURA	40	Coef.0,4 punti 16	Coef.1 punti 40	Coef. 0,5 punti 20
MANEGGEVOLEZZA E FRACILITA' D'USO	25	Coef.0,4 punti 10	Coef.1 punti 25	Coef. 0,4 punti 10
CONFEZIONAMENTI ED ETICHETTA (intesa comeresistenza, facilità di apertura completezza a leggibilità)	5	Coef.1 punti 5	Coef.0,8 punti 4	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		31 esclusa	69	35

H. O. U. G. L. O. W.

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		esclusa*	70	35,51
------------------------------------	--	-----------------	-----------	--------------

* Ditta Movi: sul radiale punta ago non rastremata, difficile sfilare l'ago. Presenza fascetta di sicurezza non rimovibile e a rischio di decubito e di sfilare il catetere

LOTTO 6 : CATETERE VESCICALE FOLEY

DITTA	GIUDIZIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
MEDTRONIC	Conforme
SMITHS	Conforme

LOTTO 7:DISPOSITIVO PER MISURARE LA PRESSIONE INTRA ADDOMINALE

DITTA	GIUDIZIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
CONVATEC	Conforme

LOTTO 8:LINEE CAMPIONAMENTO

DITTA	GIUDIZIO COMMISSIONE GIUDICATRICE
MEDTRONIC	Conforme

LOTTO 9: RAMPA-TAPPO -PROLUNGA

SOTTOCRITERI	MAX PUN TI	B.D.	SANITEX	CAIR ITALIA
QUALITA' E RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLA MANIFATTURA	35	Coef.0,5 punti 17,5	Coef.0,8 punti 28	Coef.0,5 punti 17,5

[Handwritten signatures]

MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO	10	Coef.0,6 punti 6	Coef.0,8 punti 8	Coef.0,6 punti 6
TENUTA	20	Coef.0,6 punti 12	Coef.0,8 punti 16	Coef.0,6 punti 12
CONFEZIONAMENTI ED ETICHETTA (intesa comeresistenza, facilità di apertura completezza a leggibilità)	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		40,5	57	40,5
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		49,74	70	49,74

LOTTO 10: SISTEMA PER LA SOMMINISTRAZIONE MULTIPLA DI FARMACI

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	GB INSTRUMENTS	SANITEX
QUALITA' E RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLA MANIFATTURA	35	coef.0,7 punti 24,5	Coef. 0,8 punti 28
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO	10	Coef.0,7 punti 8	Coef.0,8 punti 8
TENUTA	20	Coef.0,7 punti 14	Coef. 0,8 punti 16
CONFEZIONAMENTI ED ETICHETTA (intesa come resistenza, facilità di apertura completezza a leggibilità)	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		51,5	57
PUNTEGGI RIPARAMETRATI		63,25	70

LOTTO 10

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	B.BRAUN	BIOLENA*	TAU MEDICA
QUALITA' E RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLA MANIFATTURA	35	Il dispositivo offerto non corrisponde a quanto richiesto dal capitolato speciale di	Coef.0,3 punti 10,5	Manca filtro antispangimento, non conforme a quanto prescritto

Handwritten signatures: H. O. U. and J. O. U.

MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO	10	gara (trattasi di un sistema completo per allestimento farmaci , accessi non a Y) Non conforme a quanto prescritto all'art. 27 del capitolato speciale di gara.	Coef.0,4 punti 4	dall'art. 27 del capitolato speciale di gara
TENUTA	20		Coef.0,6 punti 12	
CONFEZIONAMENTI ED ETICHETTA (intesa comeresistenza, facilità di apertura completezza a leggibilità)	5		Coef.1 punti 5	
TOTALE PUNTI		Non conforme	31,5 esclusa*	Non conforme
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		Non conforme	esclusa	Non conforme

*Ditta Biolena: scarsa qualità dei materiali alla giunzione con il filtro e la valvola antireflusso la linea risulta ristretta

LOTTO 11: RUBINETTI

SOTTOCRITERI	MAX PUN TI	B.D,	CAIR	MACROPHARM
QUALITA' E RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLA MANIFATTURA	35	Coef.0,6 punti 21	Coef.0,6 punti 21	Coef.0,9 punti 31,5
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO	10	Coef.0,6 punti 6	Coef.0,6 punti 6	Coef.0,9 punti 9
TENUTA	20	Coef.0,6 punti 12	Coef.0,6 punti 12	Coef.0,9 punti 18
CONFEZIONAMENTI ED ETICHETTA (intesa comeresistenza, facilità di apertura completezza a leggibilità)	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		44	44	63,5
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		48,50	48,50	70

LOTTO 12: PROLUNGHE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	CAIR	MACROPHARM	BIOLENA
QUALITA' E RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLA MANIFATTURA	35	Coef.0,6 punti 21	Coef.1 punti 35	Coef.0,4 punti 14
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO	10	Coef.0,7 punti 7	Coef.1 punti 10	Coef.0,4 punti 4
TENUTA	20	Coef.0,8 punti 16	Coef.1 punti 20	Coef.0,7 punti 14
CONFEZIONAMENTI ED ETICHETTA (intesa com eresistenza, facilità di apertura completezza a leggibilità)	5	Coef.1 punti 5	Coef.0,8 punti 4	Coef.0,8 punti 4
TOTALE PUNTI		49	69	36
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		49,71	70	36,5

LOTTO 13: PROLUNGA MULTILUME

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	B.D.	SANITEX
QUALITA' E RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLA MANIFATTURA	35	Coef.0,6 punti 21	Coef.0,4 punti 14
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO	10	Coef. 0,6 punti 6	Coef.0,4 punti 4
TENUTA	20	Coef. 0,6 punti 12	Coef. 0,6 punti 12
CONFEZIONAMENTI ED ETICHETTA (intesa comeresistenza, facilità di apertura completezza a leggibilità)	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		44	35
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		48,50	38,58

LOTTO 13

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	MACROPHARM	VYGON
QUALITA' E RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLA MANIFATTURA	35	Coef.0,9 punti 31,5	Non presenta calibri differenti, non conforme a quanto prescritto all'art.27 del capitolato speciale di gara
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO	10	Coef. 0,9 punti 9	
TENUTA	20	Coef. 0,9 punti 18	
CONFEZIONAMENTI ED ETICHETTA (intesa comeresistenza, facilità di apertura completezza a leggibilità)	5	Coef.1 punti 5	
TOTALE PUNTI		63,5	Non conforme
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	Non conforme

LOTTO 14: CATETERE IMPIANTABILE MULTIFORATO

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	PRAESIDIA	PLAN 1	TSS MEDICA
QUALITA' E RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLA MANIFATTURA	45	Coef.0,9 punti 40,5	Coef. 0,8 punti 36	Coef. 0,6 punti 27
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO	20	Coef.0,8 punti 16	Coef.0,7 punti 14	Coef.0,6 punti 12
CONFEZIONAMENTI ED ETICHETTA (intesa comeresistenza, facilità di apertura completezza a leggibilità)	5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5	Coef.1 punti 5
TOTALE PUNTI		61,5	55	44
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	62,6	50,08

LOTTO 15: SISTEMA DI FISSAGGIO CATETERE PERIDURALE

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	MOVI	MEDIVAL	B.BRAUN
QUALITA' E RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLA MANIFATTURA	10	Coef.0,9 punti 9	coef.0,8 punti 8	coef.0,9 punti 9
COMFORT DEL PAZIENTE(ipoallergenicità del collante, lesioni da pressione, lesione al momento della rimozione)	15	Coef.0,9 punti 13,50	Coef. 0,9 punti 13,50	Coef.0,8 punti 12
TENUTA DEL PRESIDIO (fissaggio alla cute, tenuta del catetere)	30	Coef.0,9 punti 27	Coef.0,8 punti 24	Coef. 0,8 punti 24
MANEGGEVOLEZZA e facilità d'uso	10	Coef.0,8 punti 8	Coef.0,8 punti 8	Coef.0,9 punti 9
CONFEZIONAMENTI ED ETICHETTA (intesa comeresistenza, facilità di apertura completezza a leggibilità)	5	Coef.1 punti 5	Coef.0,8 punti 4	Coef.0,8 punti 4
TOTALE PUNTI		62,5	57,5	58
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		70	64,40	64,96

LOTTO 15

SOTTOCRITERI	MAX PUNTI	TSS	SMITHS
QUALITA' E RESISTENZA DEI MATERIALI E DELLA MANIFATTURA	10	Coef.0,4 punti 4	Coef.0,4 punti 4
COMFORT DEL PAZIENTE(ipoallergenicità del collante, lesioni da pressione, lesione al momento della rimozione)	15	Coef.0,4 punti 6	Coef.0,4 punti 6
TENUTA DEL PRESIDIO (fissaggio alla cute, tenuta del catetere)	30	Coef.0,5 punti 15	Coef.0,5 punti 15

// Eue Hato

MANEGGEVOLEZZA e facilità d'uso	10	Coef.0,4 punti 4	Coef.0,4 punti 4
CONFEZIONAMENTI ED ETICHETTA (intesa comeresistenza, facilità di apertura completezza a leggibilità)	5	Coef.0,8 punti 4	Coef.0,8 punti 4
TOTALE PUNTI		33 * esclusa	33* esclusa
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		esclusa	esclusa

*Ditta TTS e SMITHS: materiali rigidi scarsa qualità, scarso confort

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, li dichiara chiusi nella giornata del 04.03.2022 alle ore 14,45 ca. Viene redatto il presente verbale che, composto da n. 20 facciate comprese le sottoscrizioni, viene letto e così approvato e sottoscritto dai componenti la Commissione Giudicatrice.

IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Lemut



Componenti

Sig. Valentina Cotto



Sig. Tiziana Nuovo

