

**PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI HARDWARE E SOFTWARE GESTIONALE PER DIAGNOSTICA DI LABORATORIO DECENTRATO PRESSO LE SEDI PERIFERICHE DELL'A.S.L. AL E DELL'A.S.L. AT E REATTIVI, CALIBRATORI, CONTROLLI, CONSUMABILI E MATERIALI VARI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ESAMI DIAGNOSTICI (P.O.C.T.)**

**RISCONTRO AL DIALOGO TECNICO SVOLTO IN DATA 09.09.2014**

**DITTA ALERE S.R.L.**

**Domanda)** È possibile superare la base d'asta identificata per singolo analita?

**Risposta)** La base d'asta non superabile verrà stabilita o a livello di importo complessivo dell'appalto o a livello di singolo strumento.

**Domanda)** Il test INR si può eseguire anche non da provetta citrata?

**Risposta)** No

**Domanda)** Si può considerare non essenziale il test della PCR tra quelli dei marcatori cardiaci?

**Risposta)** Il test può essere eseguito non necessariamente sullo strumento marcatori cardiaci, purché non siano aumentati il numero e la tipologia delle strumentazioni complessivamente richieste.

**Domanda)** Essendo la provetta chiusa una caratteristica identificativa di una sola azienda, può questa essere valutata con un punteggio non essenziale?

**Risposta)** Si è preso atto del rilievo espresso ed è stata proposta una modifica del testo del capitolato speciale in tal senso.

**Domanda)** Per quanto lo strumento "Contaglobuli" è motivo di esclusione il "pacco unico reagenti e scarico", o potrebbe essere separato? (altri strumenti prevedono il serbatoio di scarico separato dal pacco reagenti).

**Risposta)** Il requisito "pacco unico di reagenti e scarico" costituisce requisito preferenziale e come tale sarà valutato nell'ambito qualitativo con attribuzione di un punteggio.

**Domanda)** Che cosa si intende per "fase preanalitica di misurazione interna"? (altri strumenti commercializzati non prevedono step preanalitici manuali).

**Risposta)** Non si riscontra nel testo del capitolato speciale il requisito indicato.

**DITTA EOS GROUP**

**Domanda)** Si richiede di modificare la richiesta, inserita nelle Caratteristiche Generali di minima del Sistema, che prevede l'obbligo di fornire soluzioni che non richiedono in alcuna maniera la necessità di stappare la provetta da parte degli operatori. Si suggerisce di spostare tale richiesta nelle caratteristiche oggetto di valutazione.

**Risposta)** Si è preso atto del rilievo espresso ed è stata proposta una modifica del testo del capitolato speciale in tal senso.

## **DITTA VODEN MEDICAL INSTRUMENTS S.P.A.**

**Domanda)** I requisiti tecnici e la precisa tipologia di analiti elencati nelle caratteristiche vincolanti ed anche nei requisiti oggetto di valutazione, a cui verrebbe tra l'altro assegnato, qualora presenti, un punteggio pari a 10 punti, restringono enormemente il campo dei possibili partecipanti se non, addirittura, ne permettono la partecipazione ad uno soltanto. Tali requisiti sono riassunti qui di seguito:

### **CHIMICA CLINICA**

- Utilizzo di tubi primari chiusi o forniti di dispositivi atti a trasferire il campione ematico senza richiedere l'apertura della provetta
- Esecuzione di un profilo analitico che comprenda tutti i seguenti parametri: Glicemia, BUN, Creatinina, Bilirubina Totale, Proteine Totali, ALT, AST, Amilasi, Calcio Totale e Acido Urico.

### **MARCATORI CARDIACI**

- Utilizzo di tubi primari chiusi o forniti di dispositivi atti a trasferire il campione ematico senza richiedere l'apertura della provetta

Si richiede pertanto di rivedere la posizione sull'uso dei tubi primari e di consentire la partecipazione alla gara anche alle ditte che offrano profili di chimica clinica molto simili a quello indicato anche se mancanti di un solo parametro. Nel caso di marcatori cardiaci, la possibilità di effettuare la proteina C reattiva con uno strumento da point-of-care diverso da quello che misura la troponina e il D-dimero.

**Risposta)** Si è preso atto del rilievo espresso ed è stata proposta una modifica del testo del capitolato speciale in tal senso. Per quanto riguarda l'ultimo punto, il test può essere eseguito non necessariamente sullo strumento marcatori cardiaci, purché non siano aumentati il numero e la tipologia delle strumentazioni complessivamente richieste.

## **DITTA ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.**

**Domanda)** Interfacciamento al LIS: Si chiede di specificare quali sono le Software House attualmente presenti nei Laboratori di Riferimento

**Risposta)** Per entrambe le A.S.L. aderenti il riferimento è Dedalus – Metafora

**Domanda)** Strumento per Marcatori Cardiaci. Esecuzione del parametro Proteina C Reattiva: Si chiede la possibilità di eseguire il test Proteina C Reattiva su uno strumento alternativo tra quelli previsti in capitolato (esempio strumento di Chimica Clinica o di Ematologia)

**Risposta)** Il test può essere eseguito non necessariamente sullo strumento marcatori cardiaci, purché non siano aumentati il numero e la tipologia delle strumentazioni complessivamente richieste.

**Domanda)** Emogasanalizzatore. Disponibilità di un sistema dedicato di prelievo: si chiede di indicare la tipologia del sistema di prelievo richiesto (esempio siringhe, capillari, ecc) ed in quali quantità dovrà essere fornito

**Risposta)** Il requisito è stato eliminato, benché comunque originariamente non sarebbe rientrato tra quelli a pena di esclusione ma rilevante solo nella fase di attribuzione del punteggio qualitativo.

**Domanda)** Sottocriteri di Valutazione. (F) Requisiti oggetto di valutazione (totale 10 punti) : Si richiede per ogni singolo requisito oggetto di valutazione di indicare il corrispondente punteggio attribuito.

**Risposta)** Si è preso atto del rilievo espresso ed è stata proposta una modifica del testo del capitolato speciale nel senso di prevedere un dettaglio specifico dei sottocriteri oggetto di valutazione.

## **DITTA A. MENARINI DIAGNOSTICS**

**Domanda)** Ai fini della sicurezza, nel capitolato si richiede per tutta la strumentazione la possibilità di non stappare la provetta per l'analisi del sangue. Visto il tipo di strumentazione sul mercato e le varie tipologia richiesta si richiede di rendere questa caratteristica quale elemento qualitativo da valutare e non un requisito minimo.

**Risposta)** Si è preso atto del rilievo espresso ed è stata proposta una modifica del testo del capitolato speciale in tal senso.

**Domanda)** Il limite per la quantità di sangue per la chimica clinica indicato in massimo 100 microlitri potrebbe essere aumentato a 250 e comunque potrebbe essere elemento di valutazione qualitativa. Trattandosi di analisi su sangue venoso, laddove non si usi sangue capillare, la quantità di sangue disponibile è ben superiore (es. vacutainer da 3 ml.).

**Risposta)** Si è preso atto del rilievo espresso ed è stata proposta una modifica del testo del capitolato speciale in tal senso.

**Domanda)** Gli esami relativi a proteina C reattiva e Beta HCG potrebbero essere non necessariamente forniti all'interno dello strumento marker cardiaci. Potrebbero essere inclusi negli esami accessori come elemento di valutazione.

**Risposta)** Il test può essere eseguito non necessariamente sullo strumento marcatori cardiaci, purché non siano aumentati il numero e la tipologia delle strumentazioni complessivamente richieste.

**Domanda)** Poche informazioni sono specificate circa le modalità di collegamento al LIS. Si potrebbe indicare che tipo di collegamento si desidera, se si dispone di ID paziente, se viene fatta prenotazione su LIS prima degli esami POCT oppure si desidera lavorare in regime di post – prenotazione con il codice paziente (tessera sanitaria o codice pronto soccorso o anagrafica regionale).

**Risposta)** Si dispone di ID paziente e di ID operatore e non si desidera lavorare in regime di post – prenotazione con il codice paziente (tessera sanitaria o codice pronto soccorso o anagrafica regionale).

**Domanda)** Laddove si indica la fornitura di un palmare per il controllo remoto del POCT da parte del laboratorio si potrebbe specificare le modalità e le funzionalità del palmare (es. prenotazione esami in remoto oppure semplici attività di verifica a cura del supervisor). Se poi tale palmare dovesse essere collegato alla rete via wireless, si dovrebbe specificare se esiste una rete wireless oppure è a carico del fornitore del sistema.

**Risposta)** Non è richiesta la prenotazione degli esami in remoto. E' richiesta la possibilità di verificare il sistema in remoto con eventuale intervento da parte degli operatori. Il palmare dovrà essere collegato alla rete via wireless.

## ALTRO

**Domanda)** Per l'A.S.L. AL non è richiesto alcun apparecchio emogasanalizzatore: è richiesto un collegamento agli emogasanalizzatori presenti nell'ambito delle strutture?

**Risposta)** E' richiesto il collegamento agli emogasanalizzatori presenti nell'ambito delle strutture.

Acqui Terme, 10.10.2014