

Scheda informativa riportante sinteticamente le informazioni da dichiarare circa le caratteristiche qualitative degli emogasanalizzatori previste dall'art. 9 del Capitolato Speciale di gara

**FORNITURA DI SISTEMI CENTRALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI TEST EMOGASANALITICI, ELETTROLITI E METABOLITI, COSTITUITI DA ANALIZZATORI PERIFERICI E STAZIONI DI LAVORO/CONTROLLO/GESTIONE**

**GARA A.N.A.C. N. 6851371**

<b>DENOMINAZIONE DITTA</b>	
<b>SEDE LEGALE</b>	
<b>CITTA' / C.A.P.</b>	
<b>PARTITA IVA / CODICE FISCALE</b>	
<b>MODELLO OFFERTO</b>	

<b>RIF.</b>	<b>SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>VALORE</b>
B-1	Tempo totale, espresso in minuti, di attivazione strumento (indicare facendo riferimento al manuale e/o scheda tecnica prodotto il tempo impiegato per il condizionamento della/e cassetta/e o qualsiasi altra attività esterna necessaria prima del caricamento on board + il tempo impiegato dall'inserimento della cassetta al pronto operativo con esecuzione di tre controlli di qualità per avere tutti i test richiesti nel "profilo 1" attivi.	
<b>NOTE</b>		

B-2	Tempo di ciclo (a strumento pronto) espresso in minuti: indicare facendo riferimento al manuale e/o scheda tecnica il tempo trascorso da inserimento campione e analisi a strumento pronto per successiva analisi per eseguire il "profilo 1"	
NOTE		
B-3	Quantità minima di campione prelevato con siringa utilizzato dal sistema per eseguire il "profilo 1"	
NOTE		
B-4	Capacità dello strumento di gestire campioni insufficienti producendo referti parziali con priorità per l'analisi dei gas disciolti e del pH	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NOTE		
B-5	Gestione automatica del coagulo: descrivere la tipologia del sistema adottato per intercettare e consentire la risoluzione del problema coagulo.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

NOTE		
B-6	Sicurezza per l'operatore nella fase di campionamento (assenza di sonde esposte); soluzioni adottate per minimizzare i rischi per gli operatori sanitari	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NOTE		
B-7	Cassetta reagenti: durata a bordo macchina a cassetta attivata con i reagenti necessari per eseguire il "profilo 1"	
NOTE		
B-8	Volume complessivo, espresso in kg., dei materiali da smaltire nell'intera fornitura prevista all'anno per tutte le macchine installate.	
NOTE		

B-9	Maggiore ampiezza (linearità di misura) per il test della bilirubina.	
<b>NOTE</b>		
B-10	Tracciabilità del campione, del paziente e dell'operatore (descrivere come viene effettuata dal prelievo alla produzione del referto)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>NOTE</b>		
B-11	Semplicità e praticità d'uso. Operazioni a carico dell'operatore sanitario (manutenzioni ed eventuali calibrazioni manuali)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>NOTE</b>		

B-12	Software Gestionale su postazioni di lavoro, controllo, gestione con PC.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NOTE		
B-13	Controlli di qualità automatici composti da matrici diverse dai calibratori.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NOTE		
B-14	Possibilità di elaborare i grafici dei controlli di qualità con carte di controllo Levey-Jennings sul software gestionale su postazione di lavoro/controllo remoto.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NOTE		
B-15	Controlli di qualità avviabili da remoto.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

NOTE		
B-16	Piani di formazione per gli utilizzatori (descrizione) e abilitazione della macchine ai soli operatori che hanno superato il corso di formazione iniziale e successivi previsti.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NOTE		
B-17	Possibilità di effettuare VEQ esterne.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NOTE		

Per ciascuno dei punti sopraindicati è richiesta nel campo “NOTE” una breve descrizione, oltre all’eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica qualora ritenuto necessario.

DATA

TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE  
PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL  
LEGALE RAPPRESENTANTE