

**Procedura per la disciplina delle forniture di odontoprotesi e di ortodonzia**  
**Avviso per l'ammissione al convenzionamento dei Laboratori Odontotecnici**  
**Periodo 01/01/2027 – 31/12/2029**

Vista la D.G.R. n. 39 - 14910 del 28/02/05 avente ad oggetto "Approvazione del Documento relativo al Servizio Odontoprotesico Regionale mediante la stipula di apposita convenzione tra le Aziende Sanitarie Locali e i laboratori odontotecnici", e s.m.i., l'A.S.L. AL ha stabilito di regolamentare il servizio di erogazione dei manufatti protesici e dei dispositivi ortodontici con un progetto valido nel periodo 01/01/2027 – 31/12/2029.

A tal fine l'A.S.L. AL ha definito i criteri e le modalità procedurali per disciplinare l'offerta dei Laboratori Odontotecnici alle varie forniture, e precisamente:

- 1) Realizzazione da parte dei Laboratori Odontotecnici di:
  - a) protesi standard (protesi rimovibili e scheletrati) con oneri predeterminati a carico degli utenti (conformi al Tariffario Unico Regionale approvato con D.G.R. n. 39 – 14910 del 28/02/05 e s.m.i.);
  - b) protesi speciali (protesi e tutori riabilitativi) con oneri predeterminati a carico degli utenti (conformi al Tariffario Unico Regionale approvato con D.G.R. n. 39 – 14910 del 28/02/05 e s.m.i.);
  - c) dispositivi ortodontici;
  - d) bite (classificati come "protesi speciali") con oneri predeterminati a carico degli utenti (conformi al Tariffario Unico Regionale approvato con D.G.R. n. 39 – 14910 del 28/02/05 e s.m.i.);
  - e) protesi inamovibili (fisse).

Per le forniture di cui ai punti 1 c) ed 1 e), in assenza di tariffario regionale, saranno applicati i tariffari aziendali.

I manufatti protesici ed i dispositivi ortodontici di cui ai punti 1 a) – 1 b) - 1 c) – 1 d) sono erogabili da parte dell'A.S.L. AL sia in regime istituzionale che in regime libero professionale; le protesi di cui al punto 1 e) sono erogabili solo in regime libero professionale.

I Laboratori interessati potranno chiedere di aderire oltre che per la fornitura di cui al punto 1 a), anche per quelle di cui ai punti 1 b) e/o 1 e); la disponibilità alla fornitura di cui al punto 1 c) può essere offerta indipendentemente dalle altre; la disponibilità alla fornitura dei soli bite (punto 1 d) è consentita anche ai laboratori che chiedono di aderire solo per la fornitura dei dispositivi di cui al punto 1 c).

La realizzazione di scheletrati esternamente al laboratorio convenzionato potrà essere effettuata solamente presso i laboratori a loro volta convenzionati, per la fornitura di protesi standard, con altre Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte (gli estremi di tale convenzione devono essere riportati nella certificazione rilasciata al termine del lavoro) purché i prodotti siano conformi a quanto disposto dalla normativa vigente (leghe per protesi scheletrate: classificazione secondo norma ISO 6871-1-1996 DIN. 13912).

- 2) Potranno essere ammessi al convenzionamento i Laboratori Odontotecnici in regola con l'iscrizione alla Camera di Commercio, con autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività, registrati al Ministero della Salute, che abbiano assolto gli obblighi contributivi

nei confronti di INPS ed INAIL, che abbiano ottemperato a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che abbiano adottato tutte le misure necessarie ai fini della protezione dei dati trattati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché del Regolamento UE 2016/679, che operino nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento U.E. 2017/745 e s.m.i., che siano in possesso del registro carico e scarico rifiuti speciali, ovvero di altra modalità di smaltimento, se prevista, (nel caso in cui la lavorazione dei manufatti e dei dispositivi comporti la produzione di rifiuti speciali), ed inoltre dei materiali necessari alla realizzazione dei manufatti e dei dispositivi, nonché dei requisiti organizzativi, umani e strumentali, di cui alla D.G.R. n. 39 – 14910 del 28/02/05 e s.m.i. In particolare si precisa quanto segue:

a) per la fornitura di cui al punto 1 a) è necessario che:

- sia consentita la lavorazione di protesi rimovibili in acrilico con macchinari ad iniezione e pressione controllata e polimerizzazione a caldo in via umida (a tempo e temperatura controllata)

- sia consentita la lavorazione di scheletrati in cromo-cobalto o lega di valore superiore con fonditrici elettroniche e forni di preriscaldamento approvati dalle case-madri;

b) per la fornitura di cui al punto 1 b) è necessario che:

- sia consentita la lavorazione di protesi rimovibili in acrilico con macchinari ad iniezione e pressione controllata e polimerizzazione a caldo in via umida (a tempo e temperatura controllata)

- siano stati conseguiti master o frequenza di corsi in campo gnatologico o riabilitativo protesico

c) per la fornitura di cui al punto 1 c) è necessario che:

- siano stati conseguiti master o frequenza di corsi in campo ortodontico

d) per la fornitura di cui al punto 1 d) è necessario che:

- siano stati conseguiti master o frequenza di corsi in campo gnatologico o riabilitativo protesico

e) per la fornitura di cui al punto 1 e) è necessario che:

- sia consentita la lavorazione di protesi rimovibili in acrilico con macchinari ad iniezione e pressione controllata e polimerizzazione a caldo in via umida (a tempo e temperatura controllata)

- sia consentita la lavorazione di scheletrati in cromo-cobalto o lega di valore superiore con fonditrici elettroniche e forni di preriscaldamento approvati dalle case-madri;

- i laboratori odontotecnici siano in possesso anche delle risorse necessarie alla realizzazione dei manufatti conformi alle caratteristiche precisate nell'Allegato 1.

Non potranno essere ammessi al convenzionamento i laboratori odontotecnici in cui operino o siano cointeressate, a qualunque titolo, persone legate al Servizio Sanitario Nazionale da rapporto convenzionale o di impiego, o che comunque svolgano la loro attività in altre strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale con compiti gestionali e/o di rappresentanza.

Parimenti, non saranno ammessi al convenzionamento i laboratori nei quali operano, a qualsiasi titolo, odontotecnici che sono stati condannati con sentenza definitiva (inclusa quella di "patteggiamento" ex artt. 444 e segg. c.p.p.) per reato di cui all'art. 348 del c.p.

(abusivo esercizio di una professione), per aver compiuto operazioni di competenza dell'Odontoiatra.

Per l'attività eventualmente da svolgere in collaborazione con gli Odontoiatri che operano presso gli Istituti Penitenziari afferenti l'ASL AL, oltre agli altri requisiti, è necessario che il titolare e/o il legale rappresentante, nonché ogni operatore del laboratorio interessato (sia odontotecnico, sia altra figura professionale) non abbiano riportato condanne definitive per delitti di qualunque natura, non abbiano procedimenti pendenti a proprio carico per delitti di qualunque natura, non abbiano familiari o conviventi tra la popolazione detenuta.

I requisiti devono essere posseduti dai laboratori odontotecnici alla data di presentazione della domanda e dovranno permanere durante tutto il periodo di convenzionamento.

**3) Il numero dei laboratori convenzionabili è:**

- n. 18 per la fornitura di cui al punto 1 a) e n. 3 per la fornitura di cui al punto 1 c), da suddividere tra le sedi operative dell'A.S.L. AL.

L'A.S.L. AL si riserva di verificare e di modificare periodicamente il numero dei laboratori convenzionabili necessario al buon andamento del Servizio.

Per i manufatti ed i dispositivi di cui ai punti 1 a) ed 1 c) erogati dall'A.S.L. in regime istituzionale gli Odontoiatri si avvarranno dei laboratori odontotecnici all'uopo convenzionati.

Allo scopo, saranno redatte graduatorie per le forniture di cui ai punti 1 a) ed 1 c) sulla base delle domande pervenute, utilizzando i seguenti criteri di valutazione:

**a) Cronologico:**

1 - attribuzione di un punteggio pari a 0,05 per mese di convenzionamento con il S.S.R. (per la stessa tipologia di fornitura per la quale si chiede la convenzione) - 16 giorni pari ad un mese. Il punteggio non è cumulabile per lo stesso periodo.

2 - attribuzione di un punteggio pari a 0,01 per mese di iscrizione alla C.C.I.A.A. (16 giorni pari ad un mese), con un punteggio massimo ottenibile pari a punti 3,00 (periodo massimo valutabile: anni 25).

Nel caso di cambiamento di ragione sociale del laboratorio, per l'attribuzione dei punteggi, sarà verificata la continuità nell'esercizio dell'attività, come deducibile dalla visura camerale, verificata tramite i competenti uffici della Camera di Commercio.

**b) Professionale:**

1 - aggiornamento ed altri titoli professionali: attribuzione di un punteggio fino ad un massimo di 3,00 punti per provati titoli (corsi o altro) conseguiti dagli odontotecnici operanti nel laboratorio, come di seguito precisato:

- 1.1 per i corsi:

- rispondenza del corso all'attività da svolgere: non sono valutabili i corsi non attinenti l'attività per cui si chiede il convenzionamento

- continuità nella frequenza dei corsi nel periodo 01/01/2016 - 31/12/2025: punti 0,30

- valutazione esclusivamente dei corsi effettuati nel periodo 01/01/2016 - 31/12/2025, con l'attribuzione di 0,04 punti per ogni corso (come specificato sopra) con un massimo di punti 0,12 per anno.

- punteggio massimo ottenibile per i corsi: punti 1,50

- 1.2 per altri titoli (docenze, master, consulenze specifiche ecc.);

- rispondenza del titolo all'attività da svolgere: non sono valutabili i titoli non attinenti l'attività per cui si chiede il convenzionamento

- funzionalità del titolo al miglioramento del servizio
  - punteggio massimo ottenibile per titoli diversi da corsi: punti 1,50
- 2.- valutazione: per i laboratori attualmente convenzionati attribuzione di un punteggio fino a un massimo di 2,00 relativo al servizio reso nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2025, assegnato sulla base della valutazione espressa dagli Odontoiatri con i quali il laboratorio ha collaborato; per i laboratori non ancora convenzionati verrà attribuito un punteggio d'accesso pari a 1,50.

c) Territoriale: attribuzione di un punteggio pari a 2,00 se la sede operativa del laboratorio è compresa nell'ambito territoriale di pertinenza dell'A.S.L. AL.

d) Tecnologico (da applicare solo per la definizione della graduatoria valevole per la fornitura dei manufatti di cui al punto 1a): attribuzione di un punteggio pari ad 1,00 ai laboratori odontotecnici che realizzano in proprio la componente metallica degli scheletrati.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno valutati i titoli conseguiti fino al 31/12/2025.

Nel caso di parità di punteggio tra laboratori, prevarrà il laboratorio con maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio.

4) I Laboratori Odontotecnici eccedenti il fabbisogno complessivo rimarranno in graduatoria a disposizione per il periodo di validità del progetto.

5) Nel caso di cambiamento di ragione sociale del laboratorio convenzionato, al fine del mantenimento del rapporto convenzionale, sarà valutata la continuità nell'esercizio dell'attività, accertata presso i competenti uffici della Camera di Commercio, e sarà verificata la permanenza dei requisiti per accedere al convenzionamento.

6) E' fatto obbligo ai laboratori odontotecnici convenzionati di comunicare all'A.S.L. AL, per le opportune valutazioni, ogni variazione relativa al laboratorio.

7) Per l'attività svolta in convenzione (compresa quella eventualmente erogata a favore di pazienti trattati presso gli Istituti Penitenziari), per ogni tipologia di fornitura (1 a – 1 c) è previsto l'avvicendamento dei Laboratori convenzionati negli ambulatori dell'A.S.L. AL, con il ricorso al criterio della rotazione al fine di garantire uguale opportunità lavorativa agli stessi con il raggiungimento di fatturati simili (gli importi delle riparazioni, delle modifiche e dei riadattamenti non concorrono a determinare i fatturati dei laboratori al fine della rotazione).. All'inizio del rapporto convenzionale l'A.S.L. AL assegnerà, in via informale, ad ogni laboratorio una o più sedi determinate in cui operare, fatta salva la possibilità di attribuire, anche temporaneamente, altre sedi, per esigenze o finalità dell'Azienda.

8) Per i manufatti ed i dispositivi di cui ai punti 1 a) ed 1 c) erogati in regime libero professionale gli Odontoiatri potranno scegliere, a discrezionalità, tra i laboratori convenzionati con l'A.S.L. AL rispettivamente per le forniture 1 a) ed 1 c), che siano disponibili a collaborare per l'attività in regime libero professionale.

Per i manufatti di cui al punto 1 b) gli Odontoiatri potranno scegliere, a discrezionalità, tra i laboratori convenzionati con l'A.S.L. AL per la fornitura di protesi 1 a), che abbiano espresso la disponibilità alla realizzazione della fornitura 1 b) e che siano stati dichiarati idonei alla stessa.

Per la fornitura esclusivamente di bite (punto 1 d) gli Odontoiatri potranno scegliere, a discrezionalità, oltre che tra i laboratori autorizzati alla fornitura di cui al punto 1 b) anche tra i laboratori convenzionati con l'A.S.L. AL per la fornitura di dispositivi di cui al punto 1 c), che abbiano espresso la disponibilità alla realizzazione della fornitura 1 d) e che siano stati dichiarati idonei alla stessa.

Vista la nota della Regione Piemonte prot. n. 18066/A14000 del 16/09/2019, anche il fatturato derivante dalla realizzazione dei manufatti di cui ai punti 1 b) e 1 d), erogati in regime istituzionale, sarà valutato ai fini dell'avvicendamento dei laboratori per l'attività svolta in convenzione.

Per i manufatti di cui al punto 1 e) gli Odontoiatri potranno scegliere, a discrezionalità, tra i laboratori convenzionati con l'A.S.L. AL per la fornitura di protesi 1 a), che abbiano espresso la disponibilità alla realizzazione della fornitura 1 e) e che siano stati dichiarati idonei alla stessa.

Pertanto, verranno redatti elenchi dei laboratori odontotecnici autorizzati alle forniture di cui ai punti 1 b) – 1 d) – 1 e), ai quali gli Odontoiatri dovranno attenersi nella scelta dei laboratori dei quali avvalersi.

Riparazioni, modifiche e riadattamenti dovranno essere affidati esclusivamente ai laboratori convenzionati per le forniture di riferimento.

9) Il motivato giudizio di non idoneità del laboratorio odontotecnico, espresso, al termine di un anno di attività, dall'Odontoiatra, alla stregua di riscontri obiettivi e suffragato dalla Commissione Odontoiatrica Aziendale, comporterà la risoluzione del rapporto convenzionale con il laboratorio.

10) Non è consentito ai Laboratori odontotecnici convenzionati intrattenere rapporti professionali esterni all'A.S.L. AL, anche in altra Regione, con gli Odontoiatri con i quali collaborano in convenzione.

11) E' fatto rigoroso divieto ai laboratori odontotecnici di intrattenere rapporti di natura professionale con gli utenti, che sono di esclusiva competenza dell'Odontoiatra, o comunque rapporti di altro genere, riferibili al contenuto convenzionale, con gli utenti stessi, che sono di esclusiva competenza dell'A.S.L. AL.

12) L'assistenza richiesta dall'Odontoiatra negli ambulatori è limitata ad atti tecnici sui manufatti su indicazione, controllo e presenza dell'Odontoiatra stesso.

13) L'inosservanza da parte dei laboratori odontotecnici convenzionati di quanto disposto dagli artt. 10 – 11 e 12 comporterà la risoluzione del rapporto convenzionale.

14) L'A.S.L. AL eserciterà funzioni di controllo al fine di verificare sia gli adempimenti delle clausole contenute nell'accordo, che il rispetto dell'avvicendamento nei termini indicati nel precedente punto 7.

L'A.S.L. AL si riserva inoltre la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, la conformità merceologica e di produzione dei manufatti protesici e dei dispositivi ortodontici.

L'A.S.L. AL effettuerà altresì, controlli, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/00 e s.m.i., sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai laboratori.

Durante tutto il periodo di convenzionamento l'A.S.L. AL effettuerà attività di vigilanza sulla permanenza dei requisiti.

**15)** Le domande dovranno essere presentate all'A.S.L. AL, all'indirizzo pec [aslal@pec.aslal.it](mailto:aslal@pec.aslal.it), entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

## ALLEGATO 1

### Caratteristiche tecnico-merceologiche per le protesi inamovibili

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compositi</b>     | tipo Ivoclar Adoro, GC Gradia e similari                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ceramiche</b>     | tipo Vita Omega 3D Master, Ivoclar IPS Design, Wieland Imagine e similari                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lega standard</b> | Lega Palladiata a basso titolo d'argento tipo Biennor Cendres Metaux (Au 2%, Pd 77%, - peso specifico 11,2 - durezza Vickers 325)                                                                                                                                                              |
| <b>Lega aurea</b>    | <p>Per corone Fuse o Veneer oro/composito tipo AL MED 3 Cendres Metaux ( Au 55%, Pd 5,9%, Ag 26%, Cu 10,9% - peso specifico 13,6 - durezza Vickers 296)</p> <p>Per Veneer oro/ceramica tipo Esteticor Cendres Metaux ( Au 45%, Pd 38,9, Ag 5% - peso specifico 13,8 - durezza Vickers 245)</p> |

#### **N.B.**

I riferimenti a prodotti commerciali sono a solo titolo esemplificativo, costituendo solamente esempio di riferimento per le caratteristiche dei prodotti