

## ISTRUZIONE OPERATIVA AZIENDALE

### IO DSRI ASL AL 03

### Indicazioni per la sanificazione ambientale nei Blocchi Operatori e nelle Sale Interventistiche

	Responsabili – Firme			
	Nome e Cognome		Funzione/i	Firma
<b>Redazione</b>	Elisabetta	Ferrando	<i>ISRI SS Rischio Clinico e Controllo Infezioni Ospedaliere</i>	<i>Firmato in originale</i>
	Angela	Pernecco	<i>ISRI SS Rischio Clinico e Controllo Infezioni Ospedaliere</i>	<i>Firmato in originale</i>
	Ilijan	Zenullari	<i>ISRI SS Rischio Clinico e Controllo Infezioni Ospedaliere</i>	<i>Firmato in originale</i>
<b>Verifica</b>	Maria Elisena	Focati	<i>DIRETTORE SC DIPSA</i>	<i>Firmato in originale</i>
<b>Approvazione</b>	Simone	Porretto	<i>Direttore SS.CC DSPO Novi L. e Casale M. Coordinatore PP.OO. ASL AL</i>	<i>Firmato in originale</i>

 <p>ASL AL REGIONE PIEMONTE</p>	<p><b>Istruzione Operativa</b>  <b>IO DSRI ASL AL 03</b>  <b>Indicazioni per la sanificazione ambientale nei</b>  <b>Blocchi Operatori e nelle Sale Interventistiche</b></p>	<p>Data di emissione: giugno 2024</p> <p>Revisione n° 0</p> <p>Pagina 2 di 7</p>
---	--	--

## INDICE

1.	Titolo e descrizione sintetica .....	pag. 3
1.1	Titolo .....	pag. 3
1.2	Descrizione sintetica .....	pag. 3
2.	Modifiche alle revisioni precedenti .....	pag. 3
3.	Scopo/Obiettivi .....	pag. 3
4.	Premessa .....	pag. 3
5.	Ambito di applicazione .....	pag. 3
6.	Descrizione delle attività .....	pag. 4
6.1	Preparazione del materiale .....	pag. 4
6.2	Inizio delle sedute operatorie .....	pag. 5
6.3	Dopo ogni intervento .....	pag. 5
6.4	Al termine della seduta .....	pag. 5
7.	Riferimenti e allegati .....	pag. 6
7.1.	Procedure aziendali di riferimento .....	pag. 6
7.2.	Bibliografia .....	pag. 6
7.3	Allegati .....	pag. 6

Allegato 1: Scheda di verifica sanificazione/disinfezione ambientale B.O. e Sale Interventistiche

	<b>Istruzione Operativa IO DSRI ASL AL 03 Indicazioni per la sanificazione ambientale nei Blocchi Operatori e nelle Sale Interventistiche</b>	Data di emissione: giugno 2024 Revisione n° 0 Pagina 3 di 7
--	---	--

## **1.TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA**

### **1.1 Titolo**

Indicazioni di sanificazione ambientale nei Blocchi Operatori e nelle Sale Interventistiche

### **1.2 Descrizione sintetica**

In questo documento vengono illustrate le azioni da compiere per la corretta sanificazione ambientale delle sale operatorie ed interventistiche ad inizio giornata e nelle fasi di cambio tra un intervento e quello successivo.

## **2.MODIFICHE ALLE REVISIONI PRECEDENTI**

Prima stesura dell'Istruzione Operativa aziendale

## **3.SCOPO / OBIETTIVI**

Fornire agli operatori sanitari indicazioni e norme di comportamento per uniformare le modalità di disinfezione ambientale presso i Blocchi Operatori, le Sale di Ostetricia e Ginecologia, le Sale Parto e le Sale di Interventistica aziendali.

## **4. PREMESSA**

Il processo di disinfezione ambientale all'interno di blocchi operatori e delle sale di interventistica è indispensabile al fine di impedire la trasmissione di microrganismi patogeni ai pazienti sottoposti ad interventi chirurgici o manovre invasive.

Per risultare efficace, deve essere effettuato eseguendo una sequenza di manovre prestabilite e costanti.

Nessuna delle fasi di seguito elencate ed illustrate deve essere tralasciata o effettuata in modo affrettato ed approssimativo.

## **5. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Tutti i Blocchi Operatori, le Sale Operatorie di Ostetricia-Ginecologia, le Sale Parto, le Sale di Emodinamica e le Sale di Interventistica presso le quali si eseguono interventi riconducibili ad attività Chirurgica Ambulatoriale Complessa.

	<b>Istruzione Operativa IO DSRI ASL AL 03</b> <b>Indicazioni per la sanificazione ambientale nei Blocchi Operatori e nelle Sale Interventistiche</b>	Data di emissione: giugno 2024  Revisione n° 0  Pagina 4 di 7
--	---	--

## 6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Vengono di seguito illustrate le azioni da eseguire per la corretta sanificazione ambientale delle aree interessate; tali indicazioni si riferiscono solo **alla fase che precede l'avvio dell'attività chirurgica** e alla **fase di disinfezione ambientale tra un intervento e quello successivo** e devono essere applicate nei seguenti ambienti: sala operatoria/sala interventistica, zona lavaggio mani e zona induzione risveglio.

Le fasi successive, "pulizia al termine della seduta operatoria" e "pulizie periodiche", sono eseguite dal personale della ditta del Servizio di Pulizia appaltato nel rispetto delle indicazioni contenute nel Capitolato per il "Servizio integrato di pulizia, sanificazione e attività complementari nei presidi ospedalieri e sedi distrettuali delle ASL di Alessandria, Asti e ASO di Alessandria - Protocollo Area ad Alto e Medio Livello Igienico" disponibile sul sito aziendale.

**Prima** di procedere con le attività di seguito dettagliate, gli operatori devono **indossare gli idonei dispositivi individuali di protezione**: guanti monouso, camice monouso, occhiali+mascherina o visor.

### 6.1 Preparazione del materiale

Prima di iniziare le operazioni di pulizia preparare:

- 1 lt di soluzione detergente/disinfettante per arredi ed attrezzature (GIOPHEN 3 HWP allo 0.55%- 5 ml in 1 lt di acqua – la soluzione diluita deve essere utilizzata entro 10 gg dalla sua preparazione)
- soluzione detergente/disinfettante per i pavimenti (Ster-X 2000 al 2.8% – 40 ml ogni litro di acqua o Giodiclonil compresse da 2.5 gr – 2 cp in 5 lt di acqua. Entrambe le soluzioni devono essere diluite in acqua fredda e, una volta preparate, rimangono attive per 24 ore)
- soluzione disinfettante a base alcolica pronta all'uso o salviette imbevute a base di cloro per le apparecchiature elettromedicali (seguire indicazioni del produttore dell'apparecchiatura).

Assicurarsi di avere a disposizione tutto il materiale necessario, più precisamente:

- 🗑️ scopa a lamello e panni monouso (forniti dalla ditta delle pulizie)
- 🗑️ attrezzo velcro con panni in microfibra pluriuso (forniti dalla ditta delle pulizie)
- 🗑️ panni monouso per le superfici orizzontali; se non disponibili, utilizzare i panni pluriuso striati colorati
- 🗑️ contenitori per la diluizione dei prodotti (sui contenitori delle soluzioni devono essere indicato il contenuto)

 <p>ASL AL REGIONE PIEMONTE</p>	<p><b>Istruzione Operativa</b>  <b>IO DSRI ASL AL 03</b>  <b>Indicazioni per la sanificazione ambientale nei</b>  <b>Blocchi Operatori e nelle Sale Interventistiche</b></p>	<p>Data di emissione: giugno 2024</p> <p>Revisione n° 0</p> <p>Pagina 5 di 7</p>
---	--	--

## 6.2 Inizio delle sedute operatorie (Blocco Operatorio e Sale di Ostetricia-Ginecologia)

Ad un tempo non superiore ai 30 minuti dall'inizio della seduta operatoria in ambiente già pulito:

- rimuovere la polvere da lampada scialitica, letto operatorio, tavolini servitori, utilizzando un panno imbevuto di detergente/disinfettante;
- rimuovere la polvere dalle attrezzature elettromedicali utilizzando un panno asciutto in microfibra o un panno imbevuto di soluzione a base alcolica o salviette pre-imbevute a base di cloro

## 6.3 Dopo ogni intervento

- ✚ rimuovere la teleria usata
- ✚ allontanare tutto lo strumentario e i dispositivi medici utilizzati
- ✚ raccogliere tutte le tipologie di rifiuti suddividendoli secondo le indicazioni della procedura aziendale "La gestione dei rifiuti prodotti in ambito sanitario – Presidi Ospedalieri" disponibile sul sito aziendale. Convogliare i rifiuti nei locali dedicati allo stoccaggio.
- ✚ detergere/disinfettare il piano orizzontale del lettino operatorio e qualsiasi superficie visibilmente contaminatae incluse lampada scialitica, pedane e postazioni anestesista.
- ✚ rimuovere lo sporco con scopa a lamello dal pavimento perimetrale al letto operatorio; lo sporco deve essere convogliato in un punto all'esterno della sala operatoria e raccolto
- ✚ detergere/disinfettare l'area circostante il lettino operatorio con l'attrezzo velcro con panni in microfibra.

## 6.4 Al termine della seduta operatoria

- ✚ raccogliere ed allontanare i rifiuti sanitari a rischio infettivo (RSRI), chiudere accuratamente i contenitori, identificarli ed inviarli al deposito temporaneo tramite ditta dedicata.
- ✚ raccogliere tutte le altre tipologie di rifiuti e convogliarli nei locali dedicati allo stoccaggio
- ✚ raccogliere ed allontanare la biancheria utilizzata
- ✚ allontanare tutti i dispositivi medici utilizzati
- ✚ disinfettare accuratamente le apparecchiature elettromedicali, i monitor e i piani di supporto. (prestazione non a carico della ditta di pulizie)

	<b>Istruzione Operativa IO DSRI ASL AL 03</b> <b>Indicazioni per la sanificazione ambientale nei Blocchi Operatori e nelle Sale Interventistiche</b>	Data di emissione: giugno 2024  Revisione n° 0  Pagina 6 di 7
--	---	--

Al termine delle operazioni di disinfezione:

- ✚ eliminare le soluzioni a base di cloro
- ✚ eliminare i panni monouso utilizzati sulle superfici
- ✚ eliminare i panni monouso della scopa lamello
- ✚ raccogliere i panni in microfibra pluriuso nei appositi contenitori (se utilizzati) e restituirli alla ditta (lavaggio a carico della ditta di pulizie)
- ✚ raccogliere i panni striati pluriuso (se utilizzati) ed inviarli al lavaggio (a carico della ditta di pulizie)
- ✚ detergere e disinfettare le attrezzature utilizzate
- ✚ riporre i secchi capovolti

## 7. RIFERIMENTI e ALLEGATI

### 7.1 Procedure aziendali di riferimento

- Capitolato del "Servizio integrato di pulizia, sanificazione e attività complementari nei presidi ospedalieri e sedi distrettuali delle ASL di Alessandria, Asti e ASO di Alessandria"
- La gestione dei rifiuti prodotti in ambito sanitario – Presidi Ospedalieri” – anno 2023
- Documento di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa” – anno 2023
- Prontuario degli antisettici e dei disinfettanti – anno 2022

### 7.2 Bibliografia

- Compendio delle principali misure per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza; CCM e Regione Emilia Romagna; gennaio 2010
- Documento di indirizzo sulla valutazione del processo di sanificazione ambientale nelle strutture ospedaliere e territoriali per il controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (CA – ANMDO; ottobre 2022

### 7.3 Allegati

- Scheda di verifica sanificazione/disinfezione ambientale (Mod. IO DSRI ASL AL 03/01)



**Istruzione Operativa  
IO DSRI ASL AL 03  
Indicazioni per la sanificazione ambientale nei  
Blocchi Operatori e nelle Sale Interventistiche**

Data di emissione:  
giugno 2024

Revisione n° 0

Pagina 7 di 7

**Mod. IO DSRI ASL AL 03/01**

**SCHEDA DI VERIFICA SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE AMBIENTALE  
B.O. e SALE INTERVENTISTICHE**

P.O. \_\_\_\_\_ SC/SS \_\_\_\_\_ Data e ora \_\_\_\_\_

<b>INTERVENTI EFFETUATTI</b>	<b>si</b>	<b>no</b>	<b>note</b>
Sono stati allontanati i rifiuti prodotti			
È stata rimossa la teleria sporca dopo aver controllato con cura l'eventuale presenza di ferri chirurgici e/o taglienti che possano causare infortuni			
Sono state rimosse con soluzione disinfettante eventuali tracce di materiale organico dalle apparecchiature e dai cavi			
È stato allontanato lo strumentario e il materiale non monouso utilizzati per l'intervento			
Le aree contaminate di sangue e/o altri liquidi biologici sono state decontaminate secondo la procedura			
La scialitica, all'ispezione, appare pulita			
Il lettino operatorio, all'ispezione, appare pulito			
I tavoli (madre, servitore, altri carrelli) appaiono puliti			
La zona lavaggio mani chirurgici e la zona risveglio, all'ispezione, appaiono pulite			
I pavimenti, all'ispezione, risultano adeguatamente puliti			
Interruttori e pulsantiere appaiono adeguatamente puliti			
Vengono indossati i DPI (guanti monouso, camice monouso, occhiali+ mascherina o visor )			
Vengono sostituiti i panni dopo essere stati utilizzati da una Sala all'altra			
E' presente tutto il materiale necessario (es. pezze pavimenti, panni colorati, guanti, DPI, prodotti, schemi uso prodotti)			

Firma Verificatore : (nominativo-firma).....

Firma Coordinatore SC/SS verificata: (nominativo-firma):.....