

		<i>Sede legale: Viale Giolitti, 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067</i>	
Codice: <b>ALRCRI019.2013</b>	Data emissione: <b>dicembre 2013</b>	Validità dal: <b>gennaio 2014</b>	Allegato: <b>4</b>

## Raccomandazioni prevenzione infezioni del sito chirurgico

### SCHEDA 4: PREVENZIONE DELL'IPOTERMIA PERIOPERATORIA

1. Mantenere la temperatura ambientale all'interno della Camera Operatoria entro valori compresi tra i 20 e 24°C e l'umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%
  
2. Mantenere la temperatura corporea del paziente tra i 36,5 e i 37°C (normotermia) avendo cura di:
  - a. utilizzare coperte ad aria calda per la copertura del paziente sia durante l'intervento chirurgico che durante la fase di risveglio
  - b. riscaldare e mantenere a giusta temperatura i liquidi infusi
  
3. Monitorare la temperatura corporea del paziente negli interventi medio/grandi per i quali è prevista una durata superiore alle due ore rilevando la temperatura anche ad inizio intervento.  
Riportare i dati delle rilevazione sulla Scheda Anestesiologica.
  
4. Effettuare il monitoraggio della temperatura perioperatoria e in particolare nelle ore successive al termine dell'intervento