

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL.

Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA (AL)

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Verbale della commissione giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle Ditte partecipanti alla procedura negoziata per la fornitura di ausili per posizionamento paziente – 30 mesi - occorrenti alle Aziende AIC 5 , Gara ANAC n. 8050812

VERBALE N. 1

L'anno **2021**, addì **26**, del mese di **Maggio**, alle ore 9,00 ca., presso gli uffici della S.C. Economato – Logistica – Approvigionamenti – Patrimoniale del Presidio Ospedaliero di Novi Ligure – Via E. Raggio n. 12 (AL), si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Direttore della S.C. Economato Logistica Approvigionamenti Patrimoniale dell'A.S.L. AL n. 819 del 11.05.2021 esecutiva nelle forme di legge nelle seguenti persone:

Presidente

Dott.ssa Fiammetta Penna – Dirigente Medico presso S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione– ASL AT (Designato con nota prot. 79689 del 07.05.2021)

Componenti

Dott.ssa Silvana Ravetti – CPSE RRF Casale Monferrato – ASL AL (Designato con nota prot. 54373. del 30.03.2021)

Dott.ssa Priano Annalisa, Coordinatrice Fisioterapista della Riabilitazione AO di Alessandria. (Designato con nota prot. 56164 del 01.04.2021).

I componenti la Commissione Giudicatrice dichiarano di accettare l'incarico conferito con determinazione n. 819 del 11.05.2021 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 18.04.2016 n. 50



e s.m.i. e di astensione previste dall'art. 51 del Codice Procedura Civile. Sono presenti alla seduta la Dott.ssa Claudia Merlo fino alle 13,50 e il Dott. Emanuele Demaria dalle ore 13,50 alle 15,00 e la Sig.a Elena Demergasso della S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale per l'intera durata della seduta, con funzioni esclusivamente di segreteria.

Preliminarmente, la Commissione prende conoscenza di tutti gli atti relativi alla procedura negoziata accertando in particolare quanto segue:

Con determinazione n. 234 del 04.02.2021 esecutiva nelle forme di legge, i cui contenuti si richiamano integralmente "*per relationem*", è stata adottata la determina a contrarre per l'avvio del procedimento relativo alla fornitura di **ausili per posizionamento paziente occorrenti all'area sovrazonale A.I.C. 5 - 30 mesi Gara ANAC n.8050812**, da effettuare in modalità elettronica tramite la piattaforma M.E.P.A. e da aggiudicare per singoli lotti indivisibili alle Ditte che avranno presentato per ciascuno di essi il prezzo più basso, previa verifica della conformità delle offerte alle prescrizioni del capitolato speciale ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50;

Allo scopo di assicurare comunque la massima partecipazione e concorrenzialità alla procedura negoziata in oggetto, la S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale ha ritenuto necessario avviare una R.D.O. N.2754826 (Richiesta di offerta) tramite il M.E.P.A. in modalità "aperta" e pertanto con l'invito esteso a tutti gli operatori economici abilitati ad operare sulla medesima piattaforma nello specifico bando di riferimento attivando opportuna pubblicità, dell'attività di esplorazione del mercato, mediante la pubblicazione di un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" contenente gli elementi minimi della procedura dettagliatamente descritti in preambolo.

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 29.03.2021, sono pervenute e registrate sulla piattaforma le seguenti offerte:



DITTA BIOMATRIX P.I. 01378350191 di Cremona

Lotto 5, Lotto 9, Lotto 11, Lotto 14, Lotto 17, Lotto 19, Lotto 20, Lotto 21, Lotto 22, Lotto 25, Lotto 26, Lotto 27, Lotto 30, Lotto 31;

DITTA COREMEC S.R.L. P.I. 04327730018 di Torino

Lotto 5, Lotto 9, Lotto 10, Lotto 12, Lotto 14, Lotto 15, Lotto 18, Lotto 19, Lotto 20, Lotto 21, Lotto 24, Lotto 27, Lotto 28, Lotto 30

DITTA DEMARTA VIRGINIO di Belletti Virginio E C. SAS P.I. 01530570025 di Biella

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 9, Lotto 10, Lotto 11, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 14, Lotto 15, Lotto 16, Lotto 17, Lotto 18, Lotto 19, Lotto 20, Lotto 21, Lotto 22, Lotto 24, Lotto 25, Lotto 26, Lotto 27, Lotto 29, Lotto 30

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL P.I. 01154520520 di Siena:

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 9, Lotto 11, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 14, Lotto 15, Lotto 16, Lotto 17, Lotto 18, Lotto 19, Lotto 20, Lotto 21, Lotto 24, Lotto 26, Lotto 27, Lotto 29, Lotto 30

DITTA ITALSANITARIA SRL P.I. 00724940242 di Vicenza

Lotto 14, Lotto 27, Lotto 30;

DITTA MEDICAL GROUP P.I. 06554720018 di Torino

Lotto 28;

DITTA MOLNLYCKE HEALTH CARE P.I. 02426070120 di Milano

Lotto 31;

Tutte le Ditte partecipanti sono state ammesse alla prosecuzione della gara nel corso della seduta telematica svoltasi in data 02.04.2021 mentre in data 13.05.2021, sempre mediante la piattaforma informatica del M.E.P.A., la S.C. E.L.A.P. ha inoltre provveduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica.

A questo punto la Commissione Giudicatrice prende atto del Capitolato Speciale di gara e precisa che la presente fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 comma 4 del



Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, per singoli lotti indivisibili, a favore della Ditta o delle Ditte che avranno proposto **il prezzo più basso, previa verifica della conformità delle offerte alle prescrizioni del capitolato speciale.**

Terminati questi adempimenti la Commissione Giudicatrice, sulla scorta di tutti gli elementi in possesso agli atti, ha effettuato congiuntamente le seguenti considerazioni sulla documentazione tecnica e sulla campionatura, ove prevista, presentata dalle Ditte concorrenti:

LOTTO 1: MATERASSINO PER LETTINO

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 2: CUSCINETTO A FORMA DI CIAMBELLA

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 3: CUSCINO SAGOMATO PRONO-SUPINO

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Nelle schede tecniche non risultano evidenziati i codici dei prodotti offerti. Per questa motivazione la Commissione Giudicatrice decide, per un giudizio più approfondito, di richiedere tramite il portale MEPA chiarimenti in merito e rinvia la valutazione del lotto, al



quale hanno partecipato anche la **DITTA INGRANDE DOMENICO SRL** ad una successiva seduta.

LOTTO 4: POSIZIONATORE

DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 5: SISTEMA A CUSCINETTI PER POSIZIONE PRONA

DITTA BIOMATRIX:

La Ditta presenta un dispositivo medico composto da un insieme di posizionatori a rullo separati, non un "sistema di cuscinetti" unito come richiesto dalle prescrizioni nel Capitolato Speciale di gara.

Per questa motivazione il prodotto è giudicato non conforme

DITTA COREMEC SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL


Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 6: PROTEZIONE SACRALE

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL



Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 7 : PROTEZIONE ARTO SUPERIORE

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 8: POSIZIONATORE ARTO INFERIORE

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 9: PROTEZIONE PER TALLONE

DITTA BIOMATRIX:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA COREMEC SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

La Ditta presenta un dispositivo medico la cui misura non corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

Per questa motivazione il prodotto è giudicato non conforme

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 10: DITTA COREMEC SRL



Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara

LOTTO 11: CUSCINETTO TONDO A BASE OVALE/PIATTA

DITTA BIOMATRIX:

La Ditta presenta non presenta due modelli richiesti (11E ed 11F) come richiesto dalle prescrizioni nel Capitolato Speciale di gara.

Per questa motivazione il prodotto è giudicato non conforme.

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

La Commissione Giudicatrice rileva che la Ditta ha inserito erroneamente il dettaglio economico al posto della documentazione tecnica nel spazio denominato "Schede tecniche". Per questa motivazione viene esclusa per il presente lotto.

LOTTO 12: POSIZIONATORE LATERALE

DITTA COREMEC SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 13 : POSIZIONATORE UNIVERSALE



DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 14 FASCIA FISSAGGIO TAVOLO OPERATORIO

DITTA BIOMATRIX:

La Commissione Giudicatrice non potendo individuare dalle schede tecniche, inviate dalla **DITTA BIOMATRIX**, la lunghezza totale della fascia e non essendo stata inviata la campionatura, come richiesto da Capitolato, decide per un giudizio più approfondito di richiedere tramite il portale MEPA chiarimenti in merito e rinvia la valutazione del lotto, al quale hanno partecipato anche le Ditte: **COREMEC SRL, DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS, DITTA INGRANDE DOMENICO SRL, DITTA ITALSANITARIA SRL** ad una successiva seduta.

LOTTO 15: CUSCINETTO ANTIDECUBITO

DITTA COREMEC SRL

La Ditta presenta un dispositivo medico le cui misure non sono come da prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

Per questa motivazione il prodotto è giudicato non conforme


DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

La Ditta presenta un dispositivo medico le cui misure non sono come da prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

Per questa motivazione il prodotto è giudicato non conforme

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.



LOTTO 16: CUSCINO PER SUPPORTO PERINEALE

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

La Commissione Giudicatrice rileva che la Ditta ha inserito erroneamente il dettaglio economico al posto della documentazione tecnica nel spazio denominato "Schede tecniche". Per questa motivazione viene esclusa per il presente lotto.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 17 DOPPIO CUSCINO A CUNEO CON PIANO TESTA

DITTA BIOMATRIX:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 18: SET PROTEZIONE SPALLE

DITTA COREMEC SRL

La Ditta presenta un dispositivo medico le cui misure non sono come da prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

Per questa motivazione il prodotto è giudicato non conforme

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

La ditta presenta una scheda tecnica che risulta essere per la protezione dell'anca anziché una protezione per le spalle come richiesto dal capitolato speciale di gara. Per questa motivazione il prodotto è giudicato non conforme.



DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 19: POLTRONCINA DA LETTO

DITTA BIOMATRIX:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA COREMEC SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 20: POLTRONCINA DA LETTO PER PAZIENTI BARIATRICI

DITTA BIOMATRIX:

La Ditta ha presentato la medesima scheda tecnica per il prodotto offerto per LOTTO 19

Le misure quindi non sono ritenute idonee per i pazienti bariatrici

Per questa motivazione il prodotto è giudicato non conforme.

DITTA COREMEC SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 21: CUSCINO DI ABDUZIONE



DITTA BIOMATRIX:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA COREMEC SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

La Commissione Giudicatrice rileva che la Ditta ha inserito erroneamente il dettaglio economico al posto della documentazione tecnica nel spazio denominato "Schede tecniche". Per questa motivazione viene esclusa per il presente lotto.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 22: CUSCINO PER SCARICO TALLONI

DITTA BIOMATRIX:

La Ditta presenta un dispositivo medico le cui misure non sono come da prescrizione del Capitolato Speciale di gara.

Per questa motivazione il prodotto è giudicato non conforme

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

La Ditta presenta un dispositivo medico le cui misure non sono come da prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

Per questa motivazione il prodotto è giudicato non conforme

LOTTO 23 TALLONIERA

NESSUNA OFFERTA.

LOTTO 24: CUSCINO

DITTA COREMEC SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.



DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

La Ditta presenta un dispositivo medico le cui misure non sono come da prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

Per questa motivazione il prodotto è giudicato non conforme

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 25: CUSCINO ANTIDECUBITO PER CARROZZINA

DITTA BIOMATRIX:

La Ditta non presenta la fodera richiesta al sublotto 25b.

Per questa motivazione il prodotto è giudicato non conforme.

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 26 :POSIZIONATORE PER DECUBITO LATERALE

DITTA BIOMATRIX:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 27: CINTURA ADDOMINALE PER CARROZZINA

DITTA BIOMATRIX:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.



DITTA COREMEC SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

La Ditta presenta un dispositivo medico le cui misure non sono come da prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

Per questa motivazione il prodotto è giudicato non conforme

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

La Ditta presenta un dispositivo medico "senza fermo posteriore" come dalla prescrizione del Capitolato Speciale di gara.

Per questa motivazione il prodotto è giudicato non conforme

DITTA ITALSANITARIA SRL

La Ditta presenta un dispositivo medico "senza fermo posteriore" come dalla prescrizione del Capitolato Speciale di gara.

Per questa motivazione il prodotto è giudicato non conforme

LOTTO 28 :POSIZIONATORE CAPO IN SCHIUMA

DITTA COREMEC SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA MEDICAL GROUP

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 29: ARCHETTO ALZACOPERTE

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.



LOTTO 30: CINTURA PELVICA

DITTA BIOMATRIX:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA COREMEC SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA DEMARTA VIRGINIO DI BELLETTI VIRGINIO E C. SAS:

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA INGRANDE DOMENICO SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

DITTA ITALSANITARIA SRL

Il prodotto è giudicato conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

LOTTO 31: CUSCINI DI POSIZIONAMENTO

La Commissione ritiene di effettuare un supplemento di istruttoria in merito alla valutazione del Lotto mediante la visione della campionatura da parte delle Ditte concorrenti con le seguenti modalità:

in merito al prodotto offerto dalla Ditta BIOMATRIX, trattandosi di un sistema costituito da un materasso a depressione e da una pompa dedicata in grado di aspirare l'aria al suo interno, la commissione ritiene opportuno effettuare una prova/visione del materiale offerto con la presenza di un rappresentante della Ditta medesima;

in merito al prodotto offerto dalla Ditta MOLNYCKE HEALTH CARE, costituito da un cuscino di posizionamento fluido, si ritiene sufficiente la presentazione della sola campionatura da parte dell'operatore economico concorrente;



La commissione, tanto ciò premesso, conferisce mandato alla S.C. E.L.A.P. affinché provveda alla richiesta nei confronti delle Ditte concorrente secondo le predette modalità. e rinvia la valutazione del lotto ad una successiva seduta.

A questo punto, il Presidente dichiara pertanto conclusa la presente seduta alle ore 15.00 circa, rinviando ad una successiva riunione, fissata per il 07.06.2021 alle ore 9.00 presso la sede odierna, la prosecuzione delle valutazioni in esame per i lotti 3 - 14 - 31.

Viene infine redatto il presente verbale, che composto da n. 15 facciate comprese le sottoscrizioni, viene letto e così approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Fiammetta Penna



Componenti

Dott.ssa Silvana Ravetti



Dott.ssa Priano Annalisa

