

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL.
Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Verbale della commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte presentate dalle Ditte partecipanti alla procedura aperta per la fornitura di DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA OCCORRENTI ALL'A.S.L. AL, ALL'A.S.L. AT DI ASTI E ALL'A.S.O. DI ALESSANDRIA. Gara n. 7518142

L'anno **2020**, il giorno **09**, del mese di Gennaio, alle ore **8,10** ca., presso S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale dell' ASL AL in Novi Ligure - Via E. Raggio, 12, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione tecnica inerente l'appalto in argomento nominata con determinazione n. 1479 adottata dal Direttore S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale in data 23.12.2019 esecutiva nelle forme di legge nelle seguenti persone:

Presidente

Dott. Paolo Nozza

Direttore Medico S.C. Anatomia ed istologia patologica – in rappresentanza dell'ASO di Alessandria

Componenti

Dott. Daniele Ricci

Dirigente S.C. Anatomia ed istologia patologica
- in rappresentanza dell'ASL AT

Dott. Massimo Pastormerlo

Dirigente S.C. Anatomia ed istologia patologica
- in rappresentanza dell'ASL AL

I componenti la Commissione Giudicatrice dichiarano di accettare l'incarico conferito con determinazione n. 1479 del 23.12.2019 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e di astensione previste dall'art. 51 del Codice Procedura Civile.



Preliminarmente, la Commissione prende conoscenza di tutti gli atti relativi alla procedura negoziata accertando in particolare quanto segue:

- entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 07.11.2019 sono pervenute le seguenti offerte ammesse dal seggio di gara SINTEL ID n. 115573280 nella seduta svoltasi in data 12.11.2019:

- BIO OPTICA
- DIAPATH

PI 0675140157 LOTTO N. 1 - 3

PI 02705510165 LOTTI 1 - 2 - 3



SOTTOCRITERI		TIPOLOGIA CRITERIO	MAX PUNTI
LOTTO N. 1 - 2 - 3			
A	Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza , facilità di inserimento	D	15
B	Sicurezza dell'operatore	D	10
C	Le dimensioni del dispositivo devono consentire l'introduzione della/e cassetta/e monouso	D	10
D	Distacco facilitato del materiale biotico.	D	10
E	Presenza di dispositivi che impediscano, in caso di capovolgimento, il passaggio del campione nel tappo privo di fissativo	D	15
F	Possibilità di ispezione visiva della caduta del fissativo (es. tappo trasparente)	D	10

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante una valutazione congiunta da parte della Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso

contrario, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITA'" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

Dove:

- P_i** = punteggio concorrente i;
- C_{ai}** = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
- C_{bi}** = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
- C_{ni}** = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
- P_a** = peso criterio di valutazione a;
- P_b** = peso criterio di valutazione b;
- P_n** = peso criterio di valutazione n.

In caso di criteri con punteggi tabellari al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.


Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "Qualità" saranno in ogni caso attribuiti **70 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio inferiore a **35 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$V_i = (R_i / R_{max})^a$$

Riferimento: Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice recanti "offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dall'A.N.A.C. con deliberazione n.



1005 del 21.09.2016. Nella piattaforma Sintel la formula corrispondente è la "Non Lineare".

Dove:

Vi coefficiente rispetto al parametro "prezzo" del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1

Ri ribasso sull'importo a base d'asta offerto dal concorrente i-simo

Rmax ribasso sull'importo a base d'asta dell'offerta più conveniente

α 0,3

Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta verrà calcolato moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

Terminati tali adempimenti, la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'esame e alla valutazione della documentazione tecnica e della campionatura prodotta, i cui esiti sono riassunti nei prospetti allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale per complessive n. 5 pagine.

La Commissione Giudicatrice ha terminato i propri lavoro alle ore 10,40 ca., redigendo il presente verbale, che composto da n. 11 facciate compresi gli allegati e le sottoscrizioni, viene letto e così approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.

Il Presidente

Dott. Paolo Nozza



Componenti

Dott. Daniele Ricci



Dott. Massimo Pastormerlo



Allegati: c.s.



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL.
 Sede legale: Via Venezia n. 6 - 15121 ALESSANDRIA (AL)
 Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Allegato al verbale della commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte presentate dalle Ditte partecipanti alla procedura aperta per la fornitura di **DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA OCCORRENTI ALL'A.S.L. AL, ALL'A.S.L. AT DI ASTI E ALL'A.S.O. DI ALESSANDRIA.**
 Gara n. 7518142

LOTTO 1 DISPOSITIVO MONOUSO PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA 20/30 ml								
Suddivise nei seguenti sottocriteri di valutazione:	PUNTI 70 riparto:	BIO OPTICA Giudizio / Punti	DIAPATH Giudizio / Punti	PELLECCHIA Giudizio / Punti	MGM MEDICAL Giudizio / Punti	LABO INDUSTRIA Giudizio / Punti	GBS Giudizio / Punti	VIGEO Giudizio / Punti
Punto A) Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza, facilità di inserimento	15	Ottimo / 13,50	ESCLUSA	Estremamente Carente / 1,50	Eccellente / 15	Scarso / 3	Eccellente / 15	ESCLUSA
Punto B) Sicurezza dell'operatore	10	Eccellente / 10		Eccellente / 10	Eccellente / 10	Eccellente / 10	Eccellente / 10	
Punto C) Le dimensioni del dispositivo devono consentire l'introduzione della/e cassetta/e monouso	10	Eccellente / 10		Eccellente / 10	Eccellente / 10	Eccellente / 10	Eccellente / 10	
Punto D) Distacco facilitato del materiale bioptico.	10	Eccellente / 10		Eccellente / 10	Eccellente / 10	Eccellente / 10	Eccellente / 10	



Punto E) Presenza di dispositivi che impediscano, in caso di capovolgimento, il passaggio del campione nel tappo privo di fissativo	15	Buono/ 13,5		Eccellente / 15	Discreto / 10,50	Scarso / 3	Estremamente Carente / 1,50	
Punto F) Possibilità di ispezione visiva della caduta del fissativo (es. tappo trasparente)	10	Eccellente / 10		Eccellente / 10	Eccellente / 10	Gravemente insufficiente / 3	Mediocre / 5	
TOTALE PUNTI LOTTO UNICO	70	67,00		56,50	65,50	39,00	51,50	
TOTALE PUNTI LOTTO RIPARAMETRATO	70	70,00		59,03	68,43	40,74	53,80	

NOTE:

Ditta BIO OPTICA:

Punto A) Il dispositivo risulta indaginoso a causa della presenza di una valvola di apertura per l'unione delle due camere

Punto E) Nel caso in cui l'operatore non richiuda correttamente la valvola di apertura tra le due camere, potrebbero verificarsi possibili problematiche in fase di reperimento del materiale da analizzare, (anche se le fessure sono visibili), con il passaggio dello stesso da una cerniera all'altra.

Ditta DIAPATH:

Il dispositivo non presenta la quantità di formalina richiesta (20/30 ml) in capitolato e confermata poi con le risposte ai quesiti in ultima data il 29.10.2019, al chiarimento n.9. Per questa motivazione il prodotto offerto viene escluso dalla prosecuzione della gara.

Ditta PELLECCCHIA:

Punto A) Il dispositivo risulta di difficile maneggevolezza. Inoltre, alla prova pratica, un frammento di plastica ha contaminato il contenitore.

Ditta MGM :

Punto E) Il dispositivo risulta indaginoso a causa della presenza di una guarnizione di difficile asportazione nel caso di passaggio del materiale nello spazio tra cestellino (che contiene il materiale) e contenitore vero e proprio, non avendo in dotazione strumento per la rimozione della stessa.

Ditta LABOINDUSTRIA:

Punto A) Il dispositivo risulta indaginoso a causa della presenza di una valvola di apertura per l'unione delle due camere.

Punto E) Nel caso in cui l'operatore non richiuda correttamente la valvola, ci potrebbero essere innumerevoli disguidi in fase di reperimento del materiale da analizzare.

Punto F) All'apertura valvola che libera la formalina nel cestellino contenente il materiale da analizzare, pur aumentando il volume, non vi è la certezza del totale passaggio e conseguentemente del corretto dosaggio della stessa, a causa della scarsa trasparenza del contenitore e per la presenza di etichette non rimovibili.

Ditta GBS:

Punto E) Il foro grande potrebbe creare problemi alla reperibilità del materiale da analizzare

Punto F) All'apertura della formalina, pur aumentando il volume non vi è la certezza del totale passaggio e quindi del corretto dosaggio della stessa, poiché il livello di formalina è di difficile visione a causa di parti non trasparenti.

Ditta VIGEO:

Il dispositivo non presenta la caratteristica essenziale richiesta in capitolato: "IL DISTACCO FACILITATO", per la mancanza del tampone.

Caratteristica specificata è approfondita tramite i chiarimenti:

- n. 2: Per "distacco facilitato del materiale biopico" si intende che il contenitore nel quale verranno inseriti le biopsie non sia vuoto, ma contenente adeguato tampone.
- n. 10 : Limitatamente al lotto n. 3 "non considerare" come caratteristica vincolante né il distacco facilitato né il codice colore.

Per queste motivazioni il prodotto offerto viene escluso dalla prosecuzione della gara

LOTTO 2 DISPOSITIVO MONOUSO PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA 60 ML

Suddivise nei seguenti sottocriteri di valutazione:	PUNTI 70 riparto:	DIAPATH Giudizio / Punti	MGM MEDICAL Giudizio / Punti	LABOINDUSTRIA Giudizio / Punti	GBS Giudizio / Punti	VIGEO Giudizio / Punti
Punto A) Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza, facilità di inserimento	15	ESCLUSA	Discreto / 10,50	Mediocre / 7,50	Eccellente / 15	ESCLUSA
Punto B) Sicurezza dell'operatore	10		Eccellente / 10	Eccellente / 10	Eccellente / 10	
Punto C) Le dimensioni del dispositivo devono consentire l'introduzione della/e cassetta/e monouso	10		Eccellente / 10	Eccellente / 10	Eccellente / 10	
Punto D) Distacco facilitato del materiale biottico.	10		Eccellente / 10	Eccellente / 10	Eccellente / 10	
Punto E) Presenza di dispositivi che impediscano, in caso di capovolgimento, il passaggio del campione nel tappo privo di fissativo	15		Eccellente / 15	Eccellente / 15	Estremamente Carente / 1,50	
Punto F) Possibilità di ispezione visiva della caduta del fissativo (es. tappo trasparente)	10		Eccellente / 10	Estremamente Carente / 1,0	Mediocre / 5	
TOTALE PUNTI LOTTO UNICO	70		65,50	53,50	51,50	
TOTALE PUNTI LOTTO RIPARAMETRATO	70		70	57,17	55,03	



NOTE:

Ditta DIAPATH:

Il dispositivo non presenta la quantità di formalina richiesta (60 ml) per questa motivazione il prodotto si ritiene non conforme alle prescrizioni del capitolato e viene escluso dalla prosecuzione della gara.

Ditta MGM:

Punto A) Il dispositivo risulta indaginoso a causa della presenza di una guarnizione di difficile asportazione non avendo in dotazione specifico uncino.

Ditta LABOINDUSTRIA:

Punto A) Il recupero dell'istologico risulta indaginoso per la presenza di un griglia mobile

Punto F) Il tappo, non trasparente, non permette una perfetta visione del passaggio della formalina.

Ditta GBS:

Punto A) Il dispositivo presenta una apertura difficoltosa.

Punto E) Il foro grande potrebbe creare problemi alla reperibilità del materiale da analizzare

Punto F) All'apertura della formalina, pur aumentando il volume non vi è la certezza del totale passaggio e quindi del corretto dosaggio della stessa, poiché il livello di formalina è di difficile visione a causa di parti non trasparenti.

Ditta VIGEO:

Il dispositivo non presenta la caratteristica essenziale richiesta in capitolato: "IL DISTACCO FACILITATO" per la manca del tampone.

Caratteristica specificata e approfondita tramite i chiarimenti:

- n. 2: Per "distacco facilitato del materiale biptico" si intende che il contenitore nel quale verranno inseriti le biopsie non sia vuoto, ma contenente adeguato tampone.
- n. 10 : Limitatamente al lotto n. 3 "**non considerare**" come caratteristica vincolante né il distacco facilitato né il codice colore.

Per queste motivazioni il prodotto offerto viene escluso dalla prosecuzione della gara



LOTTO 3 DISPOSITIVO MONOUSO PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA 90 ML

Suddivise nei seguenti sottocriteri di valutazione:	PUNTI 70 riparto:	BIOPTICA Giudizio / Punti	DIAPTH Giudizio / Punti	GBS Giudizio / Punti	KALTEK Giudizio / Punti
Punto A) Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d'uso, con particolare riguardo alla praticità d'uso, maneggevolezza, facilità di inserimento	15	Eccellente / 15	Buono / 12	Buono / 12	Buono / 12
Punto B) Sicurezza dell'operatore	10	Eccellente / 10	Eccellente / 10	Eccellente / 10	Eccellente / 10
Punto C) Le dimensioni del dispositivo devono consentire l'introduzione della/e cassetta/e monouso	10	Eccellente / 10	Eccellente / 10	Eccellente / 10	Eccellente / 10
Punto D) Distacco facilitato del materiale bioptico.	10	Eccellente / 10	Eccellente / 10	Eccellente / 10	Eccellente / 10
Punto E) Presenza di dispositivi che impediscano, in caso di capovolgimento, il passaggio del campione nel tappo privo di fissativo	15	Eccellente / 15	Insufficiente / 6	Insufficiente / 6	Eccellente / 15
Punto F) Possibilità di ispezione visiva della caduta del fissativo (es. tappo trasparente)	10	Eccellente / 10	Estremamente Carente / 1	Sufficiente/ 6	Estremamente Carente / 1
TOTALE PUNTI LOTTO UNICO	70	70	49,00	54,00	58,00
TOTALE PUNTI LOTTO RIPARAMETRATO	70	70	49,00	54,00	58,00

NOTE:

Ditta DIAPATH:

Punto A) Il dispositivo presenta un distacco della pellicola indaginoso.

Punto E) Il foro grande potrebbe creare problemi alla reperibilità del materiale da analizzare.

Punto F) All'apertura della formalina, pur aumentando il volume non vi è la certezza del totale passaggio e quindi del corretto dosaggio della stessa, a causa della difficile visione dovuta alla non trasparenza del tappo.

Ditta GBS:

Punto A) Il dispositivo presenta una apertura difficoltosa.

Punto E) Il foro grande potrebbe creare problemi alla reperibilità del materiale da analizzare

Punto F) All'apertura della formalina, pur aumentando il volume non vi è la certezza del totale passaggio e quindi del corretto dosaggio della stessa, a causa della difficile visione dovuta alla presenza di parti non trasparenti, anche se in questo volume la formalina nel tappo inizialmente è visibile anche se non in toto.

Ditta KALTEK :

Punto A) Il dispositivo presenta una apertura difficoltosa.

Punto F) Il tappo, non trasparente, non permette una perfetta visione del totale passaggio della formalina e quindi del corretto dosaggio della stessa.

Il Presidente

Dott. Paolo Nozza



Componenti

Dott. Daniele Ricci



Dott. Massimo Pastormerlo

