

**PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALI SANITARI  
occorrenti alle Aziende dell'AIC comprendente l' ASL AL di Alessandria, ASL AT  
di Asti e ASO di Alessandria - GARA N. 6364682  
RELAZIONE DEL RUP**

Per la valutazione qualitativa delle offerte relative alla procedura di gara per la fornitura di materiali sanitari vari – gara n. 6364682, si è provveduto a far provare le campionature inviate dalla ditte partecipanti ai Sanitari utilizzatori dell'ASL AL, delegati per l'occasione a rappresentare anche i colleghi dell'ASL AT e dell'ASO di Alessandria.

**DITTE PARTECIPANTI**

DITTA	SEDE	PROT.N.	DEL
COOK ITALIA	NOVA M.SE	27980	24.03.2016
AORTA SRL	MILANO	28149	24.03.2016
MERIT MEDICAL	BUCCINASCO	29152	30.03.2016
SMITHS MEDICAL	LATINA SCALO	29651	31.03.2016
ICU MEDICAL EUROPE	RONCANOVA	29654	31.03.2016
SIM ITALIA	S. PIETRO CASALE	29656	31.03.2016
SIAD HEALTHCARE	ASSAGO	29666	31.03.2016
PRAESIDIA SRL	ASSAGO	29668	31.06.2016
MEDIVAL	PADOVA	29674	31.03.2016

**MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:**

Offerta economicamente più vantaggiosa da valutare, da parte del R.U.P. coadiuvato da uno o più utilizzatori, in base ai seguenti criteri: max punti qualità 30 così suddivisi:

SOTTOCRITERI		PUNTEGGIO
<b>LOTTO N. 1</b>		
A	CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITA' DEI PRODOTTI DESUNTI DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ( con esame anche di campioni)	<b>13</b>

B	CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE ( giudizio clinico, sicurezza, esigenze di manualità , tecniche in uso ed indirizzi terapeutici degli operatori sanitari ecc...)	13
C	CONFEZIONAMENTO : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario, chiarezza identificativa del contenuto delle indicazioni	2
D	CARATTERISTICA PREFERENZIALE : presenza di un foro su entrambe le estremità del cavo	2
<b>LOTTE 2 - 3 - 4 - 5 - 7</b>		
A	CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITA' DEI PRODOTTI DESUNTI DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ( con esame anche di campioni)	13
B	CARATTERISTICHE FUNZIONALI, OPERATIVE ( giudizio clinico, sicurezza, esigenze di manualità , tecniche in uso ed indirizzi terapeutici degli operatori sanitari ecc...)	13
C	CONFEZIONAMENTO : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario, chiarezza identificativa del contenuto delle indicazioni	2
D	CONFEZIONAMENTO: chiarezza identificativa del contenuto delle indicazioni	2

Salvo quanto espressamente indicato, l'attribuzione dei punteggi verrà effettuata in seduta riservata da parte del R.U.P. coadiuvato da uno o più utilizzatori mediante una valutazione congiunta sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
OTTIMO	1,00
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
SCARSO	0,40
INSUFFICIENTE	0,25
NON VALUTABILE	0,00

Per ciascun sottocriterio, l'attribuzione del punteggio afferente il parametro **"QUALITA'"** verrà calcolato moltiplicando il coefficiente attribuito in forma congiunta per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **15** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi di tutti i sottocriteri. Successivamente, i punteggi attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "**Qualita'**" saranno in ogni caso attribuiti **30 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La rideterminazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio **inferiore a 15 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

Dall'esame dei campioni e della documentazione tecnica presentati dalle ditte partecipanti è risultato la seguente attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITA'" mediante l'assegnazione dei relativi coefficienti:

LOTTO N. 1		MAX PUNTI	SIAD	AORTA
A	Caratteristiche tecniche e qualità dei prodotti	<b>13</b>	Coef. 1 Punti: 13	Coef. 1 Punti: 13
B	Caratteristiche funzionali operative	<b>13</b>	Coef. 1 Punti: 13	Coef. 1 Punti: 13
C	confezionamento	<b>2</b>	Coef. 1 Punti: 2	Coef. 1 Punti: 2
D	<b>Caratteristica preferenziale:</b> presenza di un foro su entrambe le estremità	<b>2</b>	Coef. 0 Punti 0	Coef. 1 Punti: 2
<b>TOTALE PUNTI</b>		<b>30</b>	<b>28</b>	<b>30</b>

La valutazione del lotto 1 è stata fatta con la collaborazione dei Medici Chirurghi utilizzatori del P.O. di Novi Ligure

LOTTO N. 2		MAX PUNTI	PRAESIDIA	MEDIVAL	ICU MEDICA	MERIT MEDICA	SMITHS MEDICA
A	Caratteristiche tecniche e qualità dei prodotti	13	Coef.0,6 Punti :7,8	Coef.0,25 punti: <b>3,25</b> perdita sistema di gonfiaggio	Coef.0,6 Punti :7,8	Coef.0,6 Punti:7,8	Coef. 1 Punti: <b>13</b>
B	Caratteristiche funzionali operative	13	Coef.0,6 Punti :7,8	Coef.0,25 punti: <b>3,25</b> non mantiene la pressione, si sgonfia	Coef.0,6 Punti :7,8	Coef.0,6 Punti:7,8	Coef. 1 Punti: <b>13</b>
C	confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	2	Coef.1 Punti: 2	Coef.1 Punti: 2	Coef.1 Punti: 2	Coef.1 Punti: 2	Coef.1 Punti: 2
D	confezionamento: chiarezza identificativa del contenuto delle indicazioni	2	Coef.1 Punti: 2	Coef.1 Punti: 2	Coef.1 Punti: 2	Coef.1 Punti: 2	Coef.1 Punti: 2
TOTALE PUNTI		30	19,6	10 esclusa	19,6	19,6	30

La valutazione del lotto 2 è fatta con la collaborazione dei sanitari del reparto di anestesia e rianimazione del P.O. di Novi Ligure

LOTTO N. 4		MAX PUNTI	AORTA	COOK
A	Caratteristiche tecniche e qualità dei prodotti	13	Coef. 1 Punti: <b>13</b>	Coef.0,40 Punti: <b>5,20</b> setole scarsamente consistenti
B	Caratteristiche funzionali operative	13	Coef. 1 Punti: <b>13</b>	Coef.0,40 Punti : <b>5,20</b> Scarsa operatività sugli strumenti endoscopici
C	confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	2	Coef.1 Punti: 2	Coef.1 Punti: 2
D	confezionamento: chiarezza identificativa del contenuto delle indicazioni	2	Coef.1 Punti: 2	Coef.1 Punti: 2
TOTALE PUNTI		30	30	14,40 esclusa

La valutazione del lotto 4 è stata fatta con al collaborazione dei Sanitari degli ambulatori di endoscopia del P.O. di Novi Ligure.

LOTTO N. 5		MAX PUNTI	AORTA
A	Caratteristiche tecniche e qualità dei prodotti	13	Coef. 1 Punti: 13
B	Caratteristiche funzionali operative	13	Coef. 1 Punti: 13
C	confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	2	Coef. 1 Punti. 2
D	confezionamento: chiarezza identificativa del contenuto delle indicazioni	2	Coef. 1 Punti. 2
TOTALE PUNTI		30	30

L'unica ditta partecipante ha offerto lo stesso prodotto già in uso presso gli ambulatori di endoscopia dell'ASL AL.

LOTTO N. 7		MAX PUNTI	SIM ITALIA
A	Caratteristiche tecniche e qualità dei prodotti	13	Coef. 1 Punti: 13
B	Caratteristiche funzionali operative	13	Coef. 1 Punti: 13
C	confezionamento : facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario	2	Coef. 1 Punti. 2
D	confezionamento: chiarezza identificativa del contenuto delle indicazioni	2	Coef. 1 Punti. 2
TOTALE PUNTI		30	30

La valutazione del lotto 7 è stata fatta con al collaborazione dei Sanitari Reparto di Pediatria del P.O. di Novi Ligure.

LOTTO 3 E LOTTO 6	NESSUNA OFFERTA
-------------------	-----------------

Si precisa che la presente procedura è stata conclusa secondo la previgente disciplina del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. in quanto ricorre nella fattispecie in esame una delle condizioni previste dall'art. 216 à comma del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, dal momento che l'avvio di gara è stato pubblicato antecedentemente alla data del 19.04.2016 di entrata in vigore della nuova normativa.

Novi Ligure li 08.07.2016  
Letto confermato e sottoscritto:

IL R.U.P.

Dott.ssa Lucia Carrea

\_\_\_\_\_

In qualità' di utilizzatori:

per il lotto 1

Dott. Alessandro Montobbio

\_\_\_\_\_

per il lotto 2

Dott. Dino Barella

\_\_\_\_\_

per il lotto 4

CPSE Carmelo Cuffari

\_\_\_\_\_

per il lotto 7

CPSE Nicoletta Cermelli

\_\_\_\_\_

(in originale firmato)