

**FORNITURA DI SISTEMI CENTRALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI  
TEST EMOGASANALITICI, ELETTROLITI E METABOLITI, COSTITUITI DA  
ANALIZZATORI PERIFERICI E STAZIONI DI  
LAVORO/CONTROLLO/GESTIONE  
GARA N. 6851371**

**RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE  
AGGIORNAMENTO AL 03.01.2018**

**QUESITO N. 1**

VOCE A) COSTO ANNUALE MATERIALE DI CONSUMO: laddove indicate il fabbisogno presunto suddiviso per profilo analitico, si chiede di confermare che sia sufficiente indicare nella casella "costo annuale" l'importo complessivo dei tre profili, dato che il dettaglio analitico dei costi è indicato negli appositi prospetti dei prezzi per ciascun reparto.

**RISPOSTA:**

Si conferma.

**QUESITO N. 2**

VOCE B) IMPORTO A BASE D'ASTA ANNUALE (NOLEGGIO + MANUTENZIONE) € 750,00: si chiede di confermare che tale importo sia da intendere per ciascun strumento.

**RISPOSTA:**

Si conferma. Si tratta del costo annuale (quota noleggio + quota manutenzione) di ogni singolo strumento.

**QUESITO N. 3**

Rif. art. 2.1. Descrizione generale e caratteristiche tecniche degli emogasanalizzatori; al rif. A-5 viene richiesta la produzione di un progetto dettagliato del sistema offerto. Si chiede di meglio dettagliare il contenuto di tale progetto, ovvero è inteso il progetto di collegamento e di gestione informatica dei dati? Oppure una relazione anche sulle caratteristiche tecniche degli analizzatori? Questo progetto va allegato alla Scheda Informativa riferimento art. 8 punto 2)?

**RISPOSTA:**

Come indicato nel Capitolato Speciale non è richiesto un progetto grafico su planimetria ma una documentazione atta a descrivere in maniera completa ed esaustiva le funzionalità dei sistemi proposti, riconducibile ai punti 1), 2) e 3) della documentazione tecnica prevista dall'art. 8. Nell'ambito del punto 2) e nel relativo spazio note della "scheda informativa caratteristiche tecniche" le Ditte concorrenti dovranno anche illustrare sinteticamente anche le attività connesse all'interfacciamento con gli applicativi richiesti.

**QUESITO N. 4**

Dichiarazione di conformità costruttiva alla normativa Questo documento, da voi predisposto, non è compreso nell'elenco di cui all'art. 8 – Documentazione Tecnica; è inteso venga allegato come documentazione definita "Altro"?

**RISPOSTA:**

Si conferma.

**QUESITO N. 5**

All'art. 8 del Capitolato Speciale di gara viene riportata la seguente documentazione tecnica da presentare:

Rif. n. 2 dell'art. 8 del Capitolato Speciale di gara

Scheda informativa riportante sinteticamente le informazioni da dichiarare circa le caratteristiche tecniche degli emogasanalizzatori previste dall'art. 2;

Rif. n. 3 dell'art. 8 del Capitolato Speciale di gara

Scheda informativa riportante sinteticamente le informazioni da dichiarare circa le caratteristiche qualitative degli emogasanalizzatori previste dall'art. 9;

Rif. n. 4 dell'art. 8 del Capitolato Speciale di gara

Descrizione sintetica delle informazioni circa le caratteristiche qualitative degli emogasanalizzatori;

Si chiede se trattasi di refuso e quale punto occorre tenere in considerazione per la presentazione dell'offerta.

**RISPOSTA:**

Si tratta in effetti di un refuso. Le schede da produrre a corredo della documentazione tecnica sono quelle previste dall'art. 8 n. 2 e n. 3, da compilare sui modelli pubblicati sul Profilo del Committente.

**QUESITO N. 6**

Per quanto riguarda il punto A-4 si richiede se gli importi indicati per la realizzazione delle interfacce richieste possano essere rivisti direttamente con le aziende fornitrici o

siano da ritenersi invariabili e da corrispondere alla Stazione Appaltante in fase di installazione.

**RISPOSTA:**

Nel precisare ulteriormente che gli oneri per la realizzazione delle interfacce ai Sw di gestione dei Laboratori Analisi ed alle anagrafiche aziendali, sono posti a carico della Ditta aggiudicataria e che risultano pertanto compresi nell'importo a base d'asta, si ritiene per questo che gli importi indicati al punto A-4 del Capitolato Speciale di gara siano da intendere come tetto massimo e che pertanto possano eventualmente essere rivisti al ribasso da parte delle Ditte concorrenti.

**QUESITO N. 7 (rinumerato correttamente rispetto alle FAQ del 12.12.2017)**

Art. 7 punto 2) del Capitolato Speciale: si richiede di voler confermare se la parte IV del D.G.U.E. debba essere compilata limitatamente alla lettera a) e alla sezione A punto 1).

**RISPOSTA:**

Si conferma

**QUESITO N. 8 (rinumerato correttamente rispetto alle FAQ del 12.12.2017)**

Art. 7 punto 8) del Capitolato Speciale: si chiede di voler confermare che le eventuali Ditte subappaltatrici debbano compilare la parte IV del D.G.U.E., limitatamente alla sezione A punto 1.

**RISPOSTA:**

Si conferma. Per ogni subappaltatore, dovrà essere allegato il DGUE reso dal titolare/legale rappresentante dei subappaltatori indicati dal concorrente, esclusivamente nelle parti I, II lett. A e B, III IV e VI. La parte IV del D.G.U.E. deve essere compilata limitatamente alla sezione A punto 1.

**QUESITO N. 9**

Riferimento sottocriterio B-4 "Capacità dello strumento di gestire campioni insufficienti producendo referti parziali con priorità per l'analisi dei gas disciolti e del ph".  
Si richiede se il sottocriterio sia in realtà un refuso e debba essere invece riferito alla possibilità di eseguire campioni con una cartuccia parzialmente attivata per l'analisi dei gas disciolti e del ph.

**RISPOSTA**

Si conferma quanto indicato al punto B-4 del Capitolato Speciale

**QUESITO N. 10**

Si richiede, per soddisfare il requisito di cui all'art. 2.1 punto A-3, se sia sufficiente il solo collegamento al LIS dal momento che questo tipo di configurazione viene adottata

attualmente dall'A.S.O. di Alessandria e non necessita di software intermedi, a insindacabile vantaggio della gestione dell'intero processo dei dati anagrafici e analitici, rispetto alla doppia interfaccia.

### **RISPOSTA**

Per quanto riguarda la condivisione e l'interfaccia con gli applicativi aziendali si rinvia a quanto previsto dall'art. 2.1 punti A-3 e A-4 del Capitolato Speciale di gara.

### **QUESITO N. 11**

Relativamente all'art. 2.1 del Capitolato Speciale di gara, al riferimento A-1 viene dichiarato quanto segue: *"ogni altro elemento Sw o Hw che risulterà essere necessario per l'implementazione del progetto presentato (Es. prese di rete, Concentratore, stampante etichette...) completo di tutto quanto necessario per il corretto, sicuro e completo funzionamento di ogni sua parte"*. Si richiede a tale proposito, se sia possibile quantificare le prese di rete e le stampanti di etichette al fine di elaborare un progetto il più fedele possibile alle richieste e soprattutto allineato per i differenti partecipanti alla presente procedura, dal momento che tali apparati non sono gestibili arbitrariamente, ma configurabili sulle necessità tecnico / organizzative di ogni presidio.

### **RISPOSTA**

Le informazioni richieste possono essere desunte attraverso l'effettuazione del sopralluogo previsto dall'art. 2.20 del Capitolato speciale di gara, finalizzato proprio all'effettuazione dei necessari rilievi tecnici ritenuti necessari ed indispensabili per la redazione dell'offerta e per la valutazione di tutti gli oneri previsti.

### **QUESITO N. 12**

Riferimento sottocriterio B-7 "Cassetta reagenti: durata a bordo macchina a cassetta attivata con i reagenti necessari per eseguire il "profilo 1".

Si richiede se la valutazione terrà conto dello strumento con più alto carico di lavoro, valutando il minor numero di cartucce di misura / anno (durata reale e non teorica delle cartucce).

### **RISPOSTA**

In relazione al quesito circa il sottocriterio B-7, si precisa che è necessario fornire un dato circa l'effettiva durata "on board" della cassetta reagenti dal momento in cui viene aperta e caricata sullo strumento, indipendentemente dal numero di test effettuati.