

FORNITURA DI DISPOSITIVI PER TRICOTOMIA E RELATIVE LAME

RESOCONTO DIALOGO TECNICO AVVISO ID n. 1055339 del 03.05.2016

DATA: 16.05.2016
LUOGO: **S.C. PROVVEDITORATO – ACQUI TERME**
ORA DI INIZIO: **11,15 CIRCA**
ORA DI CONCLUSIONE: **12,00 CIRCA**

PRESENTI:

Lucia Carrea **Responsabile S.C. Provveditorato – R.U.P.**
Gianni Musso **Collaboratore Amministrativo S.C. Provveditorato**

PARTECIPANTI:

Stefano More' **In rappresentanza della Ditta 3M Italia**
Raffaella Alfano **In rappresentanza della Ditta 3M Italia**
Cristina Cresti **In rappresentanza della Ditta 3M Italia**
Massimo Vergnano **In rappresentanza della Ditta 3M Italia**
Roberto Barattolo **In rappresentanza della Ditta Carefusion Italy 311**
Giuseppe Anzolini **In rappresentanza della Ditta Carefusion Italy 311**
Barbara Vigorito **In rappresentanza della Ditta Medline International Italy**

SINTESI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Il R.U.P. ha aperto la seduta evidenziando le finalità del presente dialogo tecnico finalizzato, attraverso un preventivo confronto diretto con il mercato di riferimento, ad acquisire informazioni di ordine tecnico e amministrativo relativamente alle specifiche della fornitura in esame, atteso che la precedente procedura di gara n. 6297030 non ha avuto alcun esito in quanto nessuna offerta presentata è risultata appropriata. A tale proposito viene data lettura del verbale della Commissione giudicatrice redatto in data 11.03.2016 nella parte in cui sono dettagliate le motivazioni di esclusione dei partecipanti, che costituiscono altrettanti motivi di criticità sui quali deve svilupparsi la presente discussione.

Pertanto, gli aspetti sui quali si è svolto il dialogo tecnico risultano essere i seguenti:

1) Per quanto riguarda uno degli aspetti tecnici rilevati dalla Commissione giudicatrice nella precedente gara, rappresentato dall'altezza della linea di taglio, i presenti concordano che si tratta di valori troppo stringenti, soddisfatti da un solo soggetto. La Ditta 3M Italia rileva come a suo giudizio l'altezza di taglio non si configura come uno degli elementi necessari a priori per l'effettuazione di una buona tricotomia, essendo invece più rilevanti dell'altezza del pelo residuo altri aspetti quali l'atraumaticità delle lame e l'assenza di abrasioni o tagli della cute nel corso dell'operazione. La Ditta Carefusion Italy 311 non si dichiara d'accordo su tale affermazione, sostenendo invece l'importanza dell'aspetto legato all'altezza del taglio.

Il R.U.P., sempre nell'ottica di assicurare la massima partecipazione da parte delle Ditte interessate, propone su questo punto specifico di eliminare dal Capitolato Speciale il riferimento ad un valore minimo posto a pena di esclusione, spostando invece l'aspetto relativo all'altezza di taglio quale specifico sottocriterio di valutazione della qualità dei prodotti offerti, con attribuzione dei punteggi in ragione dei valori dichiarati dalle Ditte concorrenti e con modalità oggettive e non discrezionali.

2) Viene inoltre proposta ai presenti un'ulteriore modifica all'impostazione del Capitolato Speciale nel senso di prevedere una suddivisione del fabbisogno delle lame in ragione della tipologia di utilizzo (universale, parti delicate e neurochirurgia – fermo restando che le ultime due rappresentano una quota di utilizzo quantitativamente non rilevante), con un'indicazione solo dell'importo a base d'asta in ragione complessiva per l'intera fornitura e non suddivisa per ciascuna lama.

A tale proposito le Ditte 3M Italia e Carefusion Italy 311 suggeriscono, sulla base di tale impostazione, una modifica dell'importo a base d'asta rispetto alla precedente versione del Capitolato Speciale, in quanto ritenuta troppo bassa soprattutto per la fornitura delle lame per parti delicate e per neurochirurgia.

Il R.U.P. richiede ai presenti quale possa essere una possibile suddivisione degli importi sui quali possa essere costruita la nuova base d'asta. A tale proposito vengono raccolte le seguenti proposte:

- lame ad uso universale: € 2,00 circa
- lame per parti delicate: € 3,00 circa
- lame per neurochirurgia: € 4,00 circa

3) La Ditta 3M Italia suggerisce di eliminare dal Capitolato Speciale il riferimento alla norma EN 55011 in quanto non pertinente, confermando invece il riferimento alla norma EN 60601.

La proposta viene accolta.

4) Sempre la Ditta 3M Italia suggerisce di eliminare l'indicazione della data di scadenza sulle singole lame in quanto non necessaria.

La proposta viene accolta.

Data 16.05.2016

**N ORIGINALE FIRMATO
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA LUCIA CARREA**