

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI UN OTOMICROSCOPIO OCCORRENTE ALLA S.C. ORL P.O. DI NOVI LIGURE DELL'A.S.L. AL

Relazione Tecnica

R.D.O N. 3222461 – CIG DI GARA N. Z3C38040F5

Il sottoscritto, in qualità di soggetto esperto appositamente individuato e preposto alla valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura negoziata indicata in oggetto, ha svolto in data 28.10.2022 la propria attività:

Ing. Massimo Giacobbe - Collaboratore Tecnico Senior – S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT

A tale proposito si rileva che la S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale ha processato tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la Richiesta Di Offerta (RDO) n. 6222461 per la fornitura di UN OTOMICROSCOPIO occorrente alla S.C. ORL P.O. di Novi Ligure dell' A.S.L. AL.

Entro il termine di scadenza del 19.10.2022 sono pervenute le seguenti offerte:

DITTA	SEDE	P.IVA	DATA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
INVENTIS SRL	PADOVA	03957810280	11.10.2022
MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL	TORINO	08120700011	19.10.2022

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:

La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, per singoli lotti indivisibili, a favore della Ditta che avrà proposto, per ciascuno di essi, **il prezzo più basso previa verifica della conformità delle offerte, da parte dei soggetti esperti appositamente individuati, alle prescrizioni del Capitolato Speciale.**

Dopo l'esame della documentazione tecnica messa a disposizione dalla S.C. E.L.A.P. effettuato nel corso della seduta riservata, l'esperto procede all'attribuzione del giudizio di conformità sul prodotto offerto così come prescritto dal Capitolato Speciale di gara, sulla scorta della predetta documentazione tecnica prodotta:

	Caratteristiche tecnico-prestazionali OTOMICROSCOPIO	Offerta tecnica ditta INVENTIS SRL	Offerta tecnica Ditta MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL
A-1	Nuovo di fabbrica	CONFORME	CONFORME

A-2	Di ultima generazione	CONFORME	CONFORME
A-3	Deve essere in grado di garantire un livello di prestazioni compatibile con la più moderna tecnologia, costruito a regola d'arte ed in conformità alle leggi e regolamenti vigenti	CONFORME	CONFORME
A-4	deve essere su stativo con rotelle autobloccanti	CONFORME	CONFORME
A-5	visione binoculare con distanza interpupillare da 50 a 75 mm	CONFORME	CONFORME
A-6	da 3 a 5 ingrandimenti, indicativamente 0,4X 0,6X 1X 1,6X 2,5X con regolazione manuale	CONFORME	CONFORME
A-7	illuminazione con lampada a LED fino a 135 LUX	CONFORME	CONFORME
A-8	possibilità di integrare in un secondo tempo con partitori ottici telecamera e/o altri accessori	CONFORME	CONFORME
A-9	Sistema di bloccaggio della testa ottica per lavorare sulla strumentazione a due mani	CONFORME	CONFORME
	Garanzia 24 mesi data collaudo esito positivo	CONFORME	CONFORME

Il sottoscritto, avendo concluso i lavori inerenti la parte del procedimento di competenza, redige la presente relazione che, composta da n. 2 facciate comprese le sottoscrizioni, viene successivamente letta, approvata e sottoscritta dal medesimo e trasmessa alla S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale per i successivi adempimenti.

Novi Ligure 28.10.2022

In qualità di esperto:

Ing. Massimo Giacobbe
Collaboratore Tecnico Senior
S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT

