

**VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE RELATIVE ALLA FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRFO AD ALTE PRESTAZIONI
PER APPLICAZIONI AVANZATE DI OSTETRICIA, GINECOLOGIA E CARDIOLOGIA MATERNO
FETALE OCCORRENTE ALL'A.S.L. AL – R.D.O. N. 2930923 - VERBALE N. 1**

In data 03.02.2022, con inizio alle ore 12:30 circa, presso la S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale di Novi Ligure – Via Edilio Raggio n. 12, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione del Direttore della S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale dell'A.S.L. AL n. 91 del 27.01.2022 esecutiva nelle forme di legge, nei seguenti componenti:

Presidente

Dott.ssa Valentina Casagrande

Dirigente S.C. Ostetricia e Ginecologia Novi Ligure – A.S.L. AL
(Designata con nota prot. n. 13012 del 21.01.2022)

Componenti

Dott.ssa Marcella Capeto

Dirigente S.C. Ostetricia e Ginecologia Novi Ligure – A.S.L. AL
(Designata con nota prot. n. 13012 del 21.01.2022)

Ing. Andrea Orsi – S.C. Tecnologie Biomediche ICT
(Designato con nota prot. n. del 14741 del 24.01.2022)

La S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale ha fornito supporto con funzioni esclusivamente di segreteria mediante la presenza della Dott.ssa Claudia Gazzaniga e il Dott. Gianni Musso, Collaboratori Amministrativi Cat. "D".

I componenti la Commissione Giudicatrice hanno dichiarato di accettare l'incarico conferito con determinazione n. 91 del 27.01.2022, nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 18.04.2016 n. 50.

La Commissione Giudicatrice prende atto preliminarmente che, a seguito dell'adozione della determinazione a contrarre del Direttore della S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale dell'A.S.L. AL n. 1984 del 20.12.2021, esecutiva nelle forme di legge, è stata processata in data 04.05.2021, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la R.D.O. n. 2930923 aperta a tutti gli iscritti alla categoria di riferimento per la fornitura in oggetto.

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 18.01.2022 sono pervenute e registrate tramite piattaforma M.E.P.A. le seguenti offerte:

DITTA	SEDE	P. IVA	DATA ED ORA PRESENTAZIONE OFFERTA
GE Medical Systems Italia S.p.A.	Via Galeno, 36 – 20126 Milano	03663500969	18.01.2022 ore 10:05
MED 2000 s.r.l. - Tecnologie in medicina	Via Palanzone, 17 – 20162 Milano	12649880155	12.01.2022 ore 15:09



B-5	Caratteristiche batteria: autonomia, integrata consolle, funzione standby.	D	3	Criterio Discrezionale: 3 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori.
B-6	Caratteristiche Monitor: dimensione in pollici.	Q	2	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore maggiore espresso in pollici secondo la seguente formula: $P = (Vn^2)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max proposto
B-7	Caratteristiche: Monitor: Immagine a tutto schermo.	T	1	Criterio Tabellare: ■ In presenza del requisito: 1 punti ■ In assenza del requisito: 0 punti
B-8	Caratteristiche: Touch screen operativo: dimensione in pollici	Q	1,5	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presente il valore maggiore espresso in pollici secondo la seguente formula: $P = (Vn^{1,5})/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max proposto
B-9	Caratteristiche Touch screen: utilizzabile con i guanti, ulteriori soluzioni tecnologiche.	D	2,5	Criterio Discrezionale: 2,5 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori.
B-10	Caratteristiche: Consolle e tastiera QWERTY di facile pulizia, di tipo elettronico integrata sul touch screen o meccanica pneumatica a scomparsa sotto la consolle.	D	2	Criterio Discrezionale: 2 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori.
B-11	Possibilità di assistenza tecnica da remoto.	D	2	Criterio Tabellare: ■ In presenza del requisito: 2 punti ■ In assenza del requisito: 0 punti
B-12	Caratteristiche HDD: capacita in GB.	Q	1	

				<p> Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presénte il valore maggiore espresso in GB secondo la seguente formula: $P = (Vn^{*1})/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max proposto </p>
B-13	Caratteristiche: porta ethernet: possibilità configurazione in wi fi.	T	1	<p> Criterio Tabellare: ■ In presenza del requisito: 1 punti ■ In assenza del requisito: 0 punti </p>
B-14	Caratteristiche Stampante: termica formato A6 B/N preferibilmente Sony.	D	1	<p> Criterio Discrezionale: 1 punto al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori. </p>
B-15	Caratteristiche Sonda 3D endocavitaria vaginale.	D	2	<p> Criterio Discrezionale: 2 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori. </p>
B-16	Caratteristiche Sonda 3D convex addominale.	D	2	<p> Criterio Discrezionale: 2 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori. </p>
B-17	Caratteristiche Sonda 2D convex addominale.	D	2	<p> Criterio Discrezionale: 2 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori. </p>
B-18	Valutazione dei parametri derivanti da prova on-site quali: ergonomia, sanificazione e semplicità d'uso.	D	10	<p> Criterio Discrezionale: 10 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori. </p>

B-19	Valutazione parametri derivanti da prova on-site quali: modalità 2D, Doppler, Colordoppler.	D	15	Criterio Discrezionale: 15 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori.
B-20	Valutazione parametri derivanti da prova on-site quali: qualità e funzionalità modulo 3-4D.	D	10	Criterio Discrezionale: 10 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori.
	TOTALE		70	

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i “**Punteggi Quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione della formula matematica prevista. L’attribuzione del punteggio verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice in relazione a ciascun elemento di natura quantitativa dichiarato dalla Ditta concorrente secondo le modalità precedentemente indicate.

Nella colonna identificata dalla lettera **I** vengono indicati i “**Punteggi Tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. L’attribuzione del punteggio verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice assegnando la totalità dei punti previsti se il requisito è presente o nessun punto se il requisito non è presente.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi Discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITA" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "**Qualità**" saranno in ogni caso attribuiti **70 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio **inferiore a 35 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

Terminati i predetti adempimenti preliminari, alla Commissione Giudicatrice viene consegnata da parte della S.C. E.L.A.P. copia della documentazione tecnica presentata da ciascuna Ditta partecipante alla procedura di gara.

La Commissione richiama inoltre quanto prescritto dall'art. 10 del Capitolato Speciale in merito all'effettuazione della prova on – site dimostrativa delle apparecchiature offerte, stilando un preciso calendario che di seguito si esplica:

Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	ore 8:00 – 10:00 del 15.02.2022;
Ditta MED 2000 SRL – TECNOLOGIE IN MEDICINA	ore 11:00 – 13:00 del 15.02.2022;
Ditta VERIS S.R.L.	ore 9:00 – 11:00 del 17.02.2022.

Viene pertanto conferito mandato alla S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale affinché proceda alla convocazione formale delle Ditte concorrenti nelle date sopraindicate.

La Commissione Giudicatrice conclude i lavori preliminari alle ore 13:00 circa redigendo il presente verbale che, composto da n. 6 facciate comprese le sottoscrizioni, viene successivamente letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti.

Presidente

Dott.ssa Valentina Casagrande



Componenti

Dott.ssa Marcella Capeto



Ing. Andrea Orsi


