

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA (AL)

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

PROSPETTO ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA FORNITURA DI FRIGORIFERI PER FARMACI – R.D.O N. 5321565

Lotto n. 1:

VOCE	LOTTO 1	ADIRAMEF	AHSI	CAM HOSPITAL	CARTO COPY SERVICE	DIMA	INTERNAZIONALE SERVICE	JKS	KW	NUOVA CRIOTECNICA	PRO VALLE	SELEFAR
1	Modello proposto	1400 PV H – CND Z121701 – BD/RDM 1084048	FRAF140V-T	PM 9501NFP	MEDIKA 1500 TOUCH (manca il questionario tecnico compilato)	DIMALABM140 0PV-T	MT14005541P V	SERIELPR1400	KLAB_1500 V_HTS	ARF 140 XG	M-VPV 1420	ATV1400TFT
2	Caratteristiche tecnico-funzionali per Frigorifero per farmaci, verticale, capacità circa 1400 litri,	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
3	campo temperatura + 2° + 15 °C regolabile	Conforme	Non Conforme + 2°C / + 12 °C	Conforme	Conforme	Conforme	Non Conforme + 2 °C / + 8 °C	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
4	Misure esterne indicative (l x p x h): 140 x 80 x 200 cm	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
5	Sbrinamento automatico nel vano frigorifero	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
6	n. 4 ruote unidirezionali e n. 2 piedini stabilizzatori	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	* Conforme (4 ruote, 2 con	* Conforme (4 ruote girevoli	* Conforme (4 ruote girevoli,	Conforme	Conforme	* Conforme (4 ruote orientabili	* Conforme (4 ruote piroettanti

fw sv.

	temperature di funzionamento, temperature impostate (minima e massima), segnalazione acustica e visiva, anche se in assenza di corrente elettrica (allarme di max e min temperatura, mancanza di tensione/assenza di alimentazione, porta aperta, sonde guaste, batteria scarica)																		
16	Batteria di backup con circuito di ricarica integrato	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
17	Presenza di memoria per registrazione continua dei dati funzionali scaricabili tramite porta USB, visualizzabili e interpretabili in formato Excel	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
18	Isolamento struttura non inferiore 60 mm CFC free	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
19	n. 1 centralina elettronica autoalimentata	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
20	-n. 1 foro per passaggio sonda	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

* Si ritengono equivalenti i piedini stabilizzatori con le ruote frenanti; ciò consente al frigo di restare in posizione stabilizzata e consentire maggiore concorrenzialità tra gli operatori economici.

* * Alla luce di quanto ricevuto al fine di consentire maggiore concorrenzialità tra gli operatori economici si ritengono equivalenti le griglie ai ripiani.

NOTE: L'Esperto, sulla base della documentazione tecnica prodotta, rileva che le ditte partecipanti "Adirahmef", "CAM Hospital", "Carto Copy Service", "Dima", "JKS Refrigeration SRL", "KW Apparecchi Scientifici" e "Selefar SRL" hanno presentato prodotti giudicati di ottima fattura, in linea con le aspettative e con l'utilizzo in ambito ospedaliero e pertanto **conformi** alle prescrizioni del Capitolato Speciale.

 8v.

Per quanto riguarda le restanti Ditte si formulano le seguenti considerazioni:

- Ditta **AHSI**: il modello di frigorifero proposto, alla voce 3, non dispone del range di temperatura regolabile richiesto nel Capitolato Speciale come caratteristica tecnica e prestazioni essenziali. Motivazione per la quale il prodotto viene giudicato "non conforme" e la ditta viene **esclusa** dalla prosecuzione della gara.
- Ditta **Internazionale Service SRL**: il modello di frigorifero proposto, alla voce 3, non dispone del range di temperatura regolabile richiesto nel Capitolato Speciale come caratteristica tecnica e prestazioni essenziali. Motivazione per la quale il prodotto viene giudicato "non conforme" e la ditta viene **esclusa** dalla prosecuzione della gara.
- Ditta **Nuova Criotecnica AMCOTA**: il modello di frigorifero proposto, alla voce 13, non dispone delle caratteristiche tecniche essenziali richieste dal Capitolato Speciale per le porte in vetro temprato. Motivazione per la quale il prodotto viene giudicato "non conforme" e la ditta viene **esclusa** dalla prosecuzione della gara.
- Ditta **Pro Valle SRL**: il modello di frigorifero proposto, alla voce 13, non dispone delle caratteristiche tecniche essenziali richieste dal Capitolato Speciale per le porte in vetro temprato. Motivazione per la quale il prodotto viene giudicato "non conforme" e la ditta viene **esclusa** dalla prosecuzione della gara.

Lotto n. 2:

VOCE	LOTTO 2	ADIRAMEF	AHSI	CAM HOSPITAL	CARTO COPY SERVICE	DIMA	INTERNAZIONALE SERVICE	JKS	KW	NUOVA CRIOTECNICA	PRO VALLE	SELEFAR
1	Modello proposto	700 PV H - CND Z121701 - BD/RDM 987207	FRAF70V-T	PM 5020NFP	MEDIKA 700 TOUCH (manca il questionario tecnico compilato)	DIMALABM7 00PV-T	MT700S541PV	LPR700	série KLAB Modello HAEMO700V MD	ARF 70 XG	M-VPV 700	ATV700TFT
2	Caratteristiche tecniche-funzionali per Frigorifero per farmaci, verticale, capacità circa 700 litri,	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
3	campo temperatura + 2° + 15 °C regolabile	Conforme	non Conforme + 2°C / + 12 °C	Conforme	Conforme	Conforme	Non Conforme + 2 °C / + 8 °C	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
4	Misure esterne indicative (l x p x h):	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Handwritten signature and initials.

[illegible]

Yes

15	Pannello di controllo a microprocessore e display LCD con sistema di allarme, con visualizzazione delle temperature di funzionamento, temperature impostate (minima e massima), segnalazione acustica e visiva, anche se in assenza di corrente elettrica (allarme di max e min temperatura, mancanza di tensione/assenza di alimentazione, porta aperta, sonde guaste, batteria scarica)	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
16	Batteria di backup con circuito di ricarica integrato	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
17	Presenza di memoria per la registrazione continua dei dati funzionali scaricabili tramite porta USB, visualizzabili e interpretabili in formato Excel	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
18	Isolamento struttura non inferiore 60 mm CFC free	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
19	n. 1 centralina elettronica autoalimentata	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
20	n. 1 foro per passaggio sonda	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

* Si ritengono equivalenti i piedini stabilizzatori con le ruote frenanti; ciò consente al frigo di restare in posizione stabilizzata e consentire maggiore concorrenzialità tra gli operatori economici.

* * Alla luce di quanto ricevuto al fine di consentire maggiore concorrenzialità tra gli operatori economici si ritengono equivalenti le griglie ai ripiani.


SV

NOTE: L'Esperto, sulla base della documentazione tecnica prodotta, rileva che le ditte partecipanti "Adirahmerf", "CAM Hospital", "Carto Copy Service", "Dima", "JKS Refrigeration SRL", "KW Apparecchi Scientifici" e "Selefir SRL" hanno presentato prodotti giudicati di ottima fattura, in linea con le aspettative e con l'utilizzo in ambito ospedaliero e pertanto **conformi** alle prescrizioni del Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda le restanti Ditte si formulano le seguenti considerazioni:

- Ditta **AHSI**: il modello di frigorifero proposto, alla voce 3, non dispone del range di temperatura regolabile richiesto nel Capitolato Speciale come caratteristica tecnica e prestazioni essenziali. Motivazione per la quale il prodotto viene giudicato "non conforme" e la ditta viene **esclusa** dalla prosecuzione della gara.
- Ditta **Internazionale Service SRL**: il modello di frigorifero proposto, alla voce 3, non dispone del range di temperatura regolabile richiesto nel Capitolato Speciale come caratteristica tecnica e prestazioni essenziali. Motivazione per la quale il prodotto viene giudicato "non conforme" e la ditta viene **esclusa** dalla prosecuzione della gara.
- Ditta **Nuova Criotecnica AMCOTA**: il modello di frigorifero proposto, alla voce 13, non dispone delle caratteristiche tecniche essenziali richieste dal Capitolato Speciale per le porte in vetro temprato. Motivazione per la quale il prodotto viene giudicato "non conforme" e la ditta viene **esclusa** dalla prosecuzione della gara.
- Ditta **Pro Valle SRL**: il modello di frigorifero proposto, alla voce 13, non dispone delle caratteristiche tecniche essenziali richieste dal Capitolato Speciale per le porte in vetro temprato. Motivazione per la quale il prodotto viene giudicato "non conforme" e la ditta viene **esclusa** dalla prosecuzione della gara.

Dott.ssa Simona Vicari



Per presa d'atto e conferma:
IL R.U.P. - DOTT. GIANNI MUSSO