

**PROCEDURA APERTA PER LA SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA  
PRESUPPOSIZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NELLA  
MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI OCCORRENTI ALL'A.S.L.  
AL, ALL'A.S.L. AT ED ALL'A.O.U. DI ALESSANDRIA**

**ID n. 198344652**

RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE AGGIORNATE AL 03.04.2025

**QUESITO 1:**

In riferimento al lotto n. 2, si richiede se si tratta di refuso la richiesta di campionatura.

**RISPOSTA:**

Si conferma la richiesta di campionatura anche per il lotto 2.

**QUESITO 2:**

Si richiede quale sia la sede ASL AL da indicare per la cauzione provvisoria

**RISPOSTA:**

Si prega di indicare la sede legale dell'ASL AL, Via Venezia n. 6, Alessandria.

**QUESITO 3:**

Si richiede lo spostamento della scadenza del termine di presentazione di 15 gg.

**RISPOSTA:**

Si conferma, verranno prorogati i termini di 15 giorni.

**QUESITO 4:**

Si richiede, qualora venissero offerti deflussori con valvola needlefree, che questi ultimi non debbano avere il requisito del cappuccio.

**RISPOSTA:**

Possono essere presentati deflussori senza cappuccio nella valvola di aggancio al codino, purché presentino le dichiarazioni necessarie che certifichino la presenza di barriera antimicrobica e l'impossibilità di fuoriuscita di gocce.

**QUESITO 5:**

In riferimento al lotto 10 si richiede di suddividere in due il lotto permettendo la partecipazione anche ad aziende che non dispongono di sistemi elettrici per infusione.

**RISPOSTA:**

Si conferma l'indicazione da capitolato per il lotto 10.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DOTT. GIANNI MUSSO**

**GM/cm**

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice  
dell'amministrazione digitale)