

**AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA VENEZIA, 6
ALESSANDRIA**

DENOMINAZIONE DITTA	
SEDE LEGALE	
CITTA'	
C.A.P.	
TELEFONO	
FAX	
PEC	

OGGETTO: QUESTIONARIO TECNICO PER LA FORNITURA DI FRIGORIFERI PER FARMACI LOTTO 1

CARATTERISTICHE	SI / NO – FORNIRE BREVE DESCRIZIONE
Caratteristiche tecnico-funzionali per Frigorifero per farmaci, verticale, capacità circa 1400 litri, campo temperatura 0 + 15 °C regolabile	
Misure esterne indicative (l x p x h): 140 x 80 x 200 cm	
Sbrinamento automatico nel vano frigorifero	
n. 4 ruote unidirezionali e n. 2 piedini stabilizzatori	
Alimentazione 230V/50Hz	
Gas refrigerante CFC free e HCFC free, a basso impatto ambientale	

Struttura esterna in lamiera d'acciaio zincata o acciaio verniciato	
Struttura interna in acciaio inox	
Sistema di ventilazione interna per uniformità della temperatura	
Almeno 4+4 griglie/ripiani inox lisci regolabili in altezza e scorrevoli mediante guide	
n. 2 porte di vetro temprato triplo strato, antiappannanti, autochiudenti con guarnizione magnetica per tutti i lati e serratura chiave, maniglie ergonomiche	
Illuminazione interna a led con apertura porta	
Pannello di controllo a microprocessore e display LCD con sistema di allarme, con visualizzazione delle temperature di funzionamento, temperature impostate (minima e massima), segnalazione acustica e visiva, anche se in assenza di corrente elettrica (allarme di max e min. temperatura, mancanza di tensione/assenza di alimentazione, porta aperta, sonde guaste, batteria scarica)	

Batteria di backup con circuito Di ricarica integrato	
Presenza di memoria per la registrazione continua dei dati funzionali scaricabili tramite porta USB, visualizzabili e interpretabili in formato Excel	
Isolamento struttura non inferiore 60 mm CFC free	
n. 1 centralina elettronica autoalimentata	
n. 1 foro per passaggio sonda	
Il frigorifero deve essere dotato di marcatura CE e progettato secondo le seguenti Direttive e normative: – Direttiva Macchine 2006/42/CE – Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE – Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE – EN 61010-1 Sicurezza Elettrica – 2011/65/UE ROHSS II	

Garanzia: almeno 24 mesi data collaudo esito positivo	
Consegna entro 30 giorni da calendario dalla data di ricevimento dell'ordine.	