

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA
SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI MATERIALE PER
ARTROSCOPIA OCCORRENTE ALL'ASL AL E ALL'ASL AT**

RDO N. 5271244

RELAZIONE SOCCORSO PROCEDIMENTALE LOTTO 19

In data 23.06.2025 dalle ore 13,30 alle ore 15,00 circa, come risulta dal verbale redatto per l'occasione, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, preposta all'esame della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura negoziata in oggetto, costituita con la determinazione del Direttore S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale n. 708 del 15.05.2025, esecutiva nelle forme di legge, composta come di seguito:

Presidente

Dott. Paolo Briata – Dirigente Medico S.C. Ortopedia
(documento accessorio informale interno registrato con n. 629 del 13.05.2025);

Componenti

Dott. Paolo Gaetano Gentili - Dirigente Medico S.C. Ortopedia
(documento accessorio informale interno registrato con n. 629 del 13.05.2025);

Dott. Antonio Mahagna – Dirigente Medico S.C. Ortopedia
(protocollo registrato con n. 52259 del 15.05.2025).

Erano presenti alla seduta la Dott.ssa Claudia Merlo e Francesca Nadia Barbieri della S.C. Economato – Logistica - Approvvigionamenti – Patrimoniale esclusivamente con funzioni di segreteria.

Nel corso dell'esame della documentazione tecnica prodotta dalla Ditta Arthrex Italia srl, unica a presentare offerta per tale lotto, durante la suddetta seduta è stato richiesto dalla Commissione Giudicatrice la verifica della corrispondenza del Lotto 19 "Sistema per la preparazione di concentrato midollare" a quanto richiesto nel capitolato speciale, in particolare in riferimento al requisite secondo cui *"Il dispositivo deve permettere tramite centrifugazione di ottenere una concentrazione di 3-6 cc con almeno 70% di recupero di cellule midollari rispetto alla conta basale.*

La Commissione Giudicatrice ha pertanto conferito mandato alla S.C. ELAP di richiedere alla ditta precisazioni circa il quesito sopra esposto.

La S.C. ELAP ha proceduto quindi ad inserire tempestivamente tale richiesta attraverso la piattaforma MEPA ottenendo in data 25.06.2025 il seguente riscontro: *"in relazione a*

quanto richiesto relativamente al lotto 19, siamo a specificare che nel documento chiamato "2) Brochure_Angel System BMC" a pag. 02, sotto la 1° tabella, viene indicato il volume di BMC (concentrato di Bone Marrow) ottenuto pari a 4cc circa. In merito al recupero del 70% di cellule midollari, rispetto alla conta basale, sempre nel documento chiamato "2) BrochureAngel System BMC" a pag. 02, all'interno della 1° tabella, vengono riportati gli incrementi di concentrazione ottenuta dal basale (BMA) al prodotto finale (BMC). A tal proposito, come si evince da suddetta tabella, vengono presi in considerazione tutti gli emocomponenti clinicamente interessati (piastrine, cellule nucleate, cellule ematopoietiche, cellule mesenchimali, neutrofili) che beneficiano di un alto incremento post-separazione".

La Commissione Giudicatrice ha preso atto di quanto pervenuto dalla Ditta Arthrex ritenendo di attribuire al lotto 19 il giudizio "insufficiente", disponendone l'esclusione per mancato raggiungimento del punteggio minimo, in quanto non risulta evidenza documentale circa la percentuale del 70% di recupero delle cellule midollari rispetto alla conta basale come richiesto da Capitolato speciale.

La presente relazione composta da n. 2 facciate comprese le sottoscrizioni, è letta, così approvata e sottoscritta da tutti i componenti.

Presidente

Dott. Paolo Briata

Componenti

Dott. Paolo Gaetano Gentili

Dott. Antonio Mahagna
