

PROCEDURA APERTA, MEDIANTE CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER LA SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI PROTESI MAMMARIE E ESPANSORI TISSUTALI OCCORRENTI ALL'A.S.L. AL, ALL'A.S.L. AT ED ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.S. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA I.D. SINTEL N. 191731454

Con la presente la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n. 136 del 30.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, nell'ambito della procedura di gara in oggetto, in relazione a quanto rilevato dalla Ditta Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l. tramite la Comunicazione di procedura ID 198201865 sulla Piattaforma Aria - Sintel, acquisita ai Ns. atti aziendali mediante nota prot. n. 390434 del 17.03.2025, in merito alla valutazione tecnica del Lotto n. 5 (PROTESI MAMMARIA ANATOMICA RIVESTITA IN SCHIUMA DI POLIURETANO A VOLUME FISSO IN GEL DI SILICONE COESIVO), evidenzia quanto segue, a parziale modifica delle valutazioni espresse nel verbale redatto in data 12.02.2025:


- Punto C (Possibilità di differenti tipi di gel): dopo rivalutazione della documentazione tecnica presentata, si evidenzia che la ditta Ditta Silimed S.r.l non possiede detto requisito.
- Punto E (Gamma di espansori mammari dedicati): dopo rivalutazione della documentazione tecnica presentata, si evidenzia che la ditta Ditta Silimed S.r.l non possiede detto requisito.
- Punto G (Disponibilità di sizers): nonostante che nella Relazione tecnica della Ditta Silimed S.r.l (pag.1) viene riportato che "*si offre protesi definitiva uso sizer per tutti i modelli e volumi offerti*", si rileva che l'utilizzo di una protesi al posto del sizer potrebbe essere più difficoltoso in quanto le protesi al poliuretano hanno una superficie ruvida che non rende agevole le manovre di introduzione e di rimozione delle stesse, mentre i sizer hanno una superficie più liscia e sono più facili da introdurre e rimuovere, soprattutto se si dovessero provare più misure per arrivare al risultato voluto. Il requisito pertanto non risulta presente.
- Punto H (Sterilizzazione a secco): si conferma quanto già rilevato in sede di esame della documentazione e della campionatura, come da verbale redatto in data 12.02.2025, ossia che nella Scheda tecnica e nella Relazione tecnica della Ditta Silimed S.r.l non viene menzionata la sterilizzazione a calore secco, ma esclusivamente quella con ossido di etilene (diversa da quella richiesta in quanto effettuata a temperature più basse).

Restano confermate le altre valutazioni espresse nel richiamato verbale redatto in data 12.02.2025.

Pertanto il punteggio afferente il parametro "Qualità" viene rimodulato e riepilogato nel modo seguente:

LOTTO N. 5 (PROTESI MAMMARIA ANATOMICA RIVESTITA IN SCHIUMA DI POLIURETANO A VOLUME FISSO IN GEL DI SILICONE COESIVO)

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Tipologia criterio	Punteggio parziale	Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l	Silimed S.r.l
A	Ampia gamma di misure con almeno 2 altezze e 4 proiezioni per altezza	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
B	Letteratura scientifica a sostegno	D	5	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1



				Punteggio=5	Punteggio=5
C	Possibilità di differenti tipi di gel	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10	Giudizio=non valutabile Coefficiente=0,00 Punteggio=0
D	Coesività e morbidezza del gel in silicone	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
E	Gamma di espansori mammari dedicati	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10	Giudizio=non valutabile Coefficiente=0,00 Punteggio=0
F	Punti di repere e sistema di orientamento	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
G	Disponibilità di sizers	T	10	Requisito presente Punteggio=10	Requisito Assente Punteggio=0
H	Sterilizzazione a calore secco	T	5	Requisito presente Punteggio=5	Requisito Assente Punteggio=0
	TOTALE			70	35

Ditta Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l.: 70 punti.
Ditta Silimed S.r.l.: 35 punti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Novi Ligure, 29.05.2025

La Commissione Giudicatrice

Dott. Marco Ghiglione



Dott. Enrico Luigi Ratto



Dott. Ermanno Margaglia

