

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL  
Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA (AL)  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

## **RELAZIONE TECNICA PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA FORNITURA DI FRIGORIFERI PER FARMACI – R.D.O N. 5321565**

La documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti della gara in oggetto è stata trasmessa dalla S.C. Economato – Logistica - -Approvvigionamenti – Patrimoniale in data 26.05.2025 per una valutazione tecnica all'esperto di seguito citato in rappresentanza della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ASL AL:

Dott.ssa Simona Vicari – S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ASL AL – individuato tramite documento informale n. INF/836/25 del 07.07.2025.

Preliminarmente, l'Esperto prende conoscenza di tutti gli atti relativi alla procedura negoziata accertando in particolare quanto segue:

- è stata processata, dalla S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la R.D.O aperta n. **5321565**, per la fornitura di frigoriferi per farmaci;
- entro il termine di scadenza della gara, fissato alle ore 12.00 del giorno 16.05.2025, sono pervenute e registrate, tramite la piattaforma M.E.P.A., le seguenti offerte:

<b>DITTA</b>	<b>P.IVA</b>	<b>ELENCO DEI LOTTI DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>DATA PRESENTAZIONE OFFERTA</b>
ADIRAMEF	07777350633	LOTTO 1 -2	15.05.2025
AHSI	02481080964	LOTTO 1 -2	16.05.2025
C.A.M. HOSPITAL SRL	01897730659	LOTTO 1 -2	14.05.2025
CARTO COPY SERVICE	04864781002	LOTTO 1 -2	09.05.2025
DIMA	17326161001	LOTTO 1 -2	15.05.2025
INTERNAZIONALE SERVICE SRL	09270961213	LOTTO 1 -2	13.05.2025
JKS REFRIGERATION SRL	04114550280	LOTTO 1 -2	13.05.2025
KW APPARECCHI SCIENTIFICI	00660040528	LOTTO 1 -2	16.05.2025
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA	03789191008	LOTTO 1 -2	13.05.2025
PRO.VALLE SRL	02237340068	LOTTO 1 -2	15.05.2025
SELEFAR SRL	01749330047	LOTTO 1 -2	14.05.2025

*SV.*

*WW*

La valutazione della documentazione tecnica si è svolta nell'ambito di una seduta telematica, mediante trasmissione dei documenti via posta elettronica all'esperto incaricato.

L'esperto, preso atto del contenuto della documentazione di gara messa a disposizione dalla S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale, precisa che la fornitura in oggetto sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso previa verifica della conformità delle offerte alle prescrizioni del Capitolato Speciale e che la verifica dell'idoneità avverrà sulla base delle seguenti caratteristiche minime ed essenziali:

#### LOTTO N. 1

DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE O EQUIVALENTI
<p><b>N. 1</b> <b>FRIGORIFERO PER FARMACI</b> <b>CAPACITA' 1.400 LITRI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Verticale</li><li>– Capacità circa 1.400 litri</li><li>– Campo temperatura 0 +15 gradi Centigradi regolabile</li><li>– Misure esterne indicative (l x p x h): 140 x 80 x 200 cm</li><li>– Sbrinamento automatico nel vano frigorifero</li><li>– n. 4 ruote unidirezionali e n. 2 piedini stabilizzatori</li><li>– Alimentazione 230V/50Hz</li><li>– Gas refrigerante CFC free e HCFC free, a basso impatto ambientale</li><li>– Struttura esterna in lamiera d'acciaio zincata o acciaio verniciato</li><li>– Struttura interna in acciaio inox</li><li>– Sistema di ventilazione interna per uniformità della temperatura</li><li>– Almeno 4+4 griglie/ripiani inox lisci regolabili in altezza e scorrevoli mediante guide</li><li>– N. 2 porte di vetro temprato triplo strato, antiappannanti, autochiudenti con guarnizione magnetica per tutti i lati e serratura chiave, maniglie ergonomiche</li><li>– Illuminazione interna a led con apertura porta</li><li>– Pannello di controllo a microprocessore e display LCD con sistema di allarme, con visualizzazione delle temperature di funzionamento, temperature impostate (minima e massima), segnalazione acustica e visiva, anche se in assenza di corrente elettrica (allarme di max e min temperatura, mancanza di tensione/assenza di alimentazione, porta aperta, sonde guaste, batteria scarica)</li><li>– Batteria di backup con circuito di ricarica integrato</li><li>– Presenza di memoria per la registrazione continua dei dati funzionali scaricabili tramite porta USB, visualizzabili e interpretabili in formato Excel</li><li>– Isolamento struttura non inferiore 60 mm CFC free</li><li>– N. 1 centralina elettronica autoalimentata</li><li>– N. 1 foro per passaggio sonda</li></ul>

#### LOTTO N. 2

DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE O EQUIVALENTI

SV

WW

<p><b>N. 3</b>  <b>FRIGORIFERI PER FARMACI</b>  <b>CAPACITA' 700 LITRI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verticale</li> <li>– Capacità circa 700 litri</li> <li>– Campo temperatura 0 +15 gradi Centigradi regolabile</li> <li>– Misure esterne indicative (l x p x h): 70 x 80 x 200 cm</li> <li>– Sbrinamento automatico nel vano frigorifero</li> <li>– N. 2 ruote unidirezionali e n. 2 piedini stabilizzatori</li> <li>– Alimentazione 230V/50Hz</li> <li>– Gas refrigerante CFC free e HCFC free, a basso impatto ambientale</li> <li>– Struttura esterna in lamiera d'acciaio zincata o acciaio verniciato</li> <li>– Struttura interna in acciaio inox</li> <li>– Sistema di ventilazione interna per uniformità della temperatura</li> <li>– Almeno 4 griglie/ripiani inox lisci regolabili in altezza e scorrevoli mediante guide</li> <li>– N. 1 porta di vetro temprato triplo strato, antiappannante, autochiudente con guarnizione magnetica per tutti i lati e serratura chiave, maniglie ergonomiche</li> <li>– Illuminazione interna a led con apertura porta</li> <li>Capitolato Speciale per fornitura frigoriferi per farmaci Pagina 3 d</li> <li>– Pannello di controllo a microprocessore e display LCD con sistema di allarme, con visualizzazione delle temperature di funzionamento, temperature impostate (minima e massima), segnalazione acustica e visiva, anche se in assenza di corrente elettrica (allarme di max e min temperatura, mancanza di tensione/assenza di alimentazione, porta aperta, sonde guaste, batteria scarica)</li> <li>– Batteria di backup con circuito di ricarica integrato</li> <li>– Presenza di memoria per la registrazione continua dei dati funzionali scaricabili tramite porta USB, visualizzabili e interpretabili in formato Excel</li> <li>– Isolamento struttura non inferiore 60 mm CFC free</li> <li>– N. 1 centralina elettronica autoalimentata</li> <li>– N. 1 foro per passaggio sonda</li> </ul>
--	--

L'esperto acquisisce a questo punto dalla S.C. E.L.A.P. la documentazione tecnica presentata dagli operatori economici partecipanti e procede quindi ad esaminare le offerte presentate formulando le valutazioni riportate in dettaglio nel prospetto riepilogativo allegato alla presente relazione per farnè parte integrante e sostanziale.

L'Esperto, alla conclusione dei lavori, redige il presente verbale composto complessivamente da n. 10 facciate, compreso l'allegato composto di n. 7 pagine e le sottoscrizioni, che viene letto, approvato e sottoscritto.

Dott.ssa Simona Vicari

Simona Vicari

Per presa d'atto e conferma:  
IL R.U.P. - DOTT. GIANNI MUSSO

Gianni Musso