

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

**RELAZIONE DEGLI ESPERTI PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE
ALLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA OFTALMICO YAG LASER OCCORRENTE ALLA S.C.
OCULISTICA DEL PO DI CASALE M.TO**

CIG. N. B05CD930EA – R.D.O. N. 4053465

VERBALE N. 2

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, la Commissione Giudicatrice, composta dalle seguenti persone, è stata nuovamente convocata dalla S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale in quanto è necessario esaminare i rilievi presentati dalla Ditta POLYOFTALMICA NEW S.R.L. acquisiti agli atti con nota prot. n. 52519 del 15.05.2024:

Presidente

Dott. Mauro Fioretto
Direttore della S.C. Oculistica ASL AL
Designazione prot. n. 23698 del 01.03.2024

Componenti

Dott. Andrea Colonna
Dirigente Medico S.C. Oculistica ASL AL
Designazione prot. n. 23698 del 01.03.2024

Ing. Massimo Giacobbe
S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT
Designazione prot. n. 24223 del 04.03.2024

Dott.ssa Simona Vicari
S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT
Designazione prot. n. 24223 del 04.03.2024

Dott. Gianni Musso
Dirigente Amministrativo S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale

I componenti della Commissione Giudicatrice richiamano in particolare il verbale redatto in data 24.04.2024, dal quale è risultato il seguente quadro di valutazione afferente il parametro "Qualità" espresso nei confronti delle Ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto:

DITTE	Punteggi qualitativi TOTALI	RIPARAMETRAZIONE
POLYOFTALMICA NEW S.R.L	Esclusa	Esclusa

ESAVIS S.R.L.	50,1	60,6
CARL ZEISS SPA con socio unico	44	54,1
EMMECI 4 S.P.A	43,2	53,1
VISIONIX ITALIA S.R.L.	56,9	70

La Commissione rileva che la Ditta POLYOFTALMICA NEW S.R.L. è stata esclusa in quanto non è risultata in possesso della caratteristica essenziale di cui al punto A-7 "Focalizzazione della luce infrarossa in un punto di dimensioni non superiore agli 8 μ m" del Capitolato Speciale, in quanto dalla documentazione tecnica risultano indicati 10 μ m, motivo che ha determinato l'esclusione dell'operatore economico.

La Ditta POLYOFTALMICA NEW S.R.L., con la richiamata nota prot.n. 52519 del 15.05.2024, ha richiesto la riammissione alla procedura di gara dichiarando, tra l'altro, che lo spot di focalizzazione del laser OPTOYAG M offerto in gara, per il quale è stato indicato un valore inferiore ai 10 μ m, focalizza su un'area di 8 μ m FWHM (FULL WIDTH AT HALF MAXIMUM).

Premesse queste considerazioni, la Commissione Giudicatrice ha proceduto pertanto ad un riesame della documentazione tecnica proposta dalla Ditta in esame: come risulta tuttavia dal documento "Scheda tecnica e relazione.pdf", acquisita agli atti nel corso del procedimento, è stato dichiarato dalla Ditta offerente che "la luce laser passa attraverso parecchi moduli ottici che consentono al raggio che esce dall'obiettivo del laser di essere focalizzato alla massima energia in un punto con diametro di circa 10 microns" (pag.1). Il Capitolato Speciale di gara, al punto A7 della scheda tecnica contenente le caratteristiche dell'apparecchiatura posta in gara, specificava invece che la "focalizzazione della luce infrarossa in un punto doveva essere di dimensioni non superiori agli 8 μ m".

Per tali motivazioni, si ritiene di non accogliere quanto richiesto dalla Ditta POLYOFTALMICA NEW S.R.L e di confermare il giudizio di esclusione espresso nel verbale redatto in data 24.04.2024 per carenza di uno dei requisiti tecnici previsti dal Capitolato Speciale di gara.

Tra l'altro, si evidenzia che le considerazioni di carattere tecnico formulate in questa sede dalla Ditta in esame non erano emerse nel corso della prova pratica "on site" effettuata in data 12.04.2024.

La Commissione Giudicatrice rileva infine che, come previsto all'art. 6 del Capitolato Speciale di Gara, i dati tecnici riferiti all'offerta richiesta dal Punto Ordinate dovevano pervenire tramite MEPA entro il termine perentorio presentato dalla piattaforma, nello specifico il 29.02.2024, ore 12.00 e pertanto l'ulteriore indicazione presentata dalla Ditta POLYOFTALMICA NEW S.R.L. con la sopracitata nota protocoliare non può quindi in alcun modo integrare l'offerta presentata in data 28.02.2024.

La Commissione Giudicatrice evidenzia infine che il presente riesame è stato effettuato a buste contenenti le offerte economiche ancora chiuse.

Viene redatto il presente verbale, che composto da n.3 facciate comprese le sottoscrizioni, viene letto e così approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.

IL PRESIDENTE

Dott. Mauro Fioretto


A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mauro Fioretto", written over a horizontal line.

I Componenti


Dott. Andrea Colonna

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andrea Colonna", written over a horizontal line.


Ing. Massimo Giacobbe

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Massimo Giacobbe", written over a horizontal line.

Dott.ssa Simona Vicari

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Simona Vicari", written over a horizontal line.

Dott. Gianni Musso

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gianni Musso", written over a horizontal line.