

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

**VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE AD USO
SPECIALISTICO E PROTESI PER O.R.L. OCCORRENTI ALL' AREA SOVRAZIONALE
PIEMONTE SUD-EST (ASL AL, ASL AT, AOU AL).**

L'anno 2025, addì 18 del mese di agosto, alle ore 09:45, presso il locale della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale di Acqui Terme, Via Alessandria n. 1, Villa Mater, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle Ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto ed è composta dalle seguenti persone:

Presidente

Dott. Roberto Briatore - Direttore FF SOC Otorinolaringoiatria - A.S.L. AT.
Designato tramite nota prot. n. 0065549/25 del 18.06.2025.

Componenti

Dott. Antonio Giovanni Bulzomì - Dirigente Medico - Otorinolaringoiatria - A.S.L. AL
Designato tramite documento accessorio inf. Interno n. rep. INF/427/25 del 03.04.2025;

Dott. Andrea Mirko Alessandro Fulcheri - Dirigente Medico SC Otorinolaringoiatria - A.O.U. AL
Designato tramite nota prot. n. 0105607/24 del 04.10.2024.

I componenti della Commissione Giudicatrice confermano l'accettazione del loro incarico conferito con Determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale n. 897 del 24.06.2025, esecutiva ai sensi di legge, nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 93 comma 5 del Decreto Legislativo n. 31.03.2023 n. 36 e di astensione previste dall'art. 51 del Codice Civile.

La S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale ha fornito supporto con funzioni esclusivamente di segreteria mediante la presenza del Dr. Edoardo Branda, Collaboratore Amministrativo Cat. "D".

La Commissione Giudicatrice prende atto preliminarmente che, a seguito dell'adozione della Determinazione del Direttore S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale n. 1647 del 29.12.2023, esecutiva nelle forme di legge, è stata processata, tramite la piattaforma di approvvigionamento Aria - Sintel, la procedura I.D. n. 188328412 da aggiudicarsi per lotti unici indivisibili alle Ditte che avrebbero presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36).

Si precisano, nel seguente prospetto, le offerte pervenute e registrate entro il termine di scadenza del 17.09.2024 alle ore 15.00:

DITTA	SEDE	P. I.V.A.	LOTTE PER CUI E' STATA PRESENTATA OFFERTA
AUDIO TECHNOLOGIES SRL ID 1726558955192	Via dell'Artigianato, 8, 29020 Gossolengo PC	01086720339	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
CLABER SRL ID 1726564609755	Strada Cattane 10-12 - 36100 - Vicenza (VI)	02198590248	9, 13, 15.
MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GmbH. ID 1725620411568	Fuerstenweg 77/A - Innsbruck (AUS)	02558560211	17, 19, 23.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A. ID 1726471425275	Via Varesina 162 - 20156 - Milano (MI)	09238800156	5, 13, 14.
OLYMPUS ITALIA SRL ID 1726489175076	Via San Bovio 1-3 - 20054 - Segrate (MI)	10994940152	2, 6.

La Commissione Giudicatrice prende atto che in data 24.09.2024, tramite la succitata piattaforma telematica di approvvigionamento, la S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale ha provveduto, in seduta telematica, alla verifica ed all'accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa.

In data 23.07.2025 la S.C. E.L.A.P. ha provveduto all'apertura dell'offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla prosecuzione della gara ed alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta.

La Commissione Giudicatrice ha preso, inoltre, atto del Capitolato Speciale di Gara e precisa che la presente fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36, per singoli lotti indivisibili a favore della Ditta o delle Ditte che avranno proposto, per ciascuno di essi, l'offerta economicamente più vantaggiosa:

QUALITA'
PREZZO

MAX PUNTI 70
MAX PUNTI 30

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche dei concorrenti, sarà ripartito così come dettagliatamente riportato all'art. 19 del Capitolato Speciale che si richiama dettagliatamente "per relationem".

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante una valutazione congiunta da parte della Commissione Giudicatrice come segue:

SOTTOCRITERI LOTTE DAL N. 1 AL N. 4, DAL N. 6 AL N. 15 E DAL N. 23 AL N. 25.

	SOTTOCRITERI	Punteggio parziale	Tipo di criterio	Criterio di assegnazione
A	CARATTERISTICHE TECNICHE	30	D	Criterio Discrezionale: maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
B	PRATICITA'	15		

C	MANEGGEVOLEZZA	20		
D	CONFEZIONAMENTO	5		
E	Totale	70		

SOTTOCRITERIO LOTTO N. 5

	SOTTOCRITERI	Punteggio parziale	Tipo di criterio	Criterio di assegnazione
A	PRECISIONE	25	D	Criterio Discrezionale: maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
B	DISPERSIONE ELETTRICA	20		
C	MANEGGEVOLEZZA	20		
D	CONFEZIONAMENTO	5		
	TOTALE	70		

SOTTOCRITERI LOTTI DAL N. 16 AL N. 22.

	SOTTOCRITERI	Punteggio parziale	Tipo di criterio	Criterio di assegnazione
A	MODELLABILITA'	25	D	Criterio Discrezionale: maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
B	MANEGGEVOLEZZA	20		
C	REQUISITI ULTERIORI SOGGETTI A VALUTAZIONE	20		
D	CONFEZIONAMENTO	5		
	TOTALE	70		

Con la lettera **D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, il coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:





GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITÀ" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "Qualità" saranno in ogni caso attribuiti **70 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio **inferiore a 35 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

Terminati questi adempimenti preliminari la Commissione Giudicatrice procede, per i seguenti lotti, all'esame della documentazione tecnica e della campionatura prodotta dai soggetti concorrenti e, successivamente, decide unanimemente, sulla scorta delle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale di gara, di attribuire i seguenti coefficienti di giudizio tecnico afferenti per il parametro "Qualità":

La Commissione Giudicatrice prende che atto non state presentate offerte per i seguenti Lotti:
Lotto 1 – Lotto 3 – Lotto 4 – Lotto 7 – Lotto 8 – Lotto 10 – Lotto 11 – Lotto 12 – Lotto 24 – Lotto 25.

LOTTO 2 - TAMPONE NASALE RIASSORBIBILE a base di acido ialuronico per utilizzo post-chirurgico per controllare sanguinamenti e prevenire le aderenze post-chirurgiche.

Sterile.

Misura cm. 4 x 4 circa.

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	OLYMPUS ITALIA SRL
CARATTERISTICHE TECNICHE	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
PRATICITA'		15	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 15
MANEGGEVOLEZZA		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
CONFEZIONAMENTO		5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
TOTALE		70	70
TOTALE RIPARAMETRATO		70	70

LOTTO 5 - STIMOLATORE NERVINO dispositivo bipolare alimentato a batteria per l'identificazione dei nervi motori esposti durante interventi chirurgici al fine di ridurre il rischio di danno accidentale.

Completo di elettrodo ed ago e provvisto di sistema di sicurezza per l'attivazione del dispositivo solo prima dell'uso. Deve permettere una stimolazione efficace e sicura. Sterile, monouso.

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
PRECISIONE	D	25	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 25
DISPERSIONE ELETTRICA		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
MANEGGEVOLEZZA		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
CONFEZIONAMENTO		5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
TOTALE		70	70
TOTALE RIPARAMETRATO		70	70

LOTTO 6 - BISTURI MONOUSO X MIRINGOTOMIA diverse tipologie

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	OLYMPUS ITALIA SRL
CARATTERISTICHE TECNICHE	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30

5

PRATICITA'		15	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 15
MANEGGEVOLEZZA		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
CONFEZIONAMENTO		5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
TOTALE		70	70
TOTALE RIPARAMETRATO		70	70

LOTTO 9 - BOTTONE SETTALE per chiusura di perforazione del setto nasale varie misure, in silicone di grado medicale, confezione singola sterile.

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	CLABER SRL
CARATTERISTICHE TECNICHE	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
PRATICITA'		15	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 15
MANEGGEVOLEZZA		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
CONFEZIONAMENTO		5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
TOTALE		70	70
TOTALE RIPARAMETRATO		70	70

LOTTO 13 - FOGLI IN SILICONE per utilizzo durante la chirurgia otologica. Disponibile in diversi spessori e formati. Sterili.

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	CLABER SRL	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
CARATTERISTICHE TECNICHE	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
PRATICITA'		15	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 15	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 15

MANEGGEVOLEZZA		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
CONFEZIONAMENTO		5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
TOTALE		70	70	70
TOTALE RIPARAMETRATO		70	70	70

LOTTO 14 - SUPPORTI INTRANASALI REUTER spessore mm. 0,25 – 0,50 c.a.

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
CARATTERISTICHE TECNICHE	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
PRATICITA'		15	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 15
MANEGGEVOLEZZA		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
CONFEZIONAMENTO		5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
TOTALE		70	70
TOTALE RIPARAMETRATO		70	70

LOTTO 15 - SPLINT NASALE TERMOPLASTICO da utilizzare nella chirurgia funzionale del naso con il rimodellamento conseguente della piramide nasale. Deve essere termoplastico mediante riscaldamento in acqua calda, sagomabile, con indurimento idoneo per la contenzione dell'osso. Pratico e maneggevole. Disponibile in varie misure.

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	CLABER SRL
CARATTERISTICHE TECNICHE	D	30	
PRATICITA'		15	

MANEGGEVOLEZZA		20	
CONFEZIONAMENTO		5	
TOTALE		70	
TOTALE RIPARAMETRATO		70	

La Commissione Giudicatrice richiede una nuova campionatura al fine di valutare al meglio lo strumento oggetto d'esame.

LOTTO 16 - PROTESI OSSICULARI TOTALI per la ricostruzione dell'orecchio medio. Devono essere disponibili protesi di idrossiapatite con gambo in politetrafluoroetilene/polietilene ed in idrossiapatite con gambo in titanio.

Requisiti ulteriori soggetti a valutazione:

- Preferibilmente a lunghezza variabile per adattarsi alla specifica anatomia della cassa timpanica del paziente. -

Saranno peraltro valutabili anche protesi a lunghezza fissa con le caratteristiche indicate.

- Idrossiapatite di tipo "poroso" nelle protesi di cui sopra

- Facilità del sistema di taglio

- Strumenti/kit di misurazione intraoperatoria.

La Commissione Giudicatrice, in sede di esame della campionatura dell'unica Ditta che ha presentato offerta (Audio Technologies SRL), nonostante abbia accertato che è erroneamente presente l'offerta economica all'interno del confezionamento, ha ritenuto opportuno valutare la campionatura presente. La Commissione Giudicatrice segnala e rimanda alla S.C. E.L.A.P. eventuali decisioni per conseguenti provvedimenti.

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	AUDIO TECHNOLOGIES SRL
MODELLABILITA'	D	25	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 25
MANEGGEVOLEZZA		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
REQUISITI ULTERIORI SOGGETTI A VALUTAZIONE		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
CONFEZIONAMENTO		5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
TOTALE		70	
TOTALE RIPARAMETRATO		70	70

LOTTO 17 - PROTESI OSSICULARI TOTALI per la ricostruzione dell'orecchio medio in Titanio. A lunghezza variabile, per adattarsi alla specifica anatomia della cassa timpanica del paziente. Permesse anche protesi a lunghezza fissa. **Requisiti ulteriori soggetti a valutazione:**

- **Preferibilmente a lunghezza variabile per adattarsi alla specifica anatomia della cassa timpanica del paziente.**

Saranno peraltro valutabili anche protesi a lunghezza fissa con le caratteristiche indicate.

- **Facilità del sistema di taglio**

- **Strumenti/kit di misurazione intraoperatoria**

- **Testa della protesi conformabile.**

La Commissione Giudicatrice, in sede di esame della campionatura, ha accertato che è erroneamente presente l'offerta economica all'interno del confezionamento della Ditta Audio Technologies SRL, pertanto, essendo presente un'altra Ditta concorrente, la Commissione Giudicatrice non ha ritenuto opportuno valutare la campionatura della Ditta Audio Technologies SRL.

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT	Med-El Elektromedizinische Geraete GmbH – Unità Locale Italiana
MODELLABILITA'	D	25	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 25
MANEGGEVOLEZZA		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
REQUISITI ULTERIORI SOGGETTI A VALUTAZIONE		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
CONFEZIONAMENTO		5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
TOTALE		70	
TOTALE RIPARAMETRATO		70	70

LOTTO 18 - PROTESI OSSICULARI PARZIALI per la ricostruzione dell'orecchio medio. Devono essere disponibili in idrossiapatite con gambo in politetrafluoroetilene/polietilene o in idrossiapatite con gambo in titanio.

Requisiti ulteriori soggetti a valutazione:

- **Preferibilmente a lunghezza variabile per adattarsi alla specifica anatomia della cassa timpanica del paziente. Saranno peraltro valutabili anche protesi a lunghezza fissa con le caratteristiche indicate.**

- **Facilità del sistema di taglio**

- **Strumenti/kit di misurazione intraoperatoria**

- **Idrossiapatite di tipo "poroso" nelle protesi di cui sopra.**

La Commissione Giudicatrice, in sede di esame della campionatura dell'unica Ditta che ha presentato offerta (Audio Technologies SRL), nonostante abbia accertato che è erroneamente presente l'offerta economica all'interno del confezionamento, ha ritenuto opportuno valutare la campionatura presente.

9

La Commissione Giudicatrice segnala e rimanda alla S.C. E.L.A.P. eventuali decisioni per conseguenti provvedimenti.

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT	AUDIO TECHNOLOGIES SRL
MODELLABILITA'	D	25	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 25
MANEGGEVOLEZZA		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
REQUISITI ULTERIORI SOGGETTI A VALUTAZIONE		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
CONFEZIONAMENTO		5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
TOTALE		70	
TOTALE RIPARAMETRATO		70	70

LOTTO 19 - PROTESI OSSICULARI PARZIALI per la ricostruzione dell'orecchio medio in Titanio. Requisiti ulteriori soggetti a valutazione:

- Preferibilmente a lunghezza variabile per adattarsi alla specifica anatomia della cassa timpanica del paziente. Saranno peraltro valutabili in alternativa anche protesi a lunghezza fissa con le caratteristiche indicate.

- Facilità del sistema di taglio

- Strumenti/kit di misurazione

- Testa della protesi conformabile.

La Commissione Giudicatrice, in sede di esame della campionatura, ha accertato che è erroneamente presente l'offerta economica all'interno del confezionamento della Ditta Audio Technologies SRL, pertanto, essendo presente un'altra Ditta concorrente, la Commissione Giudicatrice non ha ritenuto opportuno valutare la campionatura della Ditta Audio Technologies SRL.

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT	Med-El Elektromedizinische Geraete GmbH – Unità Locale Italiana
MODELLABILITA'	D	25	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 25
MANEGGEVOLEZZA		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
REQUISITI ULTERIORI SOGGETTI A VALUTAZIONE		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20

CONFEZIONAMENTO		5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
TOTALE		70	
TOTALE RIPARAMETRATO		70	70

LOTTO 20 - PROTESI PER STAPEDETOMIA/STAPEDECTOMIA con gancio in platino e pistone in politetrafluoroetilene/polietilene. Devono essere disponibili di varie misure (lunghezza della protesi, calibro del pistone) ovvero possibilità di avere protesi con pistone accorciabile.

Requisiti ulteriori soggetti a valutazione:

- Lunghezza variabile per adattarsi alla specifica anatomia della cassa timpanica del paziente

- Facilità di taglio

- Facilità crimpaggio - Minore documentata traumaticità del gancio sull'incudine.

La Commissione Giudicatrice, in sede di esame della campionatura dell'unica Ditta che ha presentato offerta (Audio Technologies SRL), nonostante abbia accertato che è erroneamente presente l'offerta economica all'interno del confezionamento, ha ritenuto opportuno valutare la campionatura presente. La Commissione Giudicatrice segnala e rimanda alla S.C. E.L.A.P. eventuali decisioni per conseguenti provvedimenti.

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	AUDIO TECHNOLOGIES SRL
MODELLABILITA'	D	25	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 25
MANEGGEVOLEZZA		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
REQUISITI ULTERIORI SOGGETTI A VALUTAZIONE		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
CONFEZIONAMENTO		5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
TOTALE		70	
TOTALE RIPARAMETRATO		70	70

LOTTO 21 - PROTESI PER STAPEDOTOMIA/STAPEDECTOMIA con gancio in Nitinolo e pistone in politetrafluoroetilene/polietilene. Devono essere disponibili di varie misure (lunghezza della protesi, calibro del pistone) ovvero possibilità di avere protesi con pistone accorciabile.

Requisiti ulteriori soggetti a valutazione:

- Lunghezza variabile per adattarsi alla specifica anatomia della cassa timpanica del paziente

- Facilità di taglio

- Facilità crimpaggio
- Minore documentata traumaticità del gancio sull'incudine
- Nitinolo di tipo "superelastico".

La Commissione Giudicatrice, in sede di esame della campionatura dell'unica Ditta che ha presentato offerta (Audio Technologies SRL), nonostante abbia accertato che è erroneamente presente l'offerta economica all'interno del confezionamento, ha ritenuto opportuno valutare la campionatura presente. La Commissione Giudicatrice segnala e rimanda alla S.C. E.L.A.P. eventuali decisioni per conseguenti provvedimenti.

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	AUDIO TECHNOLOGIES SRL
MODELLABILITA'	D	25	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 25
MANEGGEVOLEZZA		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
REQUISITI ULTERIORI SOGGETTI A VALUTAZIONE		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
CONFEZIONAMENTO		5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
TOTALE		70	
TOTALE RIPARAMETRATO		70	70

LOTTO 22 - PROTESI PER STAPEDOTOMIA/STAPEDECTOMIA in politetrafluoroetilene/polietilene.

Devono essere disponibili di varie misure (lunghezza della protesi, calibro del pistone) ovvero possibilità di avere protesi con pistone accorciabile.

Requisiti ulteriori soggetti a valutazione

- Lunghezza variabile per adattarsi alla specifica anatomia della cassa timpanica del paziente

- Facilità crimpaggio.

La Commissione Giudicatrice, in sede di esame della campionatura dell'unica Ditta che ha presentato offerta (Audio Technologies SRL), nonostante abbia accertato che è erroneamente presente l'offerta economica all'interno del confezionamento, ha ritenuto opportuno valutare la campionatura presente. La Commissione Giudicatrice segnala e rimanda alla S.C. E.L.A.P. eventuali decisioni per conseguenti provvedimenti.

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	AUDIO TECHNOLOGIES SRL
MODELLABILITA'	D	25	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 25

12
Handwritten signature in blue ink.

MANEGGEVOLEZZA		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
REQUISITI ULTERIORI SOGGETTI A VALUTAZIONE		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
CONFEZIONAMENTO		5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
TOTALE		70	
TOTALE RIPARAMETRATO		70	70

LOTTO 23 - PROTESI PER STAPEDOTOMIA/STAPEDECTOMIA in Titanio. Devono essere disponibili di varie misure (lunghezza della protesi, calibro del pistone).

La Commissione Giudicatrice, in sede di esame della campionatura, ha accertato che è erroneamente presente l'offerta economica all'interno del confezionamento della Ditta Audio Technologies SRL, pertanto, essendo presente un'altra Ditta concorrente, la Commissione Giudicatrice non ha ritenuto opportuno valutare la campionatura della Ditta Audio Technologies SRL.


SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	Med-El Elektromedizinische Geraete GmbH – Unità Locale Italiana
CARATTERISTICHE TECNICHE	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
PRATICITA'		15	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 15
MANEGGEVOLEZZA		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
CONFEZIONAMENTO		5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
TOTALE		70	
TOTALE RIPARAMETRATO		70	70

La Commissione Giudicatrice aggiorna la convocazione a data da destinarsi per la valutazione del Lotto n. 15 ed alle ore 12:00 ca., alla conclusione dei lavori della presente seduta, redige il presente verbale che, composto da n. 14 facciate comprese le sottoscrizioni, è letto, così approvato e sottoscritto da tutti i componenti.

13


Presidente

Dott. Roberto Briatore



Componenti

Dott. Antonio Giovanni Bulzoni



Dott. Andrea Mirko Alessandro Fulcheri

