



Sede legale: Via Venezia, 6  
15121 ALESSANDRIA  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

**VERBALE DELLA COMMISSIONE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  
PRESENTATE DALLE DITTE PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA APERTA PER LA  
SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE NELLA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI OCCORRENTI  
ALL'A.S.L. AL, ALL'A.S.L. AT ED ALL'A.O.U. DI ALESSANDRIA**

**Gara ARIA Sintel ID n. 198344652**

**Verbale n. 2 del 03.12.2025**

L'anno 2025, addì 03, del mese di Dicembre alle ore 10.15 circa, presso la sede S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale in Via E. Raggio, n. 12 a Novi L., si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione della S.C. E.L.A.P. n. 945 del 02.07.2025, esecutiva nelle forme di legge, nelle seguenti persone:

**Presidente:**

In rappresentanza dell'ASL di Alessandria

Dott.ssa Sara Francesca Marini – Dirigente Farmacista S.S. UFA e Galenica – ASL AL  
Designata con documento accessorio inf. interno n. 688 del 26.05.2025;

**Componenti:**

In rappresentanza dell'A.O.U. AL di Alessandria

Dott.ssa Erica Caravaggio – Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera  
Designata con nota prot. n. 59542 del 03.06.2025;

In rappresentanza dell'ASL AT

Dott.ssa Toma Camelia – C.P.S.I. S.C. Oncologia - ASL AT  
Designata con nota prot. n. 70965 del 02.07.2025.

E' presente alla seduta la Dott.ssa Claudia Merlo della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale con funzioni esclusivamente di segreteria.

La Commissione Giudicatrice, richiamando il verbale redatto in data 16.09.2025, prosegue con l'esame sia della documentazione tecnica presentata dalle Ditte partecipanti che dei resoconti delle prove effettuate presso le sedi di ciascuna Azienda aderente (lotti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9) e presso il Dayhospital oncoematologico dell'A.O.U. AL di Alessandria – Via Venezia, n. 16, sede individuata per lo svolgimento della prova on site con le Ditte Aries S.r.l., Codan S.r.l. e Sanitex delle pompe volumetriche e relativi deflussori afferenti il lotto 10.

La prova on site è stata programmata in data 21.10.2025 dalle ore 09.00 alla presenza dei componenti della Commissione Giudicatrice ciascuno accompagnato da un esperto utilizzatore e del rappresentante delle ditte convocate:

- Dott.ssa Elisabetta Ferrero – Coordinatrice Infermieristica Day Hospital Oncologico A.O.U. AL
- Dott.ssa Erica Caravaggio – Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera
- Dott.ssa Mignone Sara - Infermiere Professionale Day Hospital Oncologico A.O.U. AL
- Dott.ssa Silvia Muci - Infermiere Professionale Day Hospital Oncologico A.O.U. AL
- Dott.ssa Sara Francesca Marini – Dirigente Farmacista S.S. UFA e Galenica – ASL AL
- Dott.ssa Toma Camelia – C.P.S.I. S.C. Oncologia - ASL AT
- Dott.ssa Patrizia Carretto – Infermiere Professionale Day Hospital Oncologico ASL AT
- Rappresentanti della Ditta Aries Srl
- Rappresentanti della Ditta Codan Srl
- Rappresentanti della Ditta Sanitex

Si prende atto che in data 21.10.2025 le succitate ditte sono state convocate provviste dell'apparecchiatura destinata alla prova *"installata e pronta all'uso"*, ad orari differenti, al fine di garantire il maggior rispetto della privacy dei pazienti del Day Hospital oncologico arrecando il minor disturbo possibile trattandosi di infusioni di terapie chemioterapiche.

La Ditta Sanitex, la cui prova era prevista dalle ore 13.00, comunicava di non aver con sé la pompa infusione, ma solo il materiale consumabile. Pertanto, è stato necessario un confronto con la S.C. ELAP in modo da definire l'opportunità di posticipare l'orario della prova o procedere a una riprogrammazione.

Trattandosi di una prova che prevede il coinvolgimento non solo di personale sanitario, ma anche di pazienti fragili, è stato ritenuto opportuno non prolungare l'attesa del paziente sul quale sarebbe stata avviata l'infusione mediante l'utilizzo della pompa della Ditta Sanitex, e quindi di procedere a una riprogrammazione nella maggior tutela dell'utenza del reparto.

La ditta Codan Srl, con successiva nota prot. n. 112894 del 23.10.2025, ha richiesto che venisse messo agli atti il ritardo dell'avvio della prova, svoltasi dalle ore 11.45 alle ore 13.30, e la presunta "distrazione" dalla prova della Commissione per la risoluzione della circostanza sopraesposta, richiamando anche parte della lettera di convocazione in cui si specificava che *"la mancanza durante la prova di alcune componenti oggetto di valutazione dei beni offerti, comportano l'assegnazione del relativo minimo punteggio previsto;*

*qualora tali componenti siano sostanziali ai fini della valutazione complessiva dell'apparecchiatura, l'offerta risulta non valutabile e verrà esclusa".*

In riferimento a quest'ultima puntualizzazione, si specifica che la riprogrammazione della data della prova per la ditta Sanitex è stata concessa in ragione della delicatezza dei trattamenti somministrati nello specifico reparto e del fatto che la campionatura della strumentazione era stata presentata, nei termini previsti, in sede di gara e che sarebbe potuta essere consegnata nell'arco di qualche ora arrecando però disagi ai Pazienti e alla struttura.

Si segnala, infine, che l'attenzione della Commissione e degli esperti utilizzatori presenti alla prova della Ditta Codan è stata sempre garantita.

La Ditta Sanitex Srl ha avuto modo di effettuare la prova on site in data 19.11.2025 dalle ore 09.00 alla presenza dei componenti della Commissione Giudicatrice ciascuno accompagnato da un esperto utilizzatore, come di seguito:

- Dott.ssa Elisabetta Ferrero – Day Hospital Oncologico A.O.U. AL
- Dott.ssa Erica Caravaggio – Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera
- Dott.ssa Sara Francesca Marini – Dirigente Farmacista S.S. UFA e Galenica – ASL AL
- Dott.ssa Toma Camelia – C.P.S.I. S.C. Oncologia - ASL AT
- Dott.ssa Lorena Marangoni – Infermiere Professionale Day Hospital Oncologico ASL AT
- Rappresentanti della Ditta Sanitex

Si riportano di seguito le valutazioni espresse dai componenti della Commissione successivamente allo svolgimento delle prove pratiche, come di seguito si dettaglia:

- Aries: la pompa non permette la visualizzazione del nome del farmaco, delle specifiche di concentrazione. Il display risulta di piccole dimensioni e non presenta tecnologia touchscreen. Assente la caratteristica che permette di non ricorrere al priming con fisiologica in fase di preparazione azzerando il rischio di spandimento e agevolando i processi in cappa.  
Si riscontra che la di connettività wireless viene proposta quale modulo opzionale.
- Codan: la pompa presentata è dotata di un display, privo di tecnologia touchscreen, che consente la verifica dei parametri infusionali (volume e velocità), la visualizzazione del nome del farmaco in infusione, ma non della concentrazione dello stesso.  
E' dotata di tecnologia wireless ed è integrabile con i sistemi informatici in uso. Risulta assente la caratteristica che permette di non ricorrere al priming con fisiologica in fase di preparazione azzerando il rischio di spandimento e agevolando i processi in cappa.

- Sanitex: l'attrezzatura presentata risulta dotata di ampio display touchscreen che consente non solo la visualizzazione del nome del farmaco ma anche, mediante connettore USB, l'importazione di una libreria di informazioni sui farmaci, il caricamento ed esportazione di informazioni e dati dei pazienti e l'importazione dei dati di calibrazione.

La libreria di informazioni sui farmaci consente di programmare concentrazioni, livelli di pressione di occlusione ed altri parametri di infusione semplificando il processo e riducendo gli errori operativi

Il deflussore dotato di "click" permette di evitare il "priming" con fisiologica in fase di preparazione azzerando il rischio di spandimento e agevolando i processi in cappa. Inoltre, il codino non richiede un "alloggiamento" fisso, ma può essere posizionato in ogni punto della pompa permettendo facilità e velocità di utilizzo.

Lo strumento permette l'infusione di due farmaci contemporaneamente.

Il sistema di allarmi è organizzato per livello di gravità, suddividendosi in due livelli, indicando una priorità alta e una priorità bassa.

L'apparecchio consente, inoltre, il monitoraggio continuo in tempo reale della pressione in linea con indicazione a colori del livello di occlusione.

E' possibile inserire una modalità notturna per non ridurre al minimo il disturbo del paziente.

La pompa e i deflussori sono compatibili con emazie permettendo un più largo utilizzo alleggerendo le modalità di lavoro.

In riferimento al lotto 10, in fase di valutazione dei sottocriteri afferenti le pompe volumetriche, verificando i dati dichiarati circa la rumorosità, da valutarsi mediante criterio quantitativo in quanto dato oggettivo, si riscontra che le schede tecniche delle ditte riportano due unità di misura diverse (dB e dB(A)) e non consentono pertanto di attribuire un punteggio qualitativo su un parametro univoco trattandosi di sotto criterio "quantitativo". In particolare, le Ditte hanno fornito il dato nei seguenti parametri:

- Aries: < 22 dB;
- Codan: 18,2 dB(A);
- Sanitex: 50 – 65 dB.

Pertanto, la Commissione Giudicatrice conferisce mandato alla S.C. ELAP affinché provveda a richiedere i dati espressi in dB alla Ditta Codan.

La Commissione Giudicatrice, preso atto di quanto sopra espresso, nel corso della seduta del 03.12.2025, prende atto dei riscontri alle richieste di soccorso procedimentale precedentemente inviate, come di seguito si dettaglia:

Lotto 3:

Deltamed Spa: ID comunicazione 207501451.

Icu Medica: ID comunicazione 207591105.



Sede legale: Via Venezia, 6  
15121 ALESSANDRIA  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Lotto 4

Deltamed Spa: ID comunicazione 207245535.

Lotto 6

Ditta N.R. di Nannini Srl: ID comunicazione 210188435.

Lotto 7

Ditta N.R. di Nannini Srl: ID comunicazione 210188624.

Lotto 8

Medinat: nessun riscontro

Svas Biosana Spa: ID comunicazione 207349801

Sidam: ID comunicazione 207458125

La Commissione Giudicatrice dispone l'esclusione della ditta Deltamed Spa, per i lotti 3 e 4, in considerazione della dichiarazione di assenza di requisiti essenziali.

Infine, la Commissione, prosegue la valutazione sulla scorta dell'esame della documentazione tecnica presentata e delle prove effettuate e acquisiti tutti gli elementi di giudizio necessari, ha deciso di attribuire unanimemente i coefficienti di giudizio tecnico afferenti il parametro "Qualità" in esame, con riserva di successiva integrazione non appena saranno disponibili i dati della "rumorosità" delle pompe, come precedentemente indicato.

Alle ore 14.00 circa del giorno 03.12.2025 la Commissione Giudicatrice, redige il presente verbale della presente seduta che, composto da n. 5 facciate comprese le sottoscrizioni, è letto, così approvato e sottoscritto da tutti i componenti.

### **Presidente**

Dott.ssa Sara Francesca Marini

### **Componenti**

Dott.ssa Erica Caravaggio

Dott.ssa Toma Camelia