

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI ELETTRODI VARI OCCORRENTI ALL’A.S.L. AL, ALL’A.S.L. AT ED ALL’A.O.U. DI ALESSANDRIA – I.D. SINTEL n. 189689070

VERBALE N. 1

L’anno 2025, addì 24 del mese di Febbraio, alle ore 10:00, presso il locali della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale di Acqui Terme – Via Alessandria n. 1, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all’esame della documentazione tecnica presentata dalle Ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto e composta dalle seguenti persone:

Presidente

Dott.ssa Alice di Marco – S.C. Farmacia Ospedaliera – Dirigente – A.S.L. AL
(individuata con documento accessorio informale interno registrato con n. 153 del 12.02.2025)

Componenti

Dott. Pietro Ricci - S.C. DiPSa - Dirigente Professioni Sanitarie – A.O.U. AL
(individuata con nota prot. n. 11508 dell’11.02.2025)

Sig.ra Michela Cavallotto – S.C. Cardiologia - Coordinatore Professioni Sanitarie A.S.L. AT
(individuata con nota prot. n. 8097 del 23.01.2025)

I componenti della Commissione Giudicatrice confermano l’accettazione del loro incarico conferito con Determinazione n. 239 del 12.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, nonché l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 93 comma 5 del Decreto Legislativo n. 31.03.2023 n. 36 e di astensione previste dall’art. 51 del Codice Procedura Civile.

La S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale ha fornito supporto con funzioni esclusivamente di segreteria mediante la presenza della Dott.ssa Claudia Gazzaniga, Collaboratrice Amministrativa Cat. “D” e della Dott.ssa Silvia Pasquero, Collaboratrice Amministrativa Cat. “D”.

La Commissione Giudicatrice prende atto preliminarmente che, a seguito dell’adozione della Deliberazione del Direttore Generale n. 881 del 18.10.2024, esecutiva nelle forme di legge, è stata processata, tramite la piattaforma di approvvigionamento Aria - Sintel, la procedura I.D. n. 189689070 da aggiudicarsi per lotti unici indivisibili alle Ditte che avrebbero presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 comma 2 del "Codice").

Si precisano, nel seguente prospetto, le offerte pervenute e registrate entro il termine di scadenza del 16.12.2024, ore 15:00:

DITTA	SEDE	P.IVA	LOTTE PER CUI E’ STATA PRESENTATA OFFERTA	DATA ED ORA PRESENTAZIONE OFFERTA
SYNOPO S.r.l.	Via Tolstoj Leone, 86 – 20098 San Giuliano Milanese (MI)	11360920968	3	16.12.2024 10:08

Ambu S.r.l.	Via Paracelso, 20 – 20864 Agrate Brianza (MB)	11160660152	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13	10.12.2024 12:22
FIAB S.p.A.	Via Costoli, 4 – 50039 Vicchio (FI)	01835220482	4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13	11.12.2024 11:29
Lamonea Medical S.r.l.	Via Pezzotti, 1 – 60127 Ancona	02666150426	5, 7, 9, 11	12.12.2024 12:05
ID&Co S.r.l.	Via Lombardia, 10/D - 20098 San Giuliano Milanese (MI)	09018810151	5, 6, 9, 10, 11, 12	16.12.2024 8:48
Ceracarta S.p.A.	Secondo Casadei, 14 - 47122 Forlì (FO)	00136740404	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	13.12.2024 10:09
E.M.S. S.r.l.	Via Di Saliceto, 81 – 40128 Bologna	01900221209	3, 4	13.12.2024 11:26

La Commissione Giudicatrice prende atto che in data 19.12.2024, tramite la succitata piattaforma telematica di approvvigionamento, la S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale ha provveduto, in seduta telematica, alla verifica ed all'accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa. In data 17.02.2025 la S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale ha provveduto all'apertura dell'offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla prosecuzione della gara ed alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta.

La Commissione Giudicatrice ha preso inoltre atto del Capitolato Speciale di Gara e precisa che la presente fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36, per singoli lotti indivisibili a favore della Ditta o delle Ditte che avranno proposto, per ciascuno di essi, l'offerta economicamente più vantaggiosa;

QUALITA'
PREZZO

MAX PUNTI 70
MAX PUNTI 30

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche dei concorrenti, sarà ripartito così come dettagliatamente riportato all'art. 20 del Capitolato Speciale che si richiama dettagliatamente "per relationem".

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante la mediante una valutazione congiunta da parte della Commissione Giudicatrice come segue:

ELETTRODI PER NEUROLOGIA - ELETTROENCEFALOGRAFIA E POTENZIALI EVOCATI ED ELETTROMIOGRAFIA (LOTTI 1- 4); ELETTRODI CARDIOLOGIA (LOTTI 5; 7-13)

	SOTTOCRITERI	Punteggio parziale	Tipo di criterio	Criterio di assegnazione
A	Stabilità della traccia	30	D	<u>Criterio Discrezionale</u> : maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
B	Qualità del segnale	30		
C	Facilità di inserzione	8		
D	Confezionamento	2		

Handwritten signatures and initials, including "RP".

	TOTALE	70		
--	---------------	-----------	--	--

ELETTRODI CARDIOLOGIA (LOTTO 6)

	SOTTOCRITERI	Punteggio parziale	Tipo di criterio	Criterio di assegnazione
A	Stabilità della traccia	20	D	<u>Criterio Discrezionale</u> : maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
B	Qualità del segnale	20		
C	Facilità di inserzione	20		
D	Confezionamento	2		
E	Caratteristica preferenziale indicata	8		
	TOTALE	70		

Con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, il coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

ADM
RP

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITÀ" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "Qualità" saranno in ogni caso attribuiti **70 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio **inferiore a 35 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

Terminati questi adempimenti preliminari la Commissione Giudicatrice procede, per i seguenti lotti, all'esame della documentazione tecnica prodotta dai soggetti concorrenti e, successivamente, decide unanimemente, sulla scorta delle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale di gara, di attribuire i seguenti coefficienti di giudizio tecnico afferenti per il parametro "Qualità":

LOTTO 2 - Elettrodo a ponte in Ag/AgCl sinterizzato per adulti e bambini con attacco per cavetto con terminale a coccodrillo con kit di ricambio cover per elettrodi

Nessuna offerta

LOTTO 3 - Elettrodo ad ago monopolare ad uncino con cavo da 100 e 150 cm

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	E.M.S. S.r.l.	Synopo S.r.l.
Stabilità della traccia	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Qualità del segnale		30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Facilità di inserzione		8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8
Confezionamento		2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2
TOTALE			70	70
TOTALE RIPARAMETRATO			70	70

LOTTO 10 - Elettrodo monouso adesivo a linguetta con connessione per attacco a coccodrillo

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	Ceracarta S.p.A.	FIAB S.p.A.	ID&CO S.r.l.
Stabilità della traccia	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Qualità del segnale		30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Facilità di inserzione		8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8
Confezionamento		2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2
TOTALE			70	70	70
TOTALE RIPARAMETRATO			70	70	70

LOTTO 11 - Elettrodo pregelato per ECG pediatrico: in materiale ipoallergenico, preferibilmente gel bagnato, con adesivo ultradelicato attacco a bottone, sensore in Ag/AgCl, supporto che garantisca una buona conformabilità e confort al corpo del paziente. Monouso.

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	Ambu S.r.l.	Ceracarta S.p.A.	FIAB S.p.A.	ID&CO S.r.l.	Lamonea Medical S.r.l.
Stabilità della traccia	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Qualità del segnale		30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Facilità di inserzione		8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8
Confezionamento		2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Non valutabile Coefficiente = 0,0 Punteggio = 0
TOTALE			70	70	70	70	68
TOTALE RIPARAMETRATO			70	70	70	70	68

Sottocriterio: Confezionamento

Ditta Lamonea Medical S.r.l.

Il confezionamento non è stato ritenuto valutabile, in quanto costituito unicamente da una "bustina" trasparente.

AM
RP

LOTTO 12 - Elettrodo pregellato per ECG pediatrico-neonatale in materiale ipoallergenico, preferibilmente gel bagnato, adesivo ultradelicato cavetto incorporato lungo cm 10 circa, connessione femmina mm 4,17 sensore in Ag/AgCl, supporto che garantisca una buona conformabilità e confort al corpo del paziente. Monouso.

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	Ambu S.r.l.	Ceracarta S.p.A.	FIAB S.p.A.	ID&CO S.r.l.
Stabilità della traccia	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Qualità del segnale		30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Facilità di inserzione		8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8
Confezionamento		2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2
TOTALE			70	70	70	70
TOTALE RIPARAMETRATO			70	70	70	70

LOTTO 13 - Elettrodo pregellato per ECG per neonati e prematuri: in materiale ipoallergenico, gel solido, cavetto incorporato lungo cm. 50 circa, attacco femmina 1,5 mm.

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	Ambu S.r.l.	Ceracarta S.p.A.	FIAB S.p.A.
Stabilità della traccia	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Qualità del segnale		30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Facilità di inserzione		8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8
Confezionamento		2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2
TOTALE			70	70	70
TOTALE RIPARAMETRATO			70	70	70

La Commissione ha, infine, ritenuto unanimemente di richiedere, per quanto concerne i lotti di seguito precisati, la trasmissione di ulteriore campionatura al fine dell'effettuazione di prove tecniche in reparto:

Adm
M L RP

LOTTO 1 - Elettrodo ad ago monopolare monouso completo di cavo lungo cm. 100 circa e terminale di sicurezza femmina 1,5 mm e lunghezza ago 10/13 mm circa

LOTTO 4 - Elettrodo di superficie adesivo monouso per VDC motorie completo di cavo lungo 100 cm circa con terminale di sicurezza femmina o adattatore nel caso in cui la Ditta abbia disponibile un cavo con un unico terminale per adulti e bambini

LOTTO 5 - Elettrodo per emergenza, prove da sforzo, e sala operatoria, supporto in Foam impermeabile gel liquido ad elevata conduttibilità, attacco a bottone decentrato, sensore in Ag/AgCl. Elevata adesività. Diametro non inferiore a 45 mm, deve ridurre gli artefatti da movimento o da trazione

LOTTO 6 - Elettrodo pregellato idoneo per monitoraggio a lungo termine e Holter: supporto microporoso, conformabile e traspirante, gel liquido ad elevata conduttività, attacco a bottone/bottone decentrato; sensore in Ag/AgCl, supporto microporoso o altro materiale traspirante che garantisca una buona conformabilità al corpo del paziente. Caratteristica preferenziale doppio anello adesivo.


LOTTO 7 - Elettrodo per esecuzione ECG basale: supporto in foam/pvc, gel liquido ad alta conduttività, dimensioni non inferiori a 40x25 mm, attacco a bottone/bottone decentrato, sensore in Ag/AgCl, supporto che garantisca una buona conformabilità al corpo del paziente e ad alta adesività anche su cute non preparata.

LOTTO 8 - Elettrodo per esecuzione ECG basale: supporto in foam/pvc, gel liquido ad alta conduttività, dimensioni non inferiori a 40x25 mm, connessione per spinotto da 4 mm, sensore in Ag/AgCl, supporto che garantisca una buona conformabilità al corpo del paziente e ad alta adesività anche su cute non preparata.


LOTTO 9 - Elettrodo radiotrasparente per Cardiologia interventistica: pregellato, diam. 4,5 cm circa, materiale ipoallergenico, attacco a bottone in Ag/AgCl. Monouso.

La Commissione Giudicatrice, alle ore 11:30, alla conclusione dei lavori della presente seduta, redige il presente verbale che, composto da n. 7 facciate comprese le sottoscrizioni, è letto, così approvato e sottoscritto da tutti i componenti.

Dott.ssa Alice Di Marco



Dott. Pietro Ricci



Sig.ra Michela Cavallotto

