

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

**VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE AD USO
SPECIALISTICO E PROTESI PER O.R.L. OCCORRENTI ALL' AREA SOVRAZIONALE
PIEMONTE SUD-EST (ASL AL, ASL AT, AOU AL).**

L'anno 2025, addì 05 del mese di novembre, alle ore 12:15 circa, presso gli uffici della S.C. Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Alessandria, Spalto Marengo, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle Ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto ed è composta dalle seguenti persone:

Presidente

Dott. Roberto Briatore - Direttore FF SOC Otorinolaringoiatria - A.S.L. AT.
Designato tramite nota prot. n. 0065549/25 del 18.06.2025.

Componenti

Dott. Antonio Giovanni Bulzomì - Dirigente Medico - Otorinolaringoiatria - A.S.L. AL
Designato tramite documento accessorio inf. Interno n. rep. INF/427/25 del 03.04.2025;

Dott. Andrea Mirko Alessandro Fulcheri - Dirigente Medico SC Otorinolaringoiatria - A.O.U. AL
Designato tramite nota prot. n. 0105607/24 del 04.10.2024.

La S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale ha fornito supporto con funzioni esclusivamente di segreteria mediante la presenza del Dr. Edoardo Branda, Collaboratore Amministrativo Cat. "D".

La riunione si è svolta al fine di valutare il Lotto 15, il quale non è stato giudicato dalla Commissione durante il primo incontro.

La S.C. E.L.A.P. ha richiesto alla Ditta Claber SRL, tramite nota prot. 91008 del 27.08.2025, la dimostrazione pratica della funzionalità del campione offerto per il Lotto 15.

La Commissione accerta che la Ditta non si è presentata, ma ritiene opportuno effettuare autonomamente la prova pratica del Lotto 15 mediante la campionatura in possesso e valuta il prodotto come da seguente prospetto:

LOTTO 15 - SPLINT NASALE TERMOPLASTICO da utilizzare nella chirurgia funzionale del naso con il rimodellamento conseguente della piramide nasale. Deve essere termoplastico mediante riscaldamento in acqua calda, sagomabile, con indurimento idoneo per la contenzione dell'osso. Pratico e maneggevole. Disponibile in varie misure.

ASL AT
SOC OTORINOLARINGOIATRIA
DR. ROBERTO BRIATORE
CRESCHI



SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	CLABER SRL
CARATTERISTICHE TECNICHE	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
PRATICITA'		15	Giudizio = Discreto Coefficiente = 0,7 Punteggio = 10,5
MANEGGEVOLEZZA		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 20
CONFEZIONAMENTO		5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
TOTALE		70	65,5
TOTALE RIPARAMETRATO		70	65,5

Praticità 15.2.

Ditta CLABER SRL: il prodotto offerto dalla Ditta risulta poco pratico perché il tempo di indurimento, dopo l'immersione nell'acqua calda, è moderato.

La Commissione Giudicatrice alle ore 12:45 circa, alla conclusione dei lavori della presente seduta, redige il presente verbale che, composto da n. 2 facciate comprese le sottoscrizioni, è letto, così approvato e sottoscritto da tutti i componenti.

Presidente

Dott. Roberto Briatore

Componenti

Dott. Antonio Giovanni Bulzoni

Dott. Andrea Mirko Alessandro Fulcheri