

**AZIENDA SANITARIA LOCALE AL**  
**Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA (AL)**  
**Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067**

**VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE  
OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA SOMMINISTRAZIONE REGOLATA  
DA PRESUPPOSIZIONE DI ELETTRODI VARI OCCORRENTI ALL’A.S.L. AL, ALL’A.S.L. AT ED  
ALL’A.O.U. DI ALESSANDRIA – I.D. SINTEL n. 189689070**

**VERBALE N. 2**

L'anno 2025, addì 16 del mese di Aprile, alle ore 09:30 e tramite l'applicativo Teams, si è riunita la Commissione Giudicatrice preposta all'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle Ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto e composta dalle seguenti persone:

**Presidente**

Dott.ssa Alice di Marco – S.C. Farmacia Ospedaliera – Dirigente – A.S.L. AL  
(documento accessorio informale interno registrato con n. 153 del 12.02.2025)

**Componenti**

Dott. Pietro Ricci - S.C. DiPSa - Dirigente Professioni Sanitarie – A.O.U. AL  
(nota prot. n. 11508 dell'11.02.2025)

Sig.ra Michela Cavallotto – S.C. Cardiologia - Coordinatore Professioni Sanitarie A.S.L. AT  
(nota prot. n. 8097 del 23.01.2025)

Si precisa che la Commissione Giudicatrice ha deciso di avvalersi della facoltà prescritta dall'art. 93 comma 4 Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36, ovvero si è avvalsa di modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale ha fornito supporto con funzioni esclusivamente di segreteria mediante la presenza della Dott.ssa Claudia Gazzaniga, Collaboratrice Amministrativa Cat. "D" e della Dott.ssa Silvia Pasquero, Collaboratrice Amministrativa Cat. "D".

Si premette che in data 24.02.2025 i succitati membri della Commissione Giudicatrice si sono riuniti presso la S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale dell'A.S.L. AL, sede di Acqui Terme, Via Alessandria n.1 e di seguito si riassumono le risultanze del verbale n. 1 relativo alla seduta valutativa:

**LOTTO 2 - Elettrodo a ponte in Ag/AgCl sinterizzato per adulti e bambini con attacco per cavetto con terminale a coccodrillo con kit di ricambio cover per elettrodi**

Nessuna offerta

**LOTTO 3 - Elettrodo ad ago monopolare ad uncino con cavo da 100 e 150 cm**

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	E.M.S. S.r.l.	Synopo S.r.l.
Stabilità della traccia	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Qualità del segnale		30	Giudizio = Eccellente	Giudizio = Eccellente

Verbale n. 2 Commissione Giudicatrice - Elettrodi vari - ID Sintel 189689070



			Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Facilità di inserzione		8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8
Confezionamento		2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2
<b>TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>70</b>
<b>TOTALE RIPARAMETRATO</b>			<b>70</b>	<b>70</b>

**LOTTO 10 - Elettrodo monouso adesivo a linguetta con connessione per attacco a coccodrillo**

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	Ceracarta S.p.A.	FIAB S.p.A.	ID&CO S.r.l.
Stabilità della traccia	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Qualità del segnale		30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Facilità di inserzione		8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8
Confezionamento		2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2
<b>TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>TOTALE RIPARAMETRATO</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

**LOTTO 11 - Elettrodo pregelato per ECG pediatrico: in materiale ipoallergenico, preferibilmente gel bagnato, con adesivo ultradelicato attacco a bottone, sensore in Ag/AgCl, supporto che garantisca una buona conformabilità e confort al corpo del paziente. Monouso.**

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	Ambu S.r.l.	Ceracarta S.p.A.	FIAB S.p.A.	ID&CO S.r.l.	Lamonea Medical S.r.l.
Stabilità della traccia	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Qualità del segnale		30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Facilità di inserzione		8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8
Confezionamento		2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Non valutabile Coefficiente = 0,0 Punteggio = 0

AD RP MC

TOTALE			70	70	70	70	68
TOTALE RIPARAMETRATO			70	70	70	70	68

**Sottocriterio: Confezionamento**

**Ditta Lamonea Medical S.r.l.**

Il confezionamento non è stato ritenuto valutabile, in quanto costituito unicamente da una "bustina" trasparente.

**LOTTO 12 - Elettrodo pregellato per ECG pediatrico-neonatale in materiale ipoallergenico, preferibilmente gel bagnato, adesivo ultradelicato cavetto incorporato lungo cm 10 circa, connessione femmina mm 4,17 sensore in Ag/AgCl, supporto che garantisca una buona conformabilità e confort al corpo del paziente. Monouso.**

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	Ambu S.r.l.	Ceracarta S.p.A.	FIAB S.p.A.	ID&CO S.r.l.
Stabilità della traccia	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Qualità del segnale		30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Facilità di inserzione		8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8
Confezionamento		2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2
<b>TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>TOTALE RIPARAMETRATO</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

**LOTTO 13 - Elettrodo pregellato per ECG per neonati e prematuri: in materiale ipoallergenico, gel solido, cavetto incorporato lungo cm. 50 circa, attacco femmina 1,5 mm.**

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	Ambu S.r.l.	Ceracarta S.p.A.	FIAB S.p.A.
Stabilità della traccia	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Qualità del segnale		30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 30
Facilità di inserzione		8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 8
Confezionamento		2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 2
<b>TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>TOTALE RIPARAMETRATO</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

AD RP MC

La Commissione, allo scopo di una valutazione maggiormente approfondita e, conseguentemente, dell'effettuazione di prove tecniche in reparto, nella precedente seduta svoltasi in data 24.02.2025, ha ritenuto unanimemente necessario richiedere, per quanto concerne i lotti di seguito precisati, la trasmissione di ulteriore campionatura:

**LOTTO 1 - Elettrodo ad ago monopolare monouso completo di cavo lungo cm. 100 circa e terminale di sicurezza femmina 1,5 mm e lunghezza ago 10/13 mm circa**

**LOTTO 4 - Elettrodo di superficie adesivo monouso per VDC motorie completo di cavo lungo 100 cm circa con terminale di sicurezza femmina o adattatore nel caso in cui la Ditta abbia disponibile un cavo con un unico terminale per adulti e bambini**

**LOTTO 5 - Elettrodo per emergenza, prove da sforzo, e sala operatoria, supporto in Foam impermeabile gel liquido ad elevata conduttività, attacco a bottone decentrato, sensore in Ag/AgCl. Elevata adesività. Diametro non inferiore a 45 mm, deve ridurre gli artefatti da movimento o da trazione**

**LOTTO 6 - Elettrodo pregellato idoneo per monitoraggio a lungo termine e Holter: supporto microporoso, conformabile e traspirante, gel liquido ad elevata conduttività, attacco a bottone/bottone decentrato, sensore in Ag/AgCl, supporto microporoso o altro materiale traspirante che garantisca una buona conformabilità al corpo del paziente. Caratteristica preferenziale doppio anello adesivo.**

**LOTTO 7 - Elettrodo per esecuzione ECG basale: supporto in foam/pvc, gel liquido ad alta conduttività, dimensioni non inferiori a 40x25 mm, attacco a bottone/bottone decentrato, sensore in Ag/AgCl, supporto che garantisca una buona conformabilità al corpo del paziente e ad alta adesività anche su cute non preparata.**

**LOTTO 8 - Elettrodo per esecuzione ECG basale: supporto in foam/pvc, gel liquido ad alta conduttività, dimensioni non inferiori a 40x25 mm, connessione per spinotto da 4 mm, sensore in Ag/AgCl, supporto che garantisca una buona conformabilità al corpo del paziente e ad alta adesività anche su cute non preparata.**

**LOTTO 9 - Elettrodo radiotrasparente per Cardiologia interventistica: pregellato, diam. 4,5 cm circa, materiale ipoallergenico, attacco a bottone in Ag/AgCl. Monouso.**

Pertanto, la Commissione Giudicatrice ha conferito specifico mandato alla S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale che ha trasmesso formale richiesta di integrazione a ciascuna Ditta offerente secondo i termini di seguito precisati:

Ditta	Lotti per cui è stata richiesta integrazione	Nota prot. n.
Ambu S.r.l.	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9	21642 del 26.02.2025
FIAB S.p.A.	4, 5, 6, 7, 9	21664 del 26.02.2025
Lamonea Medical S.r.l.	5, 7, 9	21675 del 26.02.2025
ID&Co S.r.l.	5, 6, 9	21670 del 26.02.2025
Ceracarta S.p.A.	5, 6, 7, 8, 9	21653 del 26.02.2025
E.M.S. S.r.l.	4	21659 del 26.02.2025

Tutto ciò premesso, la Commissione Giudicatrice, richiamando, in primo luogo, il precedente verbale relativo alla seduta valutativa del 24.02.2025, decide unanimemente, sulla scorta delle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale di gara e conseguentemente alle prove effettuate in loco presso i reparti di competenza, di attribuire i seguenti coefficienti di giudizio tecnico afferenti per il parametro "Qualità" in esame:

**LOTTO 1 - Elettrodo ad ago monopolare monouso completo di cavo lungo cm. 100 circa e terminale di sicurezza femmina 1,5 mm e lunghezza ago 10/13 mm circa**

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	Ambu S.r.l.
Stabilità della traccia	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30
Qualità del segnale		30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30
Facilità di inserzione		8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8
Confezionamento		2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2
<b>TOTALE</b>			<b>70</b>
<b>TOTALE RIPARAMETRATO</b>			<b>70</b>

**LOTTO 4 - Elettrodo di superficie adesivo monouso per VDC motorie completo di cavo lungo 100 cm circa con terminale di sicurezza femmina o adattatore nel caso in cui la Ditta abbia disponibile un cavo con un unico terminale per adulti e bambini**

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	Ambu S.r.l.	E.M.S. S.r.l.	FIAB S.p.A.
Stabilità della traccia	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30	Giudizio = Discreto Coefficiente = 0,70 Punteggio = 21	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,80 Punteggio = 24
Qualità del segnale		30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30	Giudizio = Discreto Coefficiente = 0,70 Punteggio = 21	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,80 Punteggio = 24
Facilità di inserzione		8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8	Giudizio = Discreto Coefficiente = 0,70 Punteggio = 5,60
Confezionamento		2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2
<b>TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>52</b>	<b>55,60</b>
<b>TOTALE RIPARAMETRATO</b>			<b>70</b>	<b>52</b>	<b>55,60</b>

**Sottocriterio: Stabilità della traccia**

**Ditta E.M.S. S.r.l.**

Nel corso delle prove effettuate in reparto di neurologia, è stata rilevata una stabilità discreta dell'elettrodo, dovuta all'adesione alla cute del paziente non totalmente idonea rispetto all'uso.

**Ditta FIAB S.p.A.**

Nel corso delle prove effettuate in reparto, è stata rilevata una stabilità buona dell'elettrodo, dovuta ad un'adeguata adesione alla cute del paziente rispetto all'uso.

**Sottocriterio: Qualità del segnale**

**Ditta E.M.S. S.r.l.**

*AD RP KC*

Durante le prove tecniche è stata rilevata una discreta qualità del segnale del dispositivo, sia utilizzando l'elettrodo adesivo che con l'ago- elettrodo.

**Ditta FIAB S.p.A.**

Durante le prove tecniche è stata rilevata una buona qualità del segnale del dispositivo, sia utilizzando l'elettrodo adesivo che con l'ago- elettrodo.

**Sottocriterio: Facilità di inserzione**

**Ditta FIAB S.p.A.**

Nel corso delle prove tecniche l'inserimento dell'ago-elettrodo è risultato non particolarmente performante, in modo rilevante se utilizzato durante lo studio di più distretti muscolari, per cui il giudizio è discreto.

**LOTTO 5 - Elettrodo per emergenza, prove da sforzo, e sala operatoria, supporto in Foam impermeabile gel liquido ad elevata conduttività, attacco a bottone decentrato, sensore in Ag/AgCl. Elevata adesività. Diametro non inferiore a 45 mm, deve ridurre gli artefatti da movimento o da trazione**

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	Ambu S.r.l.	Ceracarta S.p.A.	FIAB S.p.A.	ID&CO S.r.l.	Lamonea Medical S.r.l.
Stabilità della traccia	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,80 Punteggio = 24			
Qualità del segnale		30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30				
Facilità di inserzione		8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8				
Confezionamento		2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2				
<b>TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>64</b>
<b>TOTALE RIPARAMETRATO</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>64</b>

**Sottocriterio: Stabilità della traccia**

**Ditta Lamonea Medical S.r.l.**

Nel corso delle prove effettuate in reparto, è stata rilevata una stabilità buona dell'elettrodo, dovuta ad un'adeguata adesione alla cute del paziente rispetto all'uso.

**Sottocriterio: Confezionamento**

**Ditta Lamonea Medical S.r.l.**

Fermo il giudizio espresso ("eccellente"), la Commissione ha riscontrato una differenza di confezionamento fra i prodotti presentati in sede di campionatura a gara e quanto trasmesso successivamente alla richiesta aggiuntiva per l'effettuazione delle prove in reparto (confezionamento maggiormente idoneo). Si raccomanda, in caso di aggiudicazione, che la Ditta fornisca i confezionamenti dei dispositivi offerti come da campionatura aggiuntiva.

AA RP RC

**LOTTO 7 - Elettrodo per esecuzione ECG basale: supporto in foam/pvc, gel liquido ad alta conduttività, dimensioni non inferiori a 40x25 mm, attacco a bottone/bottone decentrato, sensore in Ag/AgCl, supporto che garantisca una buona conformabilità al corpo del paziente e ad alta adesività anche su cute non preparata.**

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	Ambu S.r.l.	Ceracarta S.p.A.	FIAB S.p.A.	Lamonea Medical S.r.l.
Stabilità della traccia	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30
Qualità del segnale		30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30
Facilità di inserzione		8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8
Confezionamento		2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2
<b>TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>TOTALE RIPARAMETRATO</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

**Sottocriterio: Confezionamento**

**Ditta Lamonea Medical S.r.l.**

Fermo il giudizio espresso ("eccellente"), la Commissione ha riscontrato una differenza di confezionamento fra i prodotti presentati in sede di campionatura a gara e quanto trasmesso successivamente alla richiesta aggiuntiva per l'effettuazione delle prove in reparto (confezionamento maggiormente idoneo).

Si raccomanda, in caso di aggiudicazione, che la Ditta fornisca i confezionamenti dei dispositivi offerti come da campionatura aggiuntiva.

**LOTTO 8 - Elettrodo per esecuzione ECG basale: supporto in foam/pvc, gel liquido ad alta conduttività, dimensioni non inferiori a 40x25 mm, connessione per spinotto da 4 mm, sensore in Ag/AgCl, supporto che garantisca una buona conformabilità al corpo del paziente e ad alta adesività anche su cute non preparata.**

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	Ambu S.r.l.	Ceracarta S.p.A.
Stabilità della traccia	D	30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30
Qualità del segnale		30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30
Facilità di inserzione		8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8
Confezionamento		2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2
<b>TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>70</b>
<b>TOTALE RIPARAMETRATO</b>			<b>70</b>	<b>70</b>

AD RP HC

**LOTTO 9 - Elettrodo radiotrasparente per Cardiologia interventistica: pregellato, diam. 4,5 cm circa, materiale ipoallergenico, attacco a bottone in Ag/AgCl. Monouso.**

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	Ambu S.r.l.	Ceracarta S.p.A.	FIAB S.p.A.	ID&CO S.r.l.	Lamonea Medical S.r.l.
Stabilità della traccia	D	30	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,80 Punteggio = 24	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,80 Punteggio = 24	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,80 Punteggio = 24	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,80 Punteggio = 24
Qualità del segnale		30	Giudizio = Discreto Coefficiente = 0,70 Punteggio = 21	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 30	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,50 Punteggio = 15	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,80 Punteggio = 24	Giudizio = Discreto Coefficiente = 0,70 Punteggio = 21
Facilità di inserzione		8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8
Confezionamento		2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2
<b>TOTALE</b>			<b>55</b>	<b>70</b>	<b>49</b>	<b>58</b>	<b>55</b>
<b>TOTALE RIPARAMETRATO</b>			<b>55</b>	<b>70</b>	<b>49</b>	<b>58</b>	<b>55</b>

**Sottocriterio: Stabilità della traccia**

**Ditta Ambu S.r.l.**

Nel corso delle prove tecniche effettuate in reparto, è stata rilevata una buona qualità del segnale del dispositivo, dovuta ad un'adeguata adesione dell'elettrodo sulla cute.

**Ditta ID&CO S.r.l.**

Nel corso delle prove tecniche effettuate in reparto, è stata rilevata una buona qualità del segnale del dispositivo, dovuta ad un'adeguata adesione dell'elettrodo sulla cute.

**Ditta FIAB S.p.A.**

Durante le prove tecniche è stata rilevata una buona qualità del segnale del segnale del dispositivo, a fronte di un'adeguata adesione dell'elettrodo sulla cute.

**Ditta Lamonea Medical S.r.l.**

Durante l'effettuazione delle prove tecniche è stata constatata una buona qualità del segnale del dispositivo, a fronte di un'adeguata adesione dell'elettrodo sulla cute.

**Sottocriterio: Qualità del segnale**

**Ditta Ambu S.r.l.**

Durante le prove tecniche è stata rilevata una discreta qualità del segnale del dispositivo, a fronte di una discontinua sensibilità dell'elettrodo sulla cute.

**Ditta FIAB S.p.A.**

Il giudizio è mediocre, in quanto, nel corso dello svolgimento delle prove, si è riscontrato una non soddisfacente sensibilità dell'elettrodo sulla cute.

**Ditta ID & CO S.r.l.**

La qualità del segnale del dispositivo offerto è risultata buona, data l'adeguata sensibilità dell'elettrodo sulla cute.

AA RP MC

**Ditta Lamonea Medical S.r.l.**

Nel corso dello svolgimento delle prove tecniche è stata rilevata una discreta qualità del segnale del dispositivo, a fronte di una discontinua sensibilità dell'elettrodo sulla cute.

**Sottocriterio: Confezionamento****Ditta Lamonea Medical S.r.l.**

Fermo il giudizio espresso ("eccellente"), la Commissione ha riscontrato una differenza di confezionamento fra i prodotti presentati in sede di campionatura a gara e quanto trasmesso successivamente alla richiesta aggiuntiva per l'effettuazione delle prove in reparto (confezionamento maggiormente idoneo).

Si raccomanda, in caso di aggiudicazione, che la Ditta fornisca i confezionamenti dei dispositivi offerti come da campionatura aggiuntiva.

**LOTTO 6.- Elettrodo pregelato idoneo per monitoraggio a lungo termine e Holter: supporto microporoso, conformabile e traspirante, gel liquido ad elevata conduttività, attacco a bottone/bottone decentrato, sensore in Ag/AgCl, supporto microporoso o altro materiale traspirante che garantisca una buona conformabilità al corpo del paziente. Caratteristica preferenziale doppio anello adesivo.**

SOTTOCRITERIO	TIP. CRITERIO	PUNT.	Ambu S.r.l.	Ceracarta S.p.A.	FIAB S.p.A.	ID&CO S.r.l.
Stabilità della traccia	D	20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 20
Qualità del segnale		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 20
Facilità di inserzione		20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 20	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 20
Confezionamento		2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2
Caratteristica preferenziale indicata		8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,80 Punteggio = 6,40	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,80 Punteggio = 6,40	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,80 Punteggio = 6,40
<b>TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>68,40</b>	<b>68,40</b>	<b>68,40</b>
<b>TOTALE RIPARAMETRATO</b>			<b>70</b>	<b>68,40</b>	<b>68,40</b>	<b>68,40</b>

**Sottocriterio: Caratteristica preferenziale indicata****Ditta Ceracarta S.p.A**

Rispetto alla caratteristica preferenziale di cui al Capitolato, nel corso delle prove, è stato rilevato un buon livello di comfort, accompagnato tuttavia da una leggera sensazione di "prurito" a contatto con la pelle.

**Ditta FIAB S.p.A.**

Rispetto alla caratteristica preferenziale di cui al Capitolato, nel corso delle prove è stato rilevato un buon livello di comfort, accompagnato tuttavia da una leggera sensazione di "prurito" a contatto con la pelle.

**Ditta ID&CO S.r.l.**

Rispetto alla caratteristica preferenziale di cui al Capitolato, nel corso delle prove, è stato rilevato un buon livello di comfort, accompagnato tuttavia da una leggera sensazione di "prurito" a contatto con la pelle.

Terminato l'esame della documentazione tecnica e della campionatura, le valutazioni sono riassunte nel seguente prospetto riepilogativo:

LOTTO / DITTE PARTECIPANTI	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
<b>LOTTO 1</b>		
Ambu S.r.l.	70	70
<b>LOTTO 2</b>		
Nessuna offerta	Nessuna offerta	Nessuna offerta
<b>LOTTO 3</b>		
E.m.s. S.r.l.	70	70
Synopo S.r.l.	70	70
<b>LOTTO 4</b>		
Ambu S.r.l.	70	70
E.m.s. S.r.l.	52	52
Fiab S.p.a.	55,60	55,60
<b>LOTTO 5</b>		
Ambu S.r.l.	70	70
Ceracarta S.p.A.	70	70
Fiab S.p.a.	70	70
ID&CO S.r.l.	70	70
Lamonea Medical S.r.l.	64	64
<b>LOTTO 6</b>		
Ambu S.r.l.	70	70
Ceracarta S.p.A.	68,40	68,40
Fiab S.p.a.	68,40	68,40
ID&CO S.r.l.	68,40	68,40
<b>LOTTO 7</b>		
Ambu S.r.l.	70	70
Ceracarta S.p.a.	70	70

*AA RP RC*

Fiab S.p.a.	70	70
Lamonea Medical S.r.l.	70	70
<b>LOTTO 8</b>		
Ambu S.r.l.	70	70
Ceracarta S.p.a.	70	70
<b>LOTTO 9</b>		
Ambu S.r.l.	55	55
Ceracarta S.p.a.	70	70
Fiab S.p.a.	49	49
ID&CO S.r.l.	58	58
Lamonea Medical S.r.l.	55	55
<b>LOTTO 10</b>		
Ceracarta S.p.a.	70	70
Fiab S.p.a.	70	70
ID&CO S.r.l.	70	70
<b>LOTTO 11</b>		
Ambu S.r.l.	70	70
Ceracarta S.p.a.	70	70
Fiab S.p.a.	70	70
ID&CO S.r.l.	70	70
Lamonea Medical S.r.l.	68	68
<b>LOTTO 12</b>		
Ambu S.r.l.	70	70
Ceracarta S.p.a.	70	70
Fiab S.p.a.	70	70
ID&CO S.r.l.	70	70
<b>LOTTO 13</b>		
Ambu S.r.l.	70	70
Ceracarta S.p.a.	70	70
Fiab S.p.a.	70	70

AD RP RC

La Commissione Giudicatrice, alla conclusione dei lavori, redige alle ore 10:00 il presente verbale che, composto da n. 12 fasciate comprese le sottoscrizioni, è letto, così approvato e sottoscritto da tutti i componenti.

Dott.ssa Alice Di Marco



Dott. Pietro Ricci



Sig.ra Michela Cavallotto

