

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL.  
Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA

**PROCEDURA APERTA, MEDIANTE CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER LA  
SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI PROTESI MAMMARIE E  
ESPANSORI TISSUTALI OCCORRENTI ALL'A.S.L. AL, ALL'A.S.L. AT ED ALL'AZIENDA  
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.S. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA I.D.  
SINTEL N. 191731454**

In data 12.02.2025, alle ore 10:00 circa, presso la S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale di Novi Ligure – Via Edilio Raggio n.12, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale n. 136 del 30.01.2025 nelle seguenti persone:

**Presidente**

Dott. Marco GHIGLIONE  
Direttore della S.C. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva  
In rappresentanza dell'A.O.U di Alessandria

**Componenti**

Dott. Enrico Luigi RATTO  
Dirigente Medico della S.C. Chirurgia Generale  
In rappresentanza dell'A.S.L. AL

Dott. Ermanno MARGAGLIA  
Dirigente Medico S.S.D Chirurgia Maxillo Facciale  
In rappresentanza dell'A.S.L. AT

I componenti della Commissione Giudicatrice hanno dichiarato di accettare l'incarico conferito con determinazione n. 136 del 30.01.2025 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 93 comma 5 del Decreto Legislativo n. 31.03.2023 n. 36 e di astensione previste dall'art. 51 del Codice Procedura Civile. Sono state presenti alla seduta le Dott.sse Silvia Pasquero e Claudia Gazzaniga della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale con funzioni esclusivamente di segreteria.

Nel corso della riunione, la Commissione Giudicatrice rileva che in data 09.01.2025 è scaduto il termine per le offerte economiche e che nella seduta telematica svoltasi in data 13.01.2025 tramite la piattaforma denominata Aria – Sintel sono state ammesse le seguenti ditte che hanno chiesto di partecipare:

DITTA	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO OFFERTA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA PI:08082461008 Lotti 1 – 8 – 9 - 10	1735576021643
MOTIVA ITALY SRL PI: 04579660236 Lotti 10 - 11	1736353159152





G	Letteratura scientifica a sostegno	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la documentazione più completa ed esaustiva: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
H	Possibilità di sizer per la gamma	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
	<b>TOTALE</b>			<b>70</b>

**LOTTO 2**

**PROTESI MAMMARIA ANATOMICA MICROTETURIZZATA A VOLUME FISSO IN GEL DI SILICONE COESIVO**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Criterio di attribuzione	Tipologia criterio	Punteggio parziale
A	Ampia gamma di misure con almeno 2 altezze e 4 proiezioni per altezza	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
B	Microtesturizzazione secondo la normativa in essere, uniformità e distribuzione su tutta la superficie dell'impianto	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	15
C	Possibilità di due tipi di testurizzazione		T	15
D	Coesività e morbidezza del gel in silicone	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	5
E	Gamma di espansori mammari dedicati	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	5
F	Punti di repere e sistema di orientamento	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta	D	10

		la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori		
G	Disponibilità di sizer risterilizzabili per una corretta scelta dell'impianto		T	10
	<b>TOTALE</b>			<b>70</b>

**LOTTO 3  
ESPANSORE MAMMARIO ANATOMICO MICROTSTURIZZATO**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Criterio di attribuzione	Tipologia criterio	Punteggio parziale
A	Ampia gamma di misure con almeno 2 altezze	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	5
B	Microtesturizzazione secondo la normativa in essere, uniformità e distribuzione su tutta la superficie dell'impianto	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	15
C	Possibilità di due differenti proiezioni	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
D	Corrispondenza con gamma di protesi dedicata	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	5
E	Morbidezza e maneggevolezza dell'impianto per l'inserimento delle incisioni	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	5
F	Punti di repere e sistema di orientamento	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10

G	Base posteriore rinforzata	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
H	Finder disponibile in ogni confezione		T	5
I	Valvola di gonfiaggio magnetica integrata nel profilo valvolare di idonea dimensione per un facile reperimento	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	5
	<b>TOTALE</b>			<b>70</b>

#### LOTTO 4

**SISTEMA PER LA RICOSTRUZIONE MAMMARIA IN DUE TEMPI COSTITUITO DA PROTESI MICROTESTURIZZATE PRERIEPITE DI GEL DI SILICONE E ALMENO TRE MODELLI DI ESPANSORE TESTURIZZATO A GOCCIA CON VALVOLA INTEGRATA MAGNETICA**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Criterio di attribuzione	Tipologia criterio	Punteggio parziale
A	Ampia gamma di misure	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
B	Microtesturizzazione secondo la normativa in essere, uniformità e distribuzione su tutta la superficie dell'impianto	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	15
C	Presenza di sistema di protezione da diffusione da gel	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	5
D	Qualità, coesività e morbidezza del gel in silicone	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	15
E	Disponibilità di sizer risterilizzabili per una corretta scelta dell'impianto	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta	D	10

		la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori		
F	Gamma di espansori mammari dedicati	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	5
G	Letteratura scientifica a sostegno	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la documentazione più completa ed esaustiva: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
	<b>TOTALE</b>			<b>70</b>

**LOTTO 5**

**PROTESI MAMMARIA ANATOMICA RIVESTITA IN SCHIUMA DI POLIURETANO A VOLUME FISSO IN GEL DI SILICONE COESIVO**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Criterio di attribuzione	Tipologia criterio	Punteggio parziale
A	Ampia gamma di misure con almeno 2 altezze e 4 proiezioni per altezza	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
B	Letteratura scientifica a sostegno	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la documentazione più completa ed esaustiva: alle altre ditte punteggi inferiori	D	5
C	Possibilità di differenti tipi di gel	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
D	Coesività e morbidezza del gel in silicone	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10

E	Gamma di espasori mammari dedicati	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
F	Punti di repere e sistema di orientamento	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
G	Disponibilità di sizers		T	10
H	Sterilizzazione a calore secco		T	5
	<b>TOTALE</b>			<b>70</b>

**LOTTO 6  
PROTESI MAMMARIE MICROTSTURIZZATE ULTRA LEGGERE A VOLUME FISSO**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Criterio di attribuzione	Tipologia di criterio	Punteggio parziale
A	Ampia gamma di misure	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
B	Microtesturizzazione secondo la normativa EN ISO 14607:2018, uniformità e distribuzione su tutta la superficie dell'impianto	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	20
C	Riduzione di peso	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	20
D	Punti di repere e sistema di orientamento (quando richiesto)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	20
	<b>TOTALE</b>			<b>70</b>

**LOTTO 7****PROTESI MAMMARIA ANATOMICA RIVESTITA IN SCHIUMA DI POLIURETANO ULTRA LEGGERA A VOLUME FISSO**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Criterio di attribuzione	Tipologia di criterio	Punteggio parziale
A	Ampia gamma di misure	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	20
B	Riduzione di peso	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	20
C	Punti di reperi e sistema di orientamento	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	20
D	Assistenza post vendita	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore assistenza: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
	<b>TOTALE</b>			<b>70</b>

**LOTTO 8****PROTESI MAMMARIA ROTONDA TESTURIZZATE A VOLUME FISSO IN GEL DI SILICONE**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Criterio di attribuzione	Tipologia di criterio	Punteggio parziale
A	Ampia gamma di misure	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	20
B	Qualità del gel e possibilità di doppia coesività	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle	D	20



		altre ditte punteggi inferiori		
C	Testurizzazione a stampo		T	10
D	Letteratura scientifica a sostegno	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la documentazione più completa ed esaustiva: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
E	Disponibilità di sizers	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
	<b>TOTALE</b>			<b>70</b>

**LOTTO 9  
ESPANSORI TISSUTALI PER INTERVENTI GENERICI DI CHIRURGIA PLASTICA**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Criterio di attribuzione	Tipologia di criterio	Punteggio parziale
A	Ampia gamma di scelta in termini di forme, volumi e misure	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	25
B	Elastomero: qualità e resistenza in termini di dilatabilità dell'impianto	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	25
C	Qualità e resistenza del sistema di reperimento	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	20
	<b>TOTALE</b>			<b>70</b>

**LOTTO 10  
PROTESI ROTONDE (A BASE CIRCOLARE) CON POSSIBILITA' DI SCELTA DELLA COESIVITA' DEL GEL COMPRENSIVE DI SIZER MONOUSO O RIUTILIZZABILI.**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Criterio di attribuzione	Tipologia di criterio	Punteggio parziale
A	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	20
B	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	15
C	Involucro e barriera ad effetto anti-trasudamento	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
D	Gel in silicone e coesività	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
E	Qualità dei punti di repera	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	5
F	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	5
G	Presenza di indicatori utili per la tracciabilità dei sizer	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	5
	<b>TOTALE</b>			<b>70</b>

**LOTTO 11  
ESPANSORI MAMMARI TEMPORANEI A REPERIMENTO AMAGNETICO**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Criterio di attribuzione	Tipologia di criterio	Punteggio parziale
A	Uniformità della testurizzazione e caratteristiche della porosità	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	20
B	Qualità e sicurezza del sistema di riempimento	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	15
C	Agevole discrezionalità per consentire la collocazione ed il mantenimento della forma anatomica	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la migliore qualità: alle altre ditte punteggi inferiori	D	15
D	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	Criterio discrezionale: massimo punteggio alla ditta che presenta la maggiore gamma: alle altre ditte punteggi inferiori	D	10
E	Dispositivo di riempimento della valvola		T	10
	<b>TOTALE</b>			<b>70</b>

Con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera **T** vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**In caso di criteri qualitativi**

Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale il coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90

BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITÀ" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a 35 punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "Qualità" saranno in ogni caso attribuiti 70 punti mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio inferiore a 35 punti, ritenuto quale livello minimo di sufficienza.

Terminati questi adempimenti preliminari La Commissione Giudicatrice procede pertanto alla valutazione della documentazione tecnica e della campionatura messe a disposizione della S.C. E.L.A.P. secondo i seguenti esiti:

#### LOTTO 1

**SISTEMA PER LA RICOSTRUZIONE MAMMARIA IN DUE TEMPI COSTITUITO DA PROTESI ANATOMICHE (A GOCCIA) TESTURIZZATE PRERIEPITE DI GEL DI SILICONE E ALMENO TRE MODELLI DI ESPANSORE TESTURIZZATO A GOCCIA CON VALVOLA INTEGRATA A REPERIMENTO MAGNETICO**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Tipologia criterio	Punteggio parziale	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
A	Ampia gamma di misure	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1

				Punteggio=10
B	Qualità del gel di silicone e grado di coesività	D	5	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=5
C	Testurizzazione a stampo (si/no)	T	10	Requisito Presente Punteggio=10
D	Testurizzazione diversificata anteriore vs posteriore (si/no)	T	10	Requisito Presente Punteggio=10
E	Possibilità zona perivalvolare autosigillante (si/no)	T	10	Requisito Presente Punteggio=10
F	Possibilità di avere alette di sutura (si/no)	T	5	Requisito Presente Punteggio=5
G	Letteratura scientifica a sostegno	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
H	Possibilità di sizer per la gamma	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
	<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	<b><u>70</u></b>

**LOTTO 2**

**PROTESI MAMMARIA ANATOMICA MICROTATURIZZATA A VOLUME FISSO IN GEL DI SILICONE COESIVO**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Tipologia criterio	Punteggio parziale	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	SILIMED SRL
A	Ampia gamma di misure con almeno 2 altezze e 4 proiezioni per altezza	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
B	Microaturizzazione secondo la normativa in essere, uniformità e distribuzione su tutta la superficie dell'impianto	D	15	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=15	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=15
C	Possibilità di due tipi di testurizzazione	T	15	Requisito presente Punteggio=15	Requisito assente Punteggio=0
D	Coesività e morbidezza del gel in silicone	D	5	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=5	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=5
E	Gamma di espansori mammari dedicati	D	5	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=5	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=5
F	Punti di repere e sistema di orientamento	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
G	Disponibilità di sizer risterilizzabili per una corretta scelta dell'impianto	T	10	Requisito presente Punteggio=10	Requisito assente Punteggio=0
	<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	<b><u>70</u></b>	<b>45</b>

**NOTE:**

Lotto 2, Sottocriterio C: Dalla documentazione presentata dalla ditta Silimed srl non è rilevata la possibilità di due tipologie di testurizzazione.

Lotto 2, Sottocriterio G: Come indicato nella Relazione tecnica, la ditta Silimed offre una protesi definitiva ad uso sizer, ma non un sizer risterilizzabile.

**LOTTO 3**  
**ESPANSORE MAMMARIO ANATOMICO MICROTESTURIZZATO**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Tipologia criterio	Punteggio parziale	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL
A	Ampia gamma di misure con almeno 2 altezze	D	5	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=5
B	Microtesturizzazione secondo la normativa in essere, uniformità e distribuzione su tutta la superficie dell'impianto	D	15	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=15
C	Possibilità di due differenti proiezioni	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
D	Corrispondenza con gamma di protesi dedicata	D	5	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=5
E	Morbidezza e maneggevolezza dell'impianto per l'inserimento delle incisioni	D	5	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=5
F	Punti di repere e sistema di orientamento	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
G	Base posteriore rinforzata	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
H	Finder disponibile in ogni confezione	T	5	Requisito Presente Punteggio=5
I	Valvola di gonfiaggio magnetica integrata nel profilo valvolare di idonea dimensione per un facile reperimento	D	5	Giudizio= Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=5
	<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	<b><u>70</u></b>

**LOTTO 4**

**SISTEMA PER LA RICOSTRUZIONE MAMMARIA IN DUE TEMPI COSTITUITO DA PROTESI MICROTESTURIZZATE PRERIEPITE DI GEL DI SILICONE E ALMENO TRE MODELLI DI ESPANSORE TESTURIZZATO A GOCCIA CON VALVOLA INTEGRATA MAGNETICA**

Nessuna offerta

**LOTTO 5**

**PROTESI MAMMARIA ANATOMICA RIVESTITA IN SCHIUMA DI POLIURETANO A VOLUME FISSO IN GEL DI SILICONE COESIVO**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Tipologia criterio	Punteggio parziale	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	SILIMED SRL
A	Ampia gamma di misure con almeno 2 altezze e 4 proiezioni per altezza	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
B	Letteratura scientifica a sostegno	D	5	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=5	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=5
C	Possibilità di differenti tipi di gel	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
D	Coesività e morbidezza del gel in silicone	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
E	Gamma di espansori mammari dedicati	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
F	Punti di repere e di sistema di orientamento	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
G	Disponibilità di sizers	T	10	Requisito presente Punteggio=10	Requisito presente Punteggio=10
H	Sterilizzazione a calore secco	T	5	Requisito presente Punteggio=5	Requisito Assente Punteggio=0
	<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	<b><u>70</u></b>	<b>65</b>

**NOTE:**

Lotto 5, sottocriterio H: Nella scheda tecnica e nella relazione tecnica della ditta Silimed srl non viene menzionata la sterilizzazione a calore secco, ma esclusivamente quella con ossido di etilene (diversa da quella richiesta in quanto effettuata a temperature più basse)

**LOTTO 6****PROTESI MAMMARIE MICROTETURIZZATE ULTRA LEGGERE A VOLUME FISSO**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Tipologia di criterio	Punteggio parziale	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL
A	Ampia gamma di misure	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
B	Microtesturizzazione secondo la normativa EN ISO 14607:2018, uniformità e distribuzione su tutta la superficie dell'impianto	D	20	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=20
C	Riduzione di peso	D	20	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=20
D	Punti di repera e sistema di orientamento (quando richiesto)	D	20	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=20
	<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	<b><u>70</u></b>

**LOTTO 7****PROTESI MAMMARIA ANATOMICA RIVESTITA IN SCHIUMA DI POLIURETANO ULTRA LEGGERA A VOLUME FISSO**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Tipologia di criterio	Punteggio parziale	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL
A	Ampia gamma di misure	D	20	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=20
B	Riduzione di peso	D	20	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=20
C	Punti di repera e sistema di orientamento	D	20	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=20

D	Assistenza post vendita	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
	<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	<b><u>70</u></b>

**LOTTO 8**

**PROTESI MAMMARIA ROTONDA TESTURIZZATE A VOLUME FISSO IN GEL DI SILICONE**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Tipologia di criterio	Punteggio parziale	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	SILIMED SRL
A	Ampia gamma di misure	D	20	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=20	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=20
B	Qualità del gel e possibilità di doppia coesività	D	20	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=20	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=20
C	Testurizzazione a stampo	T	10	Requisito presente Punteggio=10	Requisito assente Punteggio=0
D	Letteratura scientifica a sostegno	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
E	Disponibilità di sizers	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
	<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	<b><u>70</u></b>	<b>60</b>

**NOTE**

Lotto 8, sottocriterio C: Nella Relazione tecnica della ditta Silimed srl viene indicato "un metodo di testurizzazione brevettato a diffusione di gas senza utilizzo di zuccheri, cloruro di sodio, vetro o impressione 3d negativa" (p.1). Non è presente alcun riferimento alla testurizzazione a stampo.

**LOTTO 9**

**ESPANSORI TISSUTALI PER INTERVENTI GENERICI DI CHIRURGIA PLASTICA**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Tipologia di criterio	Punteggio parziale	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
A	Ampia gamma di scelta in termini di forme, volumi e misure	D	25	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=25
B	Elastomero: qualità e resistenza in termini di dilatabilità dell'impianto	D	25	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=25
C	Qualità e resistenza del sistema di reperimento	D	20	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=20
	<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	<b><u>70</u></b>

**LOTTO 10**

**PROTESI ROTONDE (A BASE CIRCOLARE) CON POSSIBILITA' DI SCELTA DELLA COESIVITA' DEL GEL COMPRENSIVE DI SIZER MONOUSO O RIUTILIZZABILI.**

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Tipologia di criterio	Punteggio parziale	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVA ITALY SRL
A	Uniformità della testurizzazione e delle caratteristiche della porosità	D	20	Giudizio=Buono Coefficiente=0,80 Punteggio=16	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=20
B	Varietà di gamma (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	D	15	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=15	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=15
C	Involucro e barriera ad effetto anti-trasudamento	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
D	Gel in silicone e coesività	D	10	Giudizio=Ottimo Coefficiente=0,90 Punteggio=9	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
E	Qualità dei punti di repera	D	5	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=5	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=5
F	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi,	D	5	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1

	altezze, proiezioni, polo)			Punteggio=5	Punteggio=5
G	Presenza di indicatori utili per la tracciabilità dei sizer	D	5	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=5	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=5
	<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	<b>65</b>	<b><u>70</u></b>

#### NOTE

Lotto 10. Sottocriterio A. Durante la valutazione della campionatura, la testurizzazione della ditta Johnson & Johnson Medical Spa è risultata più marcata, mentre quella della ditta Motiva Italy srl più raffinata.

Lotto 10. Sottocriterio D. Nell'esame dei campioni proposti dalle ditte, i dispositivi della ditta Motiva Italy srl presentano un maggior grado di morbidezza rispetto a quelli della ditta Johnson & Johnson Medical Spa.

#### LOTTO 11

#### ESPANSORI MAMMARI TEMPORANEI A REPERIMENTO AMAGNETICO

Rif.	Sottocriteri di valutazione	Tipologia di criterio	Punteggio parziale	MOTIVA ITALY SRL
A	Uniformità della testurizzazione e delle caratteristiche della porosità	D	20	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=20
B	Qualità e sicurezza del sistema di riempimento	D	15	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=15
C	Agevole discrezionalità per consentire la collocazione ed il mantenimento della forma anatomica	D	15	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=15
D	Varietà di gamma dei sizer (forme, volumi, altezze, proiezioni, polo)	D	10	Giudizio=Eccellente Coefficiente=1 Punteggio=10
E	Dispositivo di riempimento della valvola	T	10	Requisito Presente Punteggio=10
	<b>TOTALE</b>		<b>70</b>	<b><u>70</u></b>

Alle ore 12:00 del giorno 12.02.2025 la Commissione giudicatrice termina i lavori e viene redatto il presente verbale che, composto da n. 21 facciate comprese le sottoscrizioni e gli allegati, viene letto e così approvato e sottoscritto da tutti i componenti.

**Presidente**

Dott. Marco GHIGLIONE



**Componenti**

Dott. Enrico Luigi RATTO



Dott. Ermanno MARGAGLIA



